



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 15.07.2024
EZ/125/2023/.....516.....

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sterylnego- (nr postępowania 125/2023).**

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PAKIET NR 8

Zamawiający unieważnia postępowanie.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, odrzucono 3 oferty.

Podstawa prawna art. 255 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykaz ofert:

| Nr oferty | Nazwa Oferenta/Wykonawcy | Cena oferty |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 19 | MEDOX PRO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grodzka 20/4 Szczecin 70-560 NIP 672-208-31-45 | 67 000,00 zł netto 72 360,00 zł brutto |
| 24 | AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk NIP 9571064185 | 78600,00 zł netto 84888,00 zł brutto |
| 27 | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 Warszawa, 00-633 NIP: PL9521000289 | 92 500,00 zł netto 99 900,00 zł brutto |

Zamawiający odrzuca ofertę firmy MEDOX PRO Sp. z o. o. S.k..

W toku postępowania Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie ofert: czy zaoferowane w zakresie pakietu nr 8 produkty spełniają wymagane w opisie przedmiotu zamówienia warunki (wraz z dopuszczeniem), a w szczególności :

- czy worki oddechowe posiadają złącze 22M/19F
- czy układy posiadają od strony pacjenta złącze 22/15F?

- czy układy oddechowe wykonane są w całości z polipropylenu, bez dodatku EVA.

W wyniku otrzymanych wyjaśnień i oceny oferty stwierdza się co następuje:

Wykonawca zaoferował worek oddechowy o złączu 22F (foto medox 1, foto medox 2) (w miejsce wymaganego 22M/19F), z dodatkowym łącznikiem 22M/15F - źle spasowanym, wchodzącym zarówno do worka jak i drenu karbowanego z widocznym trudem i wyczuwalnym oporem, niekompletnie- (foto medox 3, foto medox 4) - łącze do którego jest przyłączane jest więc minimalnie mniejsze niż wymagane 22F! (łącznik bezproblemowo wchodzi do drenów o zakończeniach 22F innych producentów).

Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuca ofertę firmy AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna

W toku postępowania Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie ofert: czy zaoferowane w zakresie pakietu nr 8 produkty spełniają wymagane w opisie przedmiotu zamówienia warunki (wraz z dopuszczeniem), a w szczególności :

- czy worki oddechowe posiadają złącze 22M/19F
- czy układy posiadają od strony pacjenta złącze 22/15F?
- czy układy oddechowe wykonane są w całości z polipropylenu, bez dodatku EVA.

W wyniku otrzymanych wyjaśnień i oceny oferty stwierdza się co następuje:

Wykonawca zaoferował worek worek oddechowy o złączu 22F w miejsce wymaganego 22M/19F

Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuca ofertę firmy Medtronic Poland Sp. z o.o.

W toku postępowania Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie ofert: czy zaoferowane w zakresie pakietu nr 8 produkty spełniają wymagane w opisie przedmiotu zamówienia warunki (wraz z dopuszczeniem), a w szczególności :

- czy worki oddechowe posiadają złącze 22M/19F
- czy układy posiadają od strony pacjenta złącze 22/15F?
- czy układy oddechowe wykonane są w całości z polipropylenu, bez dodatku EVA.

W wyniku otrzymanych wyjaśnień i oceny oferty stwierdza się co następuje:

Wykonawca zaoferował worek oddechowy o złączu 22F (w miejsce wymaganego 22M/19F) z dodatkowym łącznikiem 22M/22M. Zamawiający nie uwzględnił w opisie dodatkowych łączników pomiędzy workiem a drenem karbowanym.

Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Tadeusz Krzymański

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 88 50 644, zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Biura
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider