



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 16.09.2024

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn.

„Dostawa sprzętu dla Radiologii Zabiegowej na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251”

ZP/112/2024

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet 1.

Znacznik tkankowy

Prosimy o dopuszczeni znacznika o rozmiarze 20G. Mniejsza średnica igły jest korzystniejsza z punktu widzenie pacjentki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza znacznika o rozmiarze 20G.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet 2.

Sprzęt do przedoperacyjnej lokalizacji zmian niemacalnych w piersi

Zamawiający oczekuje długości „ok 11cm”. Prosimy o potwierdzenie, że długość 12cm spełnia warunek postawiony w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że długość 12cm spełnia warunek postawiony w postępowaniu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć czas wykonania reklamacji/uwag i zaleceń/zgłoszeń

dot. wykonanych dostaw do 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu wykonania reklamacji/uwag i zaleceń/zgłoszeń

dot. wykonanych dostaw do 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku dopuszczenia innych parametrów bądź produktów niż określone w SWZ, w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym, zaznaczyć gwiazdką (*) daną pozycję w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisać na kolorowo oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „*-poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego”.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Aleksandra Owczarek
Sekretarz Komisji Przetargowej