

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 30.06.2023r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 poz. 1710 z póź. zm.), którego przedmiotem są dostawy specjalistycznych materiałów opatrunkowych. Nr sprawy 21/TP/23

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego:

Pakiet 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną w rozmiarze 5cm x 4,5m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 40g/m2 z przylepnym otworem 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 60g/m2 z przylepnym otworem 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 40g/m2 z przylepnym otworem 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 60g/m2, rozmiar 50x75cm z przylepnym otworem 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 60g/m2, rozmiar 50x75cm z przylepnym otworem 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

Dotyczy: Część 4

Wnosimy o dopuszczenie w w/w części możliwości zaoferowania równoważnego produktu o następujących parametrach:

środek hemostatyczny w postaci proszku, pochodzenia roślinnego, do użycia jako wchłaniany środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Nie zawierający składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Możliwość zastosowania w laparoskopii wraz z aplikatorem. Pełna biodegradacja w czasie od 2 do 10 dni od momentu aplikacji. Gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, bez konieczności wcześniejszego przygotowywania. Nie wymagający przechowywania w specjalnych warunkach. Waga proszku 3 gramy. Przeznaczony również do stosowania

przy autotransfuzjach krwi. Potwierdzony certyfikatem CE. Posiada również udokumentowane działanie przeciwwzrostowe (w katalogu producenta, karcie charakterystyki, instrukcji obsługi oraz deklaracji zgodności); W zestawie proszek z aplikatorem o łącznej długości 9 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(3) Pytania Wykonawcy trzeciego:

Dotyczy Zad.3, poz.3A - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie tej pozycji z pakietu Dren silikonowy płaski 13 x 200 mm. Niestety wyrób ten jest już niedostępny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

(4) Pytania Wykonawcy czwartego:

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 gazy hemostatycznej z utlenionej, regenerowanej celulozy w 100 % pochodzenia roślinnego. Tkanina dziana o pH 2.5-3 i zawartości grupy karboksylowej 18-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Czas homeostazy; 2 min., czas wchłaniania 7-14 dni . o rozmiarze 5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem różnicy rozmiarów. Zamawiający dopuszcza rozmiar 5x7,5 cm dla pozycji 1 w części 5.

(5) Pytanie Wykonawcy piątego:

PAKIET 5 poz.1-2 - Czy Zamawiając wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków, których czas hemostazy wynosi średnio 3-4 min i informacja ta zawarta jest w instrukcji użytkowania produktu? Pozostałe parametry zgodnie z opisem pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET 5 poz.1 - Czy Zamawiając wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w poz. 1 w rozmiarze 5x7,5 cm? Pozostałe parametry zgodnie z opisem pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazany rozmiar.

(6) Pytanie Wykonawcy szóstego:

dot. przedmiotu zamówienia:

Część 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 5 cm x 4,5 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(7) Pytania Wykonawcy siódmego:

część nr 10

1. **Poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski kohezyjnej w rozmiarze 4cm x 4m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. **Poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski kohezyjnej pakowanej pojedynczo w kartonik z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. **Poz. 1** – Czy Zamawiający oczekuje aby zaofertowana opaska kohezyjna nie posiadała w swoim składzie uczulającego lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. **Poz. 2-3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania serwet podfoliowanych o gramaturze wyższej niż 43g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. **Poz. 2-3** – Czy Zamawiający oczekuje zaofertowania jałowych serwet podfoliowanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. **Poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania serwety podfoliowanej w rozmiarze 50cm x 60cm z przylepnym otworem 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.


7. **Poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania serwety podfoliowanej w rozmiarze 50cm x 60cm z przylepnym otworem 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. **Poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania serwety podfoliowanej w rozmiarze 90cm x 75cm z przylepnym otworem 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

9. **Poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania serwety podfoliowanej w rozmiarze 75cm x 45cm, przylepnej z możliwością dostosowania średnicy otworu?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(8) Pytanie Wykonawcy ósmego:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w części 5?

opatrunek hemostatyczny z utlenionej, nieregenerowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny Tkanina dziana o regularnej gęstości, o pH 2,2-4,5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24% (oświadczenie producenta). Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram-dodatnich i gram-ujemnych - w tym bakterii tlenowych i beztlenowych . Czas hemostazy średnio: 1,5 min (oświadczenie producenta) Czas wchłaniania: 14 dni. Możliwość wklejania do karty pacjenta. Dostępne rozmiary: 10 x 20 cm oraz 8 x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2.1) SWZ:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2023 r. do godziny 12.30.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3.1) SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2023 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4.1) SWZ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.08.2023r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....
