

PAKIET 3

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
I.	Aparat EKG – 4 szt.
1.	Rejestracja EKG 1-kanałowa i 3-kanałowa
2.	12 odprowadzeń EKG
3.	Praca na otwartym sercu
4.	Filtr: <ul style="list-style-type: none"> 1) zakłóceń mięśniowych 2) zakłóceń sieciowych 3) izolinii
5.	Wykrywanie odpięcia elektrody INOP niezależne dla każdej elektrody
6.	Wykrywanie pobudzenia stymulatora serca
7.	Odporność na impuls defibrylujący
8.	Wyświetlacz o wymiarach nie mniejszych niż 128 x 64 mm prezentujący: <ul style="list-style-type: none"> 1) 1 i 3 przebiegi badania 2) impulsy stymulujące
9.	Klawiatura membranowa
10.	Bateria pozwalająca na przeprowadzenie co najmniej 130 badań
11.	Wbudowana drukarka
12.	Wydruk z bazy pacjentów – imię i nazwisko przypisane do badania
13.	Zaznaczenie impulsów stymulujących na wydruku
14.	Zasilanie bateryjne/akumulatorowe
15.	Elektrody kończynowe – 4 szt.
16.	Elektrody przedsercowe – 6 szt.
17.	Żel do EKG
18.	Papier do drukarki – 1 rolka