

Wyjaśnienia treści SWZ - IV (Pytania i odpowiedzi)

L. dz. DZP-291-3998-965/2023

Kraków, dn. 05.09.2023 r.

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-3998/2023 pn. „**Dostawa wyposażenia na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**” Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Odpowiedzi

Zadanie nr 2. Wagi laboratoryjne i techniczne, wagosuszarki:

Pytania do pozycji 2.4: Waga analityczna:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza udźwig minimalny 10 mg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza udźwig minimalny 10 mg.

Powyższe pytanie wpłynęło po terminie wynikającym z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, ale mając na uwadze zasadę równego traktowania wszystkich potencjalnych Wykonawców i biorąc pod uwagę efektywność prowadzonego postępowania – Zamawiający postanowia udzielić odpowiedzi na to pytanie.

W związku z powyżej udzielonymi odpowiedziami, Załącznik nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) **należy czytać**

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w całości, łącznie z udzielonymi przez Zamawiającego, powyższymi odpowiedziami na pytania.

mgr inż. Artur Szymacha
Z-ca Kanclerza

.....

(podpis)