

BZP.38.382-16.13.23

Jastrzębie – Zdrój, 12.05.2023r.

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, (BZP.38.382-16.23).**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 12.05.2023r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SWZ następujące zmiany:

#### **Pytanie nr 1 dot. poz. 3 Pakietu nr 28:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 2 dot. poz. 4 Pakietu nr 28:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 3 dot. poz. 1 Pakietu nr 28:**

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 28 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
----	--------------

1.	Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.)-. sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii.
----	---

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1.	Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.)-. sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. <b>Lub</b> Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor.

**Pytanie nr 4 dot. poz. 2 Pakietu nr 28:**

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisaniem w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterk do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 28 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
----	--------------



2.	Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dzieci, część klejąca w kształcie "8" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii lub czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterk do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek.
----	---

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
2.	<p>Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dzieci, część klejąca w kształcie "8" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii lub czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterk do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek.</p> <p><b>Lub</b></p> <p>Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterk do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek.</p>

**Pytanie nr 5 dot. poz. 4 Pakietu nr 33:**

Czy Zamawiający Pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 3,3-5,6 cm, 4,2-7,1cm, 5-10,5 cm, 6,9-11,7cm? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:



w Pakiecie nr 33 w poz. 4 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

Lp	Rozmiar
4.	3-5.5 cm, 4-8cm, 6-11cm, 7-13cm, lub 3-6 cm, 4-8cm, 6-11cm, 7-13cm, lub 3,1-5,7cm, 4,3-8cm, 5,8-10,9cm 7,1-13,1cm (w zależności od potrzeb)

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Rozmiar
4.	3-5.5 cm, 4-8cm, 6-11cm, 7-13cm, lub 3-6 cm, 4-8cm, 6-11cm, 7-13cm, lub 3,1-5,7cm, 4,3-8cm, 5,8-10,9cm 7,1-13,1cm lub 3,3-5,6 cm, 4,2-7,1cm, 5-10,5 cm, 6,9-11,7cm (w zależności od potrzeb)

**Pytanie nr 6 dot. poz. 2 Pakietu nr 36:**

Czy Zamawiający Pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 14-20 cm, 18-26cm, 25-35 cm, 34-43cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7 dot. poz. 4 Pakietu nr 36:**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 4 z zadania 36 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 8 dot. poz. 6,7,8,9,10 i 11 Pakietu nr 53:**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 6,7,8,9,10,11 z zadania 53 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9 dot. poz. 1 Pakietu nr 53:**

Czy Zamawiający Pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 4,2-7,1cm, szerokość 3,2 cm, białych z widocznymi niebieskimi oznaczeniami? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10 dot. poz. 2 Pakietu nr 53:**

Czy Zamawiający Pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 5-10,5 cm, szerokość 4 cm, białych z widocznymi niebieskimi oznaczeniami? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11 dot. poz. 3 Pakietu nr 53:**

Czy Zamawiający Pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 6,9-11,7 cm, szerokość 5 cm, białych z widocznymi niebieskimi oznaczeniami? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 12 dot. poz. 4 Pakietu nr 53:**

Czy Zamawiający Pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 8,9-15 cm, szerokość 6 cm, białych z widocznymi niebieskimi oznaczeniami ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 13 dot. SWZ:**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 14 dot. § 5 ust. 6 i § 6 ust. 6 Wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie, iż Wykonawca ponosi koszty dostawy **przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto**. Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 15 dot. § 9 Wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §9 taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 10:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dostawy zestawu podstawowego, zestawu podstawowego z dodatkowym portem igłowym czy zestawu podstawowego z dodatkowym portem bezigłowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 10 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:



Lp	Nazwa towaru
1.	Zestaw do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych, długość 270 cm lub 285 cm, dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15mm

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1.	Zestaw do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych, długość 270 cm lub 285 cm, dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15mm. <b>Zestawu z dodatkowym portem igłowym.</b>

**Pytanie nr 17 dot. § 3 ust. 1 i 2 Wzoru umowy:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie od wymogu sporządzania dokumentów WZ. Po każdorazowej dostawie Zamawiającemu zostanie wystawiona i dostarczona Faktura Vat.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 10:**

Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. zestawów.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 10 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
1.	Zestaw do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych, długość 270 cm lub 285 cm, dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15mm. <b>Zestawu z dodatkowym portem igłowym.</b>

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
----	--------------



1.	Zestaw do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych, długość 270 cm lub 285 cm, dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15mm. Zestawu z dodatkowym portem igłowym. <b>Opakowanie 100 szt.</b>
----	--

**Pytanie nr 19 dot. § 5 ust. 1 Wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 20 dot. Rozdziału 4 pkt. 6 ppkt. 3 SWZ oraz § 5 ust. 5 Wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 6 lub 9 (wybrać) miesięcy licząc od daty dostawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 21 dot. Rozdziału 4 pkt. 9 SWZ oraz § 2 ust. 8 Wzoru umowy:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby minimalne wykorzystanie umowy było na poziomie 75% wartości przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 22 dot. poz. 2 Pakietu nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści Czujnik SPO2 jednorazowego użytku - Nellcor OxiMax, niemowlęcy (3-20kg), pediatryczny/dziecięcy (10-50kg)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 23 dot. poz. 2 Pakietu nr 13:**

Prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze 3kg-40kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 13 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
2.	Czujniki jednorazowe, na palec, technologii Nellcor Oximax dla dzieci od 1 do 20kg lub Czujniki jednorazowe, bezklejowe na palec, technologii Nellcor Oximax dla dzieci od 3 do 20kg.



który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
2.	Czujniki jednorazowe, na palec, technologii Nellcor Oximax dla dzieci od 1 do 20kg lub Czujniki jednorazowe, bezklejowe na palec, technologii Nellcor Oximax dla dzieci od 3 do 40kg.

**Pytanie nr 24 dot. poz. 1 Pakietu nr 28:**

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO<sub>2</sub> +/-2% w zakresie 70-100%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 28 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
1.	Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.)-. sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. Lub Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor.

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1.	Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. Lub Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor. <b>Lub</b> <b>czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO<sub>2</sub> +/-2% w zakresie 70-100%</b>

**Pytanie nr 25 dot. poz. 1 Pakietu nr 28:**

Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika przez monitor (co sprowadza się tylko do wyświetlania jego nazwy na ekranie).

Informujemy, że czujniki SpO<sub>2</sub> są niezależnym wyrobem medycznym klasy IIb a zgodność z wymogami zasadniczymi, również z uwzględnieniem kompatybilności, jest potwierdzana przez jednostkę notyfikowaną certyfikatem CE, a wszystkie informacje potrzebne do identyfikacji produktu znajdują się na etykiecie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 28 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
1.	<p>Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii.</p> <p>Lub</p> <p>Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor.</p> <p>Lub</p> <p>czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO<sub>2</sub> +/-2% w zakresie 70-100%</p>

**który otrzymuje brzmienie:**

Lp	Nazwa towaru
1.	<p>Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. <del>Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii.</del></p> <p>Lub</p> <p>Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor.</p> <p>Lub</p> <p>czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO<sub>2</sub> +/-2% w zakresie 70-100%</p>

**Pytanie nr 26 dot. poz. 2 Pakietu nr 28:**

Prosimy o dopuszczenie czujników samoprzylepnych, mikrobiologicznie czystych, przeznaczonych dla pacjentów o wadze 10-50kg, kompatybilnych z technologią Oximax, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO<sub>2</sub> +/-2% w zakresie od 70-100% (<70% nieokreślona), w kształcie 8, długość kabla 90cm, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów przedłużaczy i złączek.

Prosimy o odstąpienie od wymogu "posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterk do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika", ponieważ parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 28 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
2.	<p>Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dzieci, część klejąca w kształcie "8" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii lub czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterk do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek.</p> <p>Lub</p> <p>Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterk do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek.</p>

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
----	--------------



<p>Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dzieci, część klejąca w kształcie "8" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii lub czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, <b>posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika</b>, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Lub</p> <p>2. Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Lub</p> <p><b>Czujnik samoprzylepny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony dla pacjentów o wadze 10-50kg, kompatybilny z technologią Oximax, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie od 70-100% (&lt;70% nieokreślona), w kształcie 8, długość kabla 90cm, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów przedłużaczy i złączek.</b></p>
--

**Pytanie nr 27 dot. poz. 3 Pakietu nr 28:**

Prosimy o dopuszczenie czujników typu silikonowa opaska na stopę dla niemowlęcia poniżej 3kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 28 dot. poz. 4 Pakietu nr 28:**

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie czujników typu gumka na palec dla niemowląt/ dzieci 4-15Kg lub czujnik z klipsem dla dzieci 15-50Kg do wyboru przez zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 29 dot. poz. 1 Pakietu nr 48:**

Czy Zamawiającego w pozycji 1 dopuści tylko materac jednopacjentowy bez czujnik temperatury rektalno/ przełykowego jednorazowego. Czujniki temperatury rektalny/przełykowy, jednorazowe, kompatybilne z urządzeniem grzewczo chłodzącym Blanketrol III, posiadanym

przez Zamawiającego jest ujęty w pakiecie 48 pozycja 3

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 48 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
1.	Materac wodny jednopacjentowy dla niemowląt/novorodków (wym. 31,8 cm x 45,7cm). Nielimitowany czas użycia okryć u jednego pacjenta. Do każdego materacyka Zamawiający wymaga czujnik temperatury rektalny/ przełykowy jednorazowy. Materac i czujnik kompatybilny z urządzeniem grzewczo chłodzącym Blanketrol III, posiadanym przez Zamawiającego, zgodnie z jego instrukcją obsługi.

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1.	Materac wodny jednopacjentowy dla niemowląt/novorodków (wym. 31,8 cm x 45,7cm). Nielimitowany czas użycia okryć u jednego pacjenta. <del>Do każdego materacyka Zamawiający wymaga czujnik temperatury rektalny/ przełykowy jednorazowy.</del> Materac i czujnik kompatybilny z urządzeniem grzewczo chłodzącym Blanketrol III, posiadanym przez Zamawiającego, zgodnie z jego instrukcją obsługi.

**Pytanie nr 30 dot. Pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 10 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa
  - 10 szt. Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm 17-nitkowa, 8-warstwowa
  - 1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor niebieski
  - 1 szt. Chwytnak metalowy Pean dł. 13cm; stal nierdzewna
  - 1 szt. Iglotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13cm; stal nierdzewna
  - 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 90cm x 75cm
  - 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 45cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm
  - 1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 10ml, Luer
  - 1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 20ml, Luer
  - 1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 1,2mm x 40mm
  - 1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 0,8mm x 40mm
  - 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11
  - 1 szt. Opatrunek foliowy z ramką i taśmą do opisu w opakowaniu papier-folia 10cm x 15cm
- Pakiet jednorazowego użytku, o okresie przydatności: 3 lata; wyposażony w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy; opakowanie twarde blister dwukomorowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 31 dot. Pakietu nr 23:**

Czy Zamawiający dopuści maski o następujących parametrach:

- Maska wykonana w całości ze 100% silikonu
- Ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy mankiet, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rozmiar oznaczony na korpusie maski
- Pełny zakres rozmiarów umożliwi prawidłowy dobór wielkości maski w zależności od wieku pacjenta
- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15M / 22F
- Wielorazowego użytku - możliwość sterylizacji w autoklawie przez 15 minut w 121°C (do 20 razy)
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Niesterylna
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka / hermetyczna folia medyczna?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 32 dot. Pakietu nr 24:**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla noworodków o objętości 240 +/- 100ml, z rezerwuarem tlenu 1600ml, wielorazowego użytku - worek, maska (możliwość sterylizacji w autoklawie przez 5 minut w temperaturze do 134°C lub 15 minut w 121°C) oraz jednorazowego użytku - rezerwuar tlenu, dren tlenowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 33 dot. Pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z laminatu o gramaturze 43 g/m <sup>2</sup>	45x75cm	1
serweta z laminatu o gramaturze 43 g/m <sup>2</sup> , 45x75cm z regulowanym otworem i przylepcem	2x (45x75cm)	1
kompresy z gazy 13N, 8W	7,5x7,5cm	6
tupfer kula 17N	15x15cm	4
pęseta plastikowa	11 cm	1

strzykawka 10ml Luer	10ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
kleszczyki plastikowe typu pean	13 cm	1
imadło metalowe	13 cm	1
opatrunek Fixopore F	8x15cm	1

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 34 dot. poz. 1 Pakietu nr 22:**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 12,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 35 dot. poz. 3 Pakietu nr 22:**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki tępo tępo, rozmiar 17 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 36 dot. poz. 3 Pakietu nr 22:**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki tępo ostre, rozmiar 14 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 37 dot. poz. 5 Pakietu nr 22:**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 38 dot. poz. 2 Pakietu nr 13:**

Czy zamawiający dopuści czujniki dla dzieci od 15 do 40kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 39 dot. Pakietu nr 21:**

Czy zamawiający dopuści samoprzylepną włókninę?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 21 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:



Lp	Nazwa towaru
1.	Sensor SpO2 jednopacjentowy, OxiMax dla noworodków poniżej 3kg do pulsoksymetru Nellcor OxiMax N-600X i Puritan Bennet NPB-190, bezklejowy, z rzepem gąbkowym

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1.	Sensor SpO2 jednopacjentowy, OxiMax dla noworodków poniżej 3kg do pulsoksymetru Nellcor OxiMax N-600X i Puritan Bennet NPB-190, bezklejowy, z rzepem gąbkowym <b>lub samoprzylepną włókniną</b>

**Pytanie nr 40 dot. Pakietu nr 24:**

Czy zamawiający dopuści rezerwuar tlenu o pojemności 1600ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 41 dot. Pakietu nr 24:**

Czy zamawiający dopuści resuscytator z możliwością sterylizacji w autoklawie w 134°C (z włączeniem drenu oraz rezerwuaru tlenu)?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 24 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
1.	Resuscytator dla NOWORODKÓW worek wykonany ze 100% silikonu, o pojemności 250 ml- 280 ml z rezerwuarem tlenu, o pojemności 600ml z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40mmHg, do sterylizacji w autoklawie w 134°C w całości (z wyłączeniem rezerwuaru tlenu) Całkowicie rozbieralny - wszystkie elementy worka dostępne jako części wymienne.

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1.	Resuscytator dla NOWORODKÓW worek wykonany ze 100% silikonu, o pojemności 250 ml- 280 ml z rezerwuarem tlenu, o pojemności 600ml z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40mmHg, do sterylizacji w autoklawie w 134°C w całości (z wyłączeniem <b>drenu oraz</b> rezerwuaru tlenu) Całkowicie rozbieralny - wszystkie elementy worka dostępne jako części wymienne.



**Pytanie nr 42 dot. poz. 4 Pakietu nr 53:**

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o rozmiar mankietu 5, rozmiar 4 został opisany w poz. 3 pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 53 w poz. 4 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
4.	Jednorazowe mankiety neonatologiczne NIBP wykonane z miękkiego, niepowodującego podrażnień materiału na rzep. Mankiet jednożyłowy. Połączenie z kablem przedłużającym typu „clip-twist”. Mankiet kompatybilny z przewodem M1596/7C. Obwód: 10-15cm. Szerokość mankieta: 6,2cm. Mankiet biały z widocznymi granatowymi oznaczeniami. Na zewnętrznej powierzchni mankieta widoczne: nr ref produktu, producent, obwód, rozmiar-4 oraz graficzny symbol odpowiadający rozmiarowi.

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
4.	Jednorazowe mankiety neonatologiczne NIBP wykonane z miękkiego, niepowodującego podrażnień materiału na rzep. Mankiet jednożyłowy. Połączenie z kablem przedłużającym typu „clip-twist”. Mankiet kompatybilny z przewodem M1596/7C. Obwód: 10-15cm. Szerokość mankieta: 6,2cm. Mankiet biały z widocznymi granatowymi oznaczeniami. Na zewnętrznej powierzchni mankieta widoczne: nr ref produktu, producent, obwód, rozmiar-5 oraz graficzny symbol odpowiadający rozmiarowi.

**Pytanie nr 43 dot. poz. 11 Pakietu nr 53:**

Prosimy o potwierdzenie, że zaszła oczywista omyłka i papier powinien mieć szerokość 5,8 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 53 w poz. 11 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
11.	Papier rejestrujący, chemo-termoczuły 5,8mm x 30,5m. Papier do kardiomoitorów Vital/Sure Sings. Pakowane po 5 rolek.

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
11.	Papier rejestrujący, chemo-termoczuły 5,8cm x 30,5m. Papier do kardiomoitorów Vital/Sure Sings. Pakowane po 5 rolek.

**Pytanie nr 44 dot. poz. 11 Pakietu nr 53:**

Prosimy o dopuszczenie papieru nie będącego wyrobem medycznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie papieru rejestrującego będącego przedmiotem zamówienia, który nie będzie wyrobem medycznym.

**Pytanie nr 45 dot. Pakietu nr 8:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego uniwersalnego, jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów podwójnie podgrzewanego, posiadający spiralną grzałkę zarówno w drenie na linii wdechowej jak i na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren linii wydechowej bez pułapki wodnej, wykonany z materiału PP lub PCV, odporny na zagniecenia/uszkodzenia, w komplecie dren proxymalny - część Y nieobrotowa, posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenu azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie > 4L/min. Elastyczność układu zalecana do stosowania podczas wykorzystania funkcji oscylacyjnej respiratora. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 46 dot. Pakietu nr 12:**

Mając na uwadze fakt, iż producent lampy Natus neoBlue Cozy zakończył już produkcję wielorazowych materacy wymaganych w poz. 2 pakietu 12 i są one już niedostępne u producenta, czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty zawierającej tylko poz. 1 w pakiecie 12?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 47 dot. § 9 ust. 2 Wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy na następujący:

*„w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia, w przypadku gdy dana dostawa będzie obejmować przedmiot umowy o złej jakości, nie posiadający deklarowanych właściwości oraz przedmiot umowy w ilości niezgodnej z zamówieniem;”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 48 dot. § 9 ust. 3 Wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy na następujący:

*„w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy;”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 49 dot. § 9 ust. 1 pkt. 6 Wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy na następujący:

*„w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w § 9 ust. 1 1)-5) umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto;”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 50 dot. Pakietu nr 43:**

Czy Zamawiający dopuści również wkłady workowe jednorazowe do ssaka Medela równoważne do opisanych wkładów workowych o pojemności 2 litry lub 3 litry do wyboru, pakowane po 24 sztuki?

Wkłady workowe z trwale dołączoną pokrywą w kształcie okrągłym, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Wyposażone w filtr hydrofobowy działający jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i zastawkę przeciwprzepelnieniową zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni. Posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy, kątowy, typu schodkowego oraz szeroki port na pokrywie pozwalający na zwiększenie pojemności ssania do 36 litrów (największa objętość dostępna na rynku) służy również do pobierania próbek i wsypywania proszku żelującego. Niezawierające polichloru winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. Proponowane wkłady spełniają takie same standardy jakościowe co wkłady workowe opisane w SIWZ. Dopuszczenie asortymentu o zbliżonych parametrach nie spowoduje obniżenia standardów jakościowych a umożliwi zdrową konkurencję i pozwoli wybrać Zamawiającemu najkorzystniejszą opcję.

Zobowiązujemy się nieodpłatnie wyposażyć wymagane stanowiska w zewnętrzne pojemniki wielorazowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 51 dot. Pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do dożylnego wkłucia centralnego zgodnego z SWZ, jednakże w którego skład wchodzi igłotrzymacz o długości 14cm, oraz który zapakowany jest w opakowania typu tacka z 1 wgłębieniem na płyny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
----	--------------



1.	Jałowy zestaw w opakowaniu typu tacka z 2 wgłębieniami na płyny, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki, w składzie: 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampony z gazy bawełnianej 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu, otwór przylepny 1 x strzykawką Luer 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, zielona (zapakowana) 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)
----	--

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1.	Jałowy zestaw w opakowaniu typu tacka z <b>1 lub 2</b> wgłębieniami na płyny, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki, w składzie: 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampony z gazy bawełnianej 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu, otwór przylepny 1 x strzykawką Luer 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, zielona (zapakowana) 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm <b>lub 14 cm</b> 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

**Pytanie nr 52 dot. § 9 ust. 1 Wzoru umowy:**

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych w następującym zakresie:

- pkt a) w wysokości 8% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz

modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 53 dot. poz. 1 Pakietu nr 28:**

Czy Zamawiający dopuści czujnik pracujący w technologii równoważnej?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 28 poz. 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
1.	<p>Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo.</p> <p>Lub</p> <p>Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor.</p> <p>Lub</p> <p>czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100%</p>

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1.	<p>Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.) - sensor w technologii OxiMax <b>lub równoważnej</b>, kalibrowany cyfrowo i analogowo.</p> <p>Lub</p> <p>Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor.</p> <p>Lub</p> <p>czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100%</p>

**Pytanie nr 54 dot. poz. 3 i 4 Pakietu nr 28:**

Proszę o wskazanie numeru katalogowego czujnika obecnie używanego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 55 dot. SWZ:**

Prosimy o usunięcie z formularza cenowego kolumny "klasa wyrobu medycznego" gdyż w terminologii rozporządzenia EU 2017/745 (dawniej 93/42 EEC), nie występuje taka definicja, w związku z czym nie jest możliwe poprawne wypełnienie tej rubryki. W terminologii w/w rozporządzenia występuje jedynie definicja "klasy ryzyka", jednakże podawanie tej informacji przy każdym produkcie nakłada na wykonawców dodatkowo, ponadnormatywny obowiązek weryfikacji deklaracji zgodności każdego zaoferowanego wyrobu, natomiast informacja ta nie jest Zamawiającemu niezbędna do przeprowadzania procedur medycznych, ponieważ to producent dokonuje analizy ryzyka, natomiast Zamawiający, jako profesjonalista dokładnie zna procedury związane z zastosowaniem każdego zaoferowanego wyrobu, ponieważ stosuje się do zasad Farmakopei oraz instrukcji dostarczanych wraz z wyrobami medycznymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 56 dot. poz. 1 Pakietu nr 29:**

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne, samoprzylepne elektrody defibrylacyjne dla dzieci i niemowląt w wieku < 8 lat lub wadze < 25 kg. Pakowane jednostkowo parami. Op = 1 para?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 57 dot. poz. 2 Pakietu nr 29:**

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne, samoprzylepne elektrody defibrylacyjne dla pacjenta dorosłego i dziecka w wieku ≥ 8 lat lub wadze ≥ 25 kg. Pakowane jednostkowo parami. Op. = 1 para?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Załącznikiem do pisma jest:

- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 5 - Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego) po zmianach z dnia 12.05.2023r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 10 - Przystroj do pomp firmy Medima) po zmianach z dnia 12.05.2023r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 13 - Akcesoria do kardiomonitora Philips) po zmianach z dnia 12.05.2023r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 21 - Sensory SpO2 do pulsoksymetrów Nellcor OxiMax N-600X i Puritan Bennet NPB-190) po zmianach z dnia 12.05.2023r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 24 - Resuscytator dla noworodków) po zmianach z dnia 12.05.2023r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 28 - Czujniki do pulsoksymetru kompatybilne z NELLCOR N-395) po zmianach z dnia 12.05.2023r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 33 - Części zamienne do kardiomonitora Goldway G40) po zmianach z dnia 12.05.2023r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 48 - Akcesoria do urządzenia grzewczo-chłodzącego Blanketrol III) po zmianach z dnia 12.05.2023r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 53 - Akcesoria do kardiomonitora Philips Efficia CM 150) po zmianach z dnia 12.05.2023r.;

Treść SWZ oraz pozostałych załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem