



Czeladź, dnia 17.09.2024 r.

Znak sprawy: DZA.381.20.3.2024

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – na dostawę implantów.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ w Formularzu asortymentowo-cenowym:

PAKIET 8 – Implanty różne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 10 gwoździ o następujących parametrach długości od 270 do 420 mm zamiast od 255mm do 465 mm, pozostałe parametry pozostawiając bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 8 poz. 10 gwoździe o długości od 270 do 420 mm, pozostałe parametry bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40

mgr Aldona Sylwa