

L.dz. TP /20

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na przeglądy i konserwację urządzeń medycznych nr sprawy: 31/ZP/2020

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca posiadał zaświadczenie wystawione przez producenta sprzętu medycznego(dotyczy sprzętu na którą składana jest oferta) potwierdzające, że zleceniobiorca jest autoryzowaną firmą lub dysponuje pracownikami, którzy są uprawnieni do obsługi serwisowej, dokonywania przeglądów i konserwacji aparatury/sprzętu medycznego oraz posiadał na ten fakt potwierdzenie producenta wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert również dla pakietów 55 oraz 56?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Prosimy o wskazanie harmonogramu przeglądów aparatów ujętych w pakietach 55-64.

Odp.

55 – DC6 do 31 lipiec 2021

DC8 do 16 luty 2021

56- DC7 do 20 marzec 2021

57- Si250 do 26 kwiecień 2021

Acuson X do do 26 kwiecień 2021

58- Logiq P5 PRO do 31 lipiec 2021

Logiq E do 14 październik 2021

Vivid S5 do 14 październik 2021

LOGIQ P 5 do 31 lipiec 2021

59- Sonix do 29 lipiec 2021

60- PIONER TC8080 do 18 wrzesień 2021

61- ESAOTE MYLAB 60 do 15 styczeń 2021

62- ALOKA Alpha 6 do 26 listopada 2021

63- SPARQ do 18 wrzesień 2021

64- ONYX II do 15 stycznia 2021

SPINEL II do 14 kwietnia 2021

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-ilościowy – pakiet nr 27

1. Prosimy o wydzielenie z pakietu 27 z zestawu artroskopowego Microspeed arthro SHAVER – GD665 sn3109 urządzeń Aesculap Chifa do oddzielnego pakietu.

Wydzielenie w/w urządzeń pozwoli na złożenie przez autoryzowany serwis producenta korzystnej oferty cenowej na wydzielone pozycje.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

1. W związku z zapisem § 3 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odp. W załączeniu sprawozdanie finansowe.

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Tak.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a. w wysokości **0,5%** kwoty brutto **opóźnionej usługi przeglądu** -za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu przeglądów technicznych względem terminu ustalonego zgodnie z § 2 ust. 4 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej usługi przeglądu**,

Odp. Nie.

- b. w wysokości **10%** kwoty **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy –w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odp. Nie.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie pakietów 48 i 49 posiadaniem autoryzacji producenta Zoll lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania przeglądów? Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że defibrylatory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Dotyczy pakietu nr 195 i pakietu 197.

Z racji objęcia obowiązkiem autoryzacji pakietów 194 i 196, prosimy o objęcie również pakietów 195 i 197 tożsamego producenta- FERNO. Prośbę swą motywujemy, że do obsługi serwisowej swoich produktów Producent dopuszcza jedynie wykwalifikowany personel, który odbył specjalistyczne szkolenia zakończone wystawieniem certyfikatu od producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonania przeglądów urządzeń.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w warunkach udziału w postępowaniu w SIWZ polegającej na objęciu obowiązkiem posiadania autoryzacji producenta dla pakietów 195 i 197?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakietach 12, 13, 48, 49, 137, 194, 195 196, 197. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadań.

Odp. PAKIET 12

RESPIRATOR TRANSPORTOWY PARA PACK 2D 0804285 izba przyjec 11.03.2020

RESPIRATOR TRANSPORTOWY PARA PACK 2D 0810334 pogotowie 4.03.2021

RESPIRATOR TRANSPORTOWY PARA PACK 2D 0311257 pogotowie 4.03.2021

RESPIRATOR TRANSPORTOWY ParaPAC 200D 1309139 pogotowie 10.07.2020

RESPIRATOR TRANSPORTOWY ParaPAC 210 nr 1710149 pogotowie 04.03..2021

Odp. PAKIET 13

RESPIRATOR TRANSPORTOWY PNEUPAC sn 0312223 pogotowie 13.10.2021

RESPIRATOR TRANSPORTOWY PARAPAC 2 sn 1003302 pogotowie 21.07.2021

Odp. PAKIET 48

Defibrylator Zoll M series snT03K52826 POZ do 15.01.2021

Defibrylator Zoll M series snTO8K107627 pogotowie do 15.01.2021

Defibrylator Zoll M series snTO8C100711 wewnetrzny2 do 15.01.2021

Defibrylator E series snAB13H020813 pogotowie AB13H020813 do 15.01.2021

Defibrylator AED PLUS snX08F161370 położniczy do 15.01.2021

Odp. PAKIET 49

Defibrylator Zoll M series wewnetrzny sn T05J74491 do 8.10.2021

Defibrylator Zoll M series pediatria, pogotowie, testy wysilkowe, wewn nr T03k52855 , T07B87738 , T07K96479 ,07K96481

26.05.2021 , 8.10.2021 , 26.05.2021 , 26.05.2021 ,

Defibrylator Zoll M series iposn T08E102443 do 8.10.2021

Defibrylator Zoll X series pogotowie nr AR16/021588 do 26.05.2021

Defibrylator Zoll AED plus por.chirurgiczna sn X02D000669 do 26.05.2021

Odp. PAKIET 137

Pulsoksymetr Nonin 8500 sn500603457 pogotowie Wodzisław do 21.01.2021

Pulsoksymetr Nonin 8500 sn501730124 Pogotowie Wodzisław do 15.1.2021

Pulsoksymetr Nonin 9847 sn 502312994 Pogotowie Wodzisław do 15.1.2021

Pulsoksymetr Nonin 8500 124703502 Pogotowie Rydułtowy do 15.1.2021

Odp. PAKIET 194

Transporter do noszy Ferno EFX do 15.01.2021

Nosze Ferno EFX sn 08-094166 do 15.01.2021

Nosze Mondial RS2-3 sn 15N341144 do 21.01.2021
Transporter Mondial Lux sn 16S-011582 do 21.01.2021
Odp. PAKIET 195
Nosze podbierające S-265 sn AS043219 do 21.01.2021
Krzesełko 59T EZ Glide sn 16N-348670 do 21.01.2021
Odp. PAKIET 196
Nosze EFX-1 FERNO sn 10N-155147 do 27.11.2021
Transporter EFX FERNO sn 10N-155824 do 27.11.2021
Transporter MONDIAL T 2 sn 165011537 do 27.11.2021
Nosze MONDIAL sn 15N341142 do 27.11.2021
Transporter MONDIAL BASIC sn. 15S010924 do 26.05.2021
Nosze MONDIAL sn. 15N341143 do 26.05.2021
Odp. PAKIET 197
Krzesełko S-242 SAVER sn AS027094 do 27.11.2021
Podbierak SCOOP 65 EXL FERNO sn 049938 do 27.11.2021
Krzesełko EZ GLIDE sn 16N348672 do 27.11.2021
Nosze podbierające S-265 sn. AS103083 do 27.11.2021
Krzesełko EZ GLIDE sn. 16N348669 do 26.05.2021

4. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni. Prośba nasza podyktowana jest trudną sytuacją finansową wynikającą z obciążeń operacyjnych związaną z walką z Covid-19. Prosimy o akceptację 30-dniowego terminu płatności, co umożliwi nam złożenie korzystnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju, działając w obliczu siły wyższej, w poczuciu współodpowiedzialności za ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz stawiając bezpieczeństwo naszych pracowników, jak i Państwa personelu, na pierwszym miejscu, zwracamy się zapytaniem, jakie środki ostrożności może zagwarantować Zamawiający serwisantom przyjeżdżającym wykonywać przeglądy okresowe sprzętu?

Odp. W związku z trwającą pandemią SARS CoV-2, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa serwisantom wykonującym przeglądy okresowe sprzętu informujemy, że sprzęt bezpośrednio przed przekazaniem osobie serwisującej będzie poddany dodatkowej dezynfekcji preparatem do dezynfekcji powierzchni oraz w miarę możliwości zostanie wyznaczone pomieszczenie w danej komórce organizacyjnej do wykonania okresowego przeglądu sprzętu. Ponadto serwisant powinien być wyposażony we własne środki ochrony indywidualnej.

6, Prosimy o dodanie kolejnego ustępu do umowy o brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”

Pomimo podejmowania wzmożonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 85:

1. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 85 poz.2 „Platforma EV1000” i utworzy osobny pakiet?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzoną zmianę w zapisie „Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy będzie realizował zgodnie z wymogami producenta urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz.175), BHP i p/poż., dla części:, 71, 78,?”

Odp: część 71,78 są wykonywane przez firmy autoryzowane.

ZAPISY OGÓLNE MÓWIĄ ŻE: Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z zaleceniem producenta aparatu oraz obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz.175).

Pytanie 2 :

Pragniemy zwrócić uwagę iż w SIWZ data otwarcia i złożenia ofert przypada na 21.12.2020 r zaś na stronie platformy zakupowej na 17.12.2020. Prosimy o informację, która data jest prawidłowa.

Odp. Na stronie platformy zakupowej otwarcie i złożenia ofert jest dobra data.

Prawdopodobnie Państwo patrzyli na postępowanie nr spr.30/ZP/2020 którego otwarcie i złożenie ofert przypadało na 17.12.2020.

Aktualna data otwarcia i złożenia ofert przypada na 23.12.2020 r.

1. Pytanie dot. SIWZ, część I pkt 3 i 6 oraz Formularz oferty , punkt 2 „i” oraz „j”, pakiet 57
Aparaty objęte pakietem 57 są skomplikowanymi urządzeniami diagnostycznymi i Zamawiający do tej pory wymagał dla tych aparatów potwierdzenia kwalifikacji i standardów jakości poprzez przedstawienie autoryzacji producenta. Dla zapewnienia kontynuacji dotychczasowego standardu świadczenia usług prosimy o zmianę polegającą na wprowadzeniu wymogu przedstawienia autoryzacji dla pakietu 57.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pytanie dot. SIWZ, część I pkt 5 , pakiet 57

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania pracownikami o ważnych uprawnieniach (w okresie obowiązywania umowy) nadanych przez producenta do wykonywania obsługi serwisowej oraz, że Wykonawca będzie dysponował wszelkimi wymaganymi przez producenta instrukcjami i kodami dostępu do systemu serwisowego danego urządzenia jeśli dotyczy.

Odp. Wykonawca będzie dysponował wszelkimi wymaganymi przez producenta instrukcjami i kodami dostępu do systemu serwisowego danego urządzenia jeśli dotyczy.

3. Pytanie dot. SIWZ, Część II Załącznik Wzór umowy §1, ust. 2, pakiet 57

Z uwagi na to, że wykonanie pełnych procedur przeglądowych/serwisowych wymaga użycia kodów serwisowych dedykowanych do aparatu USG Acuson X 300 (pakiet 57) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania.

Odp. Zamawiający może zażądać przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania.

4. Pytanie dot. SIWZ, Część II Załącznik Wzór umowy §2, ust. 6, pakiet 57

W trosce o bezpieczeństwo pacjenta i Zamawiającego, a zgodnie z wytycznymi producenta ujętymi m.in. w instrukcjach obsługi, do przestrzegania których zobowiązany jest Zamawiający (zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych) wymagane jest, aby przeglądy były wykonywane przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje, tu m.in. posiadający upoważnienie producenta i dysponujący pracownikami przeszkolonych przez niego. Celem uniknięcia nieporozumień mogących wynikać z interpretacji składanych oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że usługi mają odbywać się zgodnie z wymaganiami producenta, co ma zostać udokumentowane wspomnianym powyżej upoważnieniem.

Odp. Usługi wykonania przeglądów mają odbywać się zgodnie z wymaganiami producenta,

Pytanie 1

Wnosimy o doprecyzowanie formy składania ofert (czy można złożyć ją także elektronicznie przez platformę), ponieważ zgodnie z pkt.8 ppkt. 1-7 SIWZ zamawiający dopuszcza komunikację w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy, jednak zgodnie z pkt.12 SIWZ ofertę należy złożyć w kopercie (nie ma informacji o możliwości złożenia przez platformę).

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w wersji papierowej albo w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Pytanie 1, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §3 umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego), §4 KARY UMOWNE

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (2).

(2) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego)

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać usługę serwisową?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego), §4 KARY UMOWNE

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 4 wzoru umowy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7, Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego), §4 KARY UMOWNE

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych §4 ust.1 a do wartości 1%, gdyż obecna kara jest niewspółmierna do uchybienia.

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 8, Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego), §5. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że odstąpienie od umowy będzie zasadne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis.

Mając na uwadze powyższe, wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dodanie zapisu w § 5

„(...) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po nieskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do należytego realizowania usług zgodnie z umową, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (...)”

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 5 wzoru umowy

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 9, Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego) §2 WARUNKI REALIZACJI UMOWY

W celu ochrony interesów Zamawiającego i należytego wykonania umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie wzoru umowy następującym zapisem:

„Zamawiający ma prawo zweryfikować prawidłowość i należyte wykonanie usług poprzez zwrócenie się do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, celem wydania orzeczenia technicznego. Jeśli orzeczenie techniczne potwierdzi wykonanie usług niezgodnie z wymaganiami producenta, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości umowy wraz z jednoczesną możliwością rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego z ubiegania się dodatkowego odszkodowania w celu zadośćuczynienia poniesionej szkody.”

Odp. Tak . Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10, dot. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia (pakiety nr 53, 63, 72, 103 oraz 131)

Wnosimy, aby Zamawiający w ramach dochowania należytej staranności oraz swoje bezpieczeństwa wymagał także autoryzacji dla pakietów nr 53, 63, 72, 103 oraz 131. Są to skomplikowane sprzęty medyczne, dla których kluczowe jest odpowiednie serwisowanie, aby zachować bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Odp: Zamawiający nie zmieni wymogów dotyczącej autoryzacji.

Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie z instrukcją przewidzianą przez producenta

Pytanie 11, dot. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie autoryzowanym Wykonawcom, posiadania: aktualnych instrukcji serwisowych w wersji elektronicznej, umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia - w wersji elektronicznej na CD, umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia – w wersji elektronicznej na CD, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu za - wymagania posiadania przez Wykonawcę minimum 2 lub więcej pracowników, przeszkolonych przez producenta z danego aparatu, co jest udokumentowane aktualnym certyfikatem imiennym wydanym przez producenta

Odp. Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie z instrukcją przewidzianą przez producenta

Pytanie 12, dot. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

Czy inżynierowie Wykonawcy w ramach wykonywania usług i w celu jasnej komunikacji z użytkownikiem mają posługiwać językiem polskim?

Odp. Tak.

Pytanie 13, dot. pakietów nr 71, 72 i 103

Wnosimy o podanie numerów seryjnych dla urządzeń z pakietów nr **71, 72 i 103**.

Odp.

71. - Aparat RTG Duo – Diagnostik sn 98485005100

72. - Aparat RTG Libra sn 718031-367-1393

103. - Aparat KARDIOMONITORY INTELLI VUE MP5 – DE21075090 , DE21075085 , DE21074938 , DE21069537

Pytanie 14, dot. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie autoryzowanym Wykonawcom, posiadania: aktualnych instrukcji serwisowych w wersji elektronicznej, umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia - w wersji elektronicznej na CD, umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia – w wersji elektronicznej na CD, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu za - wymagania posiadania przez Wykonawcę minimum 2 lub więcej pracowników, przeszkolonych przez producenta z danego aparatu, co jest udokumentowane aktualnym certyfikatem imiennym wydanym przez producenta

Odp. Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie z instrukcją przewidzianą przez producenta

Pytanie 1, dotyczy pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o informacje czy monitory przy aparatach posiadają moduły gazowe które należy uwzględnić w cenie?

Odp.

APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESPIRE - AMXH 01990 z cardiomonitorem AMS/5 sn5182849

APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESPIRE – AMXM 00591 z cardiomonitorem CAM5 sn6395390

APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESTIVA5 -AMUE 00138 z cardiomonitorem Cardicap 5 sn000004

APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESPIRE VIEW APHUB 1252 z kardiomonitorem B650
Wszędzie występują moduły gazowe., przegląd monitorów należy uwzględnić w cenie.

Pytanie 2, do SIWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizowaniu przeglądów technicznych i obniżenie jej poziomu np. do 0,2%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do Wzoru Umowy

1) Par. 4 ust. 1 a: Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem

okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zwinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Par. 4 ust. 3: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), poprzez dodanie zdania drugiego do § 4 ust. 3 o następującym brzmieniu: „Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie umowy wynosi 15% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3) Dodanie par. 5a o sile wyższej:

Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań dotyczących siły wyższej, proponujemy zawarcie precyzyjnych ustaleń. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowień kolejnego par. 5a o następującym brzmieniu:

- „1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem