



Dyrektor  
dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel: (32) 370-43-07

Fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)

Znak sprawy: ZP/59/TP2/2024

Zabrze, 30.07.2024 r.

## ODPOWIEDŹ nr 4 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

### DOSTAWA PRZECIWCIAŁ I ODCZYNNIKÓW DO IMMUNOFENOTYPIZACJI ORAZ MONITOROWANIA CHOROBY RESZTKOWEJ

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

#### Pytanie nr 1

Pakiet 1 Pozycja nr.2: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, czy w tej pozycji Zamawiający ma na myśli wersję produktu z numerem 342416 czy 342446.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż wymaga wyłącznie zestawu przeciwciał monoklonalnych do jakościowej analizy subpopulacji limfocytów, bez możliwości oznaczenia wartości bezwzględnych badanych populacji.**

#### Pytanie nr 2

Pakiet 1 Pozycja nr.7: Żądany klon TB28-2 nie jest dostępny w Europie, zwracam się z prośbą o podanie specyfikacji tkankowej?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż oczekuje przeciwciała monoklonalnego: mysie, anty-ludzkie.**

#### Pytanie nr 3

Pakiet 1 Pozycja nr.7: Żądany klon TB28-2 nie jest dostępny w Europie, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie klonu PollyKappaFab2?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie informuje, iż dopuszcza przeciwciała monoklonalne kappa FITC, klon G20-193.**

#### Pytanie nr 4

Pakiet 1 Pozycja 30: Czy Zamawiający potwierdza, że barwnik PB oznacza Pacific Blue?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### Pytanie nr 5

Pakiet 1 Pozycja 41. Czy Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej w poz. 41 i miał na myśli o klon SK3 (a nie SK1).

#### Odpowiedź:

**Zamawiający potwierdza powyższe. Patrz modyfikacja nr 4 SWZ.**

#### Pytanie nr 6

Pakiet 1 Pozycja 48: czy podany klon jest prawidłowy?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. Prawidłowy klon to U21-1283. Patrz modyfikacja nr 4 do SWZ.**



CERTYFIKAT 2023/5

**Pytanie nr 7**

Pakiet 1 Pozycja 50: Zwracamy się z prośbą o określenie zapotrzebowanie w ml.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga 1300 ml odczynnika.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet 1 Pozycja 51: Zwracamy się z prośbą o określenie zapotrzebowanie w ml.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga 2800 ml odczynnika.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet 1 Pozycja 52: Zwracamy się z prośbą o określenie zapotrzebowanie w ml.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga 480 000 ml płynu.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet 1 Pozycja 53: Zwracamy się z prośbą o określenie zapotrzebowanie w ml.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga 120 000 ml płynu.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 1 Pozycja 54: Zwracamy się z prośbą o określenie zapotrzebowanie w ml.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga 50 000 ml odczynnika.**

**Zamawiający  
Z upoważnienia Dyrektora  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Adam Strzyżewski**