



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 12/ZP/2020
DZP/168/2020

Zgorzelec, dnia 21.04.2020r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę i instalację otolaryngologicznego, endoskopowego zestawu diagnostycznego - komplet.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1. Dotyczy Załącznika 3A – Warunki gwarancja, pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 4 na następujący:
Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych - warunek graniczny - do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Dotyczy Załącznika 3A – Warunki gwarancja, pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 5 na następujący:
Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych - warunek graniczny - do 12 dni roboczych od momentu zgłoszenia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Dotyczy Załącznika 3A – Warunki gwarancja, pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 6 na następujący:
W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”.

Pytanie 4. Dotyczy Załącznika 3A – Warunki gwarancja, pkt. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie oświadczenia autoryzowanego serwisu producenta lub Wykonawcy w przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oświadczenia autoryzowanego serwisu producenta lub Wykonawcy w przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu.

Pytanie 5. Dotyczy Załącznika 9 do SIWZ – Wzór umowy, Par. 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
Wykonawca oświadcza, że w czasie trwania gwarancji i w jej ramach będzie wykonywał przeglądy okresowe oraz kalibracje zgodnie z zaleceniami producenta, a także wykona ostatni przegląd okresowy w ostatnim miesiącu przed zakończeniem terminu udzielonej gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt zapewni

części niezbędne do wymiany w czasie napraw i przeglądów, z wyjątkiem części urządzenia podlegających zużyciu w wyniku normalnej jego eksploatacji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru treści umowy w § 7 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że w czasie trwania gwarancji i w jej ramach będzie wykonywał przeglądy okresowe oraz kalibracje zgodnie z zaleceniami producenta, a także wykona ostatni przegląd okresowy w ostatnim miesiącu przed zakończeniem terminu udzielonej gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt zapewni części niezbędne do wymiany w czasie napraw i przeglądów, z wyjątkiem części urządzenia podlegających zużyciu w wyniku normalnej jego eksploatacji. ~~w tym części urządzenia podlegające zużyciu w wyniku normalnej jego eksploatacji.~~”

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza na dedykowanej Platformie Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec uaktualniony dokumenty:

- 1. „12_ZP_2020_Warunki_gwarancji_Załącznik_3A_ZMIANA_1**
- 2. „12_ZP_2020_UMOWA_Załącznik_9_ZMIANA_1”**

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Radosław Jabłoński
Zastępca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl