



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 14/ZP/2023
DZP/97/2023

Zgorzelec, dnia 26.04.2023r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu na: Sukcesywne dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, czytnika OB oraz klimatyzatora.

W związku z zapytaniem od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 t.j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie nr 1 dot. zał. nr 2 do SWZ - Formularz cenowy oraz zał. nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia Tab. 8 Wykaz odczynników i odczynników niebezpiecznych do badań hematologicznych i OB:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na modyfikację tabeli cenowej polegającą na podaniu wszystkich 3 poziomów krwi kontrolnej jako jednej pozycji czyli zestawu zawierającego 3 poziomy materiału kontrolnego oraz na analogiczną zmianę dotyczącą materiału kontrolnego do płynów z jam ciała oraz do oznaczeń OB.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W takim przypadku proszę wycenić przedmiot zamówienia w zestawach z odpowiednią adnotacją w tabeli.

Pytanie nr 2 dot. zał. nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 6 Wymogi graniczne dla klimatyzatora, pkt 2:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie klimatyzatora o wydajności umożliwiającej utrzymanie w pomieszczeniu o pow. 105 m³ temperatury o 6°C niższej niż temperatura panująca na zewnątrz?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie nr 1 dot. Załącznika nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- IV Wymóg graniczny dla serwisowania analizatorów hematologicznych, analizatora OB i klimatyzatora, pkt. 1:

Czy Zamawiający dopuści, aby koszt serwisu klimatyzatora pozostał po stronie Zamawiającego?

Przeglądy serwisowe w okresie dzierżawy pozostają bezpłatne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. Załącznika nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- IV Wymóg graniczny dla serwisowania analizatorów hematologicznych, analizatora OB i klimatyzatora, pkt. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądów technicznych oferowanych analizatorów zgodnie z zaleceniami producenta, czyli raz na **12 miesięcy**?

Analizatory są na pełnej gwarancji producenta i w razie jakiegokolwiek awarii między przeglądami Zamawiający ma zapewniony bezpłatny serwis.

Prosimy o wyrażenie zgody na koszt napraw, który wynikałby z winy Zamawiającego - pozostawał po stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przeglądy techniczne oferowanych analizatorów zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie informując iż koszty związane z naprawą zostały szczegółowo określone w paragrafie 8 pkt. 2 zał. do SWZ tj. projekcie umowy.

Pytanie nr 3 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 4.

Wymogi graniczne dla analizatora do OB, pkt 2:

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaferowania analizatora do OB o wymiarach 450 (szer.) x 297 (gł.) x 390 (wys.).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 5.

Wymogi oceniane dla analizatorów hematologicznych:

Prosimy o wyjaśnienie czy nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli Wymogi oceniane dla analizatora do OB?

Odp. Tak, wystąpiła omyłka pisarska. Zamawiający miał na myśli w Tab.5 „Wymogi oceniane dla analizatora do OB.”

Pytanie nr 5 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia Tab. 7 Wymogi graniczne dla serwisowania analizatorów hematologicznych, analizatora OB. Klimatyzatora, analizatory hematologiczne pkt 5 i analizator do OB, pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści, aby wymiana analizatorów na nowe odbyła się w ciągu 9 tygodni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. Załącznika nr 3 do SWZ _Tab. 2 Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych, pkt. 7 i Tab. 4 Wymogi graniczne dla analizatora do OB, pkt. 4 i Tab. 6 Wymogi graniczne dla klimatyzatora, pkt. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”

Odp. Zamawiający obowiązek ubezpieczenia wydzierżawionego urządzenia opisał szczegółowo w paragrafie 7 pkt. 3 w zał. nr 5 do SWZ tj. projekcie umowy.

Pytanie nr 7 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy §2 ust. 4:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu przez dodanie:

„lub zapewni całodobowy dostęp on-line do harmonogramu na stronie www.....pl”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje modyfikacji zał. nr 5 do SWZ tj. projekt umowy.

Pytanie nr 9 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy §2 ust. 10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: *„lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:”*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje modyfikacji zał. nr 5 do SWZ tj. projekt umowy.

Pytanie nr 10 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy §6 ust. 1:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu przez dodanie *„w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje modyfikacji zał. nr 5 do SWZ tj. projekt umowy.

Pytanie nr 11 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy §6 ust. 3 i 4:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy o treść:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje modyfikacji zał. nr 5 do SWZ tj. projekt umowy.

Pytanie nr 12 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy §6 ust. 10:

Czy w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy, Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach?

Jeśli tak, to prosimy o dodanie §6 ust. 10 wskazujący taki kontakt. Proponujemy następujący zapis:

„Zamawiający dopuszcza kontakt w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach na adres e-mail....., imię i nazwisko....., tel.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje modyfikacji zał. nr 5 do SWZ tj. projekt umowy.

Pytanie nr 13 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy §9 ust.1 lit. c) tryet drugi:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zdania: *„wyłącznie w zakresie wynikającym z realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę”*. Pragniemy zauważyć, że problemy z niesprawnością systemu informatycznego mogą leżeć po stronie Zamawiającego. Nie może dojść do sytuacji że Wykonawca ponosi karę za zaniedbanie po stronie Zamawiającego, na które wpływu nie ma Wykonawca.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje modyfikacji zał. nr 5 do SWZ tj. projekt umowy.

Pytanie nr 14 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy §12 ust.1 pkt 3):

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie:

„Strony dopuszczają dokonanie zmian numerów katalogowych lub nazwy z zachowaniem cen jednostkowych bez konieczności wprowadzenia ww. zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. zmianie na adres e-mail: Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy §13 ust.1 lit. a), b), c):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie:

„z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy §17 ust. 4:

Uprzejmie prosimy o usunięcie słowa „hostingu” gdyż nie dotyczy przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje modyfikacji zał. nr 5 do SWZ tj. projekt umowy poprzez wykreślenie ust. 4.

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie nr 1 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 2. Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych pkt. 6:

Prosimy o możliwość zaproponowania analizatora o wymiarach: 134x102 cm, dostarczane wraz ze stołem, na kołkach, co pozwala na swobodne przemieszczanie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 2. Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych pkt. 6:

Prosimy o wyznaczenie dnia wizji lokalnej.

Odp. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykonania wizji lokalnej.

Pytanie nr 3 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 2. Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych pkt. 16 i pkt. 26:

Prosimy o możliwość zaproponowania analizatora, którym pomiar płytek odbywa się metodą impedancyjną, oraz metodą optyczną z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. Ponadto, w przypadku dużej małopłytkowości, aparat ten jako jedyny na rynku posiada dodatkowy tryb pracy CR/PLT-8X lub CDR/PLT-8X. Podczas korzystania z metody PLT-8X analizator automatycznie wydłuża czas trwania testu w kanale PLT-O do 8 razy w stosunku do normalnego testu, w ten sposób uzyskuje się 8 razy więcej cząstek w porównaniu z normalnym testem. Pozwala to na otrzymanie wiarygodnego wyniku pomiaru PLT, w przypadku zakłóceń rozdziału pomiędzy PLT i RBC, kiedy w próbce występują miko-fragmentocyty czy agregaty płytkowe. Ten tryb charakteryzuje się możliwie najwyższą czułością w stosunku do małopłytkowości.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 2. Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych pkt. 28:

Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie osobnego materiału kontrolnego do RET, biorąc uwagę fakt, że tylko jeden aparat powinien posiadać tryb pomiarowy RET i nie ma potrzeby testowania tych parametrów na analizatorze, który nie posiada tego kanału.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 2. Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych pkt. 19-20:

Czy pod pojęciem IG Zamawiający rozumie frakcję niedojrzałych granulocytów?

Odp. Zamawiający potwierdza, że w pkt. 20 tab. 2 w zał nr 3 do SWZ tj. Opisie przedmiotu Zamówienia, miał na myśli pod pojęciem IG frakcję niedojrzałych granulocytów.

Pytanie nr 6 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 2. Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych pkt. 23:

Prosimy o wykreślenie tego zapisu, który spełnia tylko jeden dostawca co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 2. Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych pkt. 24:

Prosimy o wykreślenie tego zapisu” możliwość różnicowania leukocytów niedojrzałych oraz patologicznych i zapewnić różnicowanie zmian o charakterze reaktywnym i złośliwym oraz stanu odpornościowego”, który spełnia tylko jeden dostawca co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Do pełnej klasyfikacji białaczek i standardowego działania używa cytometru oraz specyficznych paneli przeciwciał a nie analizatora hematologicznego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 2. Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych pkt. 27:

Prosimy o możliwość dopuszczenia analizatora, który posiada możliwość analizowania płynów z jam z ciała, min. płynu z jamy otrzewnowej: WBC-BF, RBC-BF, MN %#, PMN%#, TC-BF%#

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 2. Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych pkt. 38:

Prosimy o możliwość dopuszczenia analizatorów wraz z komputerem zewnętrznym, które stanowią całość, są wyposażone w oprogramowanie Labexpert w języku polskim. Dodatkowo na komputerze z oprogramowaniem Labexpert, znajduje się instrukcja obsługi, również w języku polskim, w celu wyszukiwania informacji odnośnie procedur konserwacji czy czynności obsługi. W momencie wygenerowania błędu, na monitorze analizatora, wbudowana instrukcja na komputerze z oprogramowaniem Lab-Expert, przekierowuje automatycznie i wyświetla działania naprawcze i opis błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator, co pozwala użytkownikowi swobodnie wykonywać czynności w celu usunięcia błędów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 4. Wymogi graniczne dla analizatora do OB pkt. 2:

Prosimy o możliwość dopuszczenia analizatora o wymiarach: 840 szer x 655gł x 600.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza oraz poprawia omyłkę pisarską w postaci jednostki miary. Jednostka miary to mm.

Pytanie nr 11 dot. Załącznika nr 3 do SWZ zał. 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Tab. 4. Wymogi graniczne dla analizatora do OB pkt. 5:

Prosimy o możliwość zaproponowania analizatora, który w stopniu minimalny generuje ścieki, a z racji tego, że posiada również funkcję wykonywania morfologii. Jest jego atutem, gdyż mógłby być przez to dodatkowym back-upem dla analizatorów hematologicznych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie nr 1 dot. zał. nr 5 do SWZ tj. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane od wartości netto?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający działając w myśl art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r, poz. 1710 t. j. ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z jego załącznikami, ogłoszenia o zamówieniu oraz wyznacza nowy terminu składania i otwarcia ofert, tj.:

Zmienione dokumenty zostaną zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec i posiadają poniższe oznaczenia:

- 1) **14_ZP_2023_SWZ_ZMIANA_1**
- 2) **14_ZP_2023_Załącznik_nr_3_do_SWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia_ZMIANA_1**
- 3) **14_ZP_2023_Załącznik_nr_5 do SWZ_PROJEKT UMOWY_ZMIANA_1**
- 4) **14_ZP_2023_OGŁOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_ZMIANA_1**

Było:

Termin składania: 28-04-2023r. g. 8:00

Termin otwarcia: 28-04-2023r. g. 8:30

Jest:

Termin składania: 08-05-2023r. g. 8:00

Termin otwarcia: 08-05-2023r. g. 8:30

Z poważaniem

Karina Suttor
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych

Z upoważnienia Dyrektora
Agnieszka Śniadała
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Karina Suttor