

Tarnów, dnia 17.04.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK/1649/20

**Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**PYTANIE 1 dot. Zakres nr 6 - Systemy do przedłużonej wentylacji**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1 i 2 wysokiej klasy zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, o niżej wymienionych parametrach. Do każdego systemu zamkniętego do odsysania min. 10 fiolek z solą fizjologiczną do przepłukiwania cewnika.

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, długość 56 cm, tracheostomijnej CH14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 drenów Y, kompatybilnych z systemami zamkniętymi do odsysania w pozycji 1 i 2, niżej opisanych:

Dreny do zamkniętych systemów do odsysania - sterylne, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę. 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej, długość drenów min. 2 m, średnica drenów 25CH. Możliwość stosowania drenów przez min. 72h, potwierdzona dokumentem od producenta.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 3**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4-6, ponieważ obecny kształt pakietu pozwala na złożenie oferty przetargowej tylko jednemu Wykonawcy, co znacząco podnosi koszty poniesione przez Państwa Szpital.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 4 Zakres nr 34 - System do zbiórki stolca**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach niżej wymienionych:

System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml wykonanych z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni x 1 szt.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennych worków z systemem do zbiórki stolca o pojemności min. 1500 ml.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.**

**PYTANIE 6 Zakres nr 129 - Laryngoskopy**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1-3 wysokiej klasy, jednorazowych łyżek do laryngoskopów o niżej wymienionych parametrach:

Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh, rozmiary: 00, 0-5 ; typ Miller, rozmiary: 00, 0-4 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376, metalowa stopka łącząca się z rękojeścią. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ .**

**PYTANIE 6**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycjach 1-3 wymaga łyżek do laryngoskopu, które można używać w środowisku MRI oraz wymaga potwierdzenia pisemnego od producenta.

**Odp. Zamawiający nie wymaga łyżek do laryngoskopu, które można używać w środowisku MRI.**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech