



INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (POWTÓRKA)”.

Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 5 pozycja 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 1 dopuści filtr o mniejszej, korzystniejszej dla pacjenta przestrzeni martwej 18ml lub 51ml?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 odstąpi od wymogu: Wymagany opis na korpusie każdego pojedynczego filtra wskazujący która część filtra powinna zostać podłączona od strony pacjenta”, „dotyczy wszystkich pozycji Czy Zamawiający dopuści filtr, którego nowoczesna budowa i konstrukcja uniemożliwia niewłaściwe jego zamontowanie, bez konieczności wizualnej kontroli?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu 5 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 2 wymaga filtra mechanicznego (plisowana membrana hydrofobowa) z wymiennikiem ciepła i wilgoci, który jest filtrem HEPA13 (najskuteczniejszy rodzaj filtracji), czy Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny (tzw. elektrostatyczno-mechaniczny), czy inaczej określany jako „intermolekularny, z barierą mechaniczną w postaci wymiennika ciepła i wilgoci i membrany filtracyjnej”. Żaden z tych filtrów nie jest produktem równoważnym do wymaganego, gdyż nie posiadają one charakterystycznej dla filtrów mechanicznych z wymiennikiem – membrany harmonijkowej, hydrofobowej, celulozowej oraz odrębnej membrany celulozowej, pofałdowanej wymiennika ciepła i wilgoci. Są one zwykłymi filtrami elektrostatycznymi lub tzw. elektrostatycznymi (elektrostatyczno-mechaniczny), działającymi na zasadzie pola elektrostatycznego? Filtry tego typu (elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci) Zamawiający opisał w poz. 1.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 4 dopuści filtr o mniejszej przestrzeni martwej 15, korzystniejszej dla pacjenta? Im mniejsza przestrzeń martwa, tym pacjent ponosi mniej wysiłku oddechowego, co jest korzystne.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu 5 poz. 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 6 dopuści filtr o mniejszej objętości wew. 20ml, korzystniejszej dla pacjenta, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie 6 - dotyczy pakietu 5 poz. 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 6 dopuści filtr wadze 21g, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*



Pytanie 7 - dotyczy pakietu 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie cewników o długości 40 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 8 - dotyczy pakietu 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie cewników CH 10 o długości 40 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 9 - dotyczy pakietu 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga aby na cewniku pod konektorem była nadrukowana nazwa producenta, długość oraz rozmiar cewnika ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 10 - dotyczy pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o skuteczności filtracji przeciwko NaCl $\geq 97,537\%$, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 11 - dotyczy pakietu 5 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o skuteczności nawilżania 30 mg H₂O/l przy V_t=500, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 12 - dotyczy pakietu 5 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o przestrzeni martwej 11 ml i skuteczności filtracji przeciwko NaCl min. 90%, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 13 - dotyczy pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o przestrzeni martwej 21,5 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie 14 - dotyczy pakietu 5 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wymiennik o przestrzeni martwej 7 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 15 - dotyczy pakietu 5 poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml, objętości wewnętrznej 33 ml i wadze 17,2 g?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 16 - dotyczy pakietu 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie (10 Ch czarny, 12 Ch biały, 14 Ch zielony), długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie 17 - dotyczy pakietu 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika równoważnego 8F/12/30/2 o średnicy pętli 2 cm. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*



Pytanie 18 - dotyczy pakietu 3 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego o składzie: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą będącą odpowiednikiem kołnierza mocującego, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzań dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle; kranik Luer-Lock; bezłateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z mechanizmem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Rozmiary cewnika: CH8/10/12.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 19 - dotyczy pakietu 2 poz. 1 i 2

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby przedłużacze były pakowane w opakowanie jednostkowe folia-papier (1 szt.) z fabrycznie umieszczonym na tym opakowaniu dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii (kod UDI), co ułatwia obsługę procesów logistycznych i gospodarkę magazynową Zamawiającego

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby na opakowaniu jednostkowym przedłużaczy znajdowało się oznaczenie "VOL".

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym znajdowało się oznaczenie "VOL".. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

3) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: *Zamawiający nie przewidział możliwości wezwania Wykonawców do przedłożenia próbek zaoferowanego sprzętu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Cierpka

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Panaszek