



Oleśnica

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

Syców

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307, e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl



Oleśnica 16 sierpnia 2023 r.

Znak sprawy: PZS/TP/11/2023

Dotyczy postępowania pn:
„Dostawa narzędzi wielokrotnego użytku ”

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE NR 1 ZADANIE 1, POZ 4

Zamawiający wymaga:” trokar o sr 5 mm, długość 110 mm, gładki bez zaworu do insuflacji z grotem ostrym” w ilości 3szt.

Czy Zamawiający wymaga do każdego trokaru grot ostry , czyli łącznie 3 szt?

Odp.: Tak

PYTANIE NR 2 ZADANIE 1, POZ 5

Zamawiający wymaga:” trokar o średnicy 5mm, długość 60mm, gwintowany z zaworem do insuflacji”

Czy Zamawiający do tego trokaru nie wymaga grotu ostrego? Jeśli tak , w jakiej ilości?

Odp. Zamawiający do tego trokaru wymaga grot ostry, dokonuje się zmiany w załączniku.

PYTANIE NR 3 ZADANIE 1, POZ 8

Zamawiający wymaga:” trokar o średnicy 10mm, długość 110mm, gwintowany z zaworem do insuflacji”

Czy Zamawiający do tego trokaru nie wymaga grotu ostrego? Jeśli tak , w jakiej ilości?

Odp. Zamawiający do tego trokaru wymaga grot ostry, dokonuje się zmiany w załączniku.

PYTANIE NR 1 ZADANIE 2, POZ 1

Zamawiający wymaga:” kosz ze stali nierdzewnej do sterylizacji z uchwytami , druciany 410 x 240 x 70 mm”

Czy Zamawiający dopuści kosz z jednego arkusza stali, nie druciany o wymiarach 540X253X76mm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

PYTANIE NR 2 ZADANIE 2, POZ 18

Zamawiający wymaga:” Sonda Sims, sztywna dł. 32 cm”

Czy Zamawiający dopuści tożsamą sondę o długości 330mm?

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Odpowiedź: dopuszczam

PYTANIE NR 3 ZADANIE 2, POZ 19

Zamawiający wymaga:” Kulociąg Schroder-Braun, ostry , dł. 25 cm”

Prosimy o doprecyzowanie jaki kulociąg Zamawiający wymaga, ponieważ posiadamy w swojej ofercie „KULOCIĄG TYP SCHROEDER MODEL STANDARDOWY PROSTY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 250 MM” oraz „KULOCIĄG TYP BRAUN SMUKŁY MODEL PROSTY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 250 MM”

Odpowiedź: kulociąg standardowy

PYTANIE NR 4 ZADANIE 2, POZ 20

Zamawiający wymaga:” Kleszcze ginekologiczne Winter do łożyska i jajników, proste, fig. 1, dł. 28cm”

Czy Zamawiający dopuści tożsame kleszcze o długości 290mm?

Odpowiedź: dopuszczam

PYTANIE NR 5 ZADANIE 2, POZ 22

Zamawiający wymaga:” Skrobaczka ginekologiczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 4, szer. 11mm, dł. 31,0 cm”

Czy Zamawiający dopuści tożsamą skrobaczkę ginekologiczną, fig. 2, szer.10,5mm,dł. 300mm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

PYTANIE NR 6 ZADANIE 2, POZ 23

Zamawiający wymaga:” Skrobaczka ginekologiczna Recamier, ostra, sztywna, fig 6, szer. 14mm, dł. 31,0 cm”

Czy Zamawiający dopuści tożsamą skrobaczkę ginekologiczną, fig. 4, szer.14mm,dł. 300mm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

PYTANIE NR 7 ZADANIE 2, POZ 24

Zamawiający wymaga:” Skrobaczka ginekologiczna Recamier, ostra, sztywna, fig 8, szer. 16mm, dł. 31,0 cm”

Czy Zamawiający dopuści tożsamą skrobaczkę ginekologiczną, fig. 6, szer.16,5mm,dł. 300mm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

PYTANIE NR 8 ZADANIE 2, POZ 25

Zamawiający wymaga:” Wanna kontenera ze stopu aluminium, dł. 580 mm, wys. 260mm”

Czy Zamawiający dopuści wannę kontenera wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Wymiary wanny kontenera :592X274X120mm

Odpowiedź: nie dopuszczam

PYTANIE NR 9 ZADANIE 2, POZ 26

Zamawiający wymaga:” Pokrywa kontenera ze stopu aluminium, bez filtrów, 580x280mm, do transportu narzędzi”

Czy Zamawiający dopuści pokrywę do transportu narzędzi kompatybilną z oferowaną wanną kontenera zawierającą 2 filtry?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Zadanie 2 (5.2):

Poz. 1

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści w poz. 1: Kosz ze stali nierdzewnej do sterylizacji, z uchwytami, druciany, o wymiarach 405 x 245 x 70 mm:

Odp.: dopuszczam

Poz. 26 (dot. 25)

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści w poz. 26: Wanna kontenera ze stopu aluminium, dł. 600 mm x 272mm, wys. 235mm.

Odp. Nie dopuszczam

Poz. 27 (dot. 26)

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści w poz. 27: Pokrywa kontenera ze stopu aluminium, bez filtrów, 585x285mm, do transportu narzędzi, kompatybilna z oferowaną wanną w poz. 26.

Odp.: nie dopuszczam

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w razie nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji dostawy wynikającej z terminów wskazanych w umowie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto części dostawy, której dotyczy zwłoka za każdy dzień, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części dostawy, której dotyczy zwłoka.**

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 1 b) umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania w należyty sposób. Termin ten nie może być krótszy, niż 30 dni,

Odp. Nie dopuszczam. Zamawiający przewiduje jednorazową dostawę narzędzi, nie zamawia narzędzi sukcesywnie

Zatwierdziła:
zastępca dyrektora
ds. lecznictwa
lek. med. Gizela Jagielska