



PCZ/II-ZP/14a/2024

Żnin, dn. 06.06.2024 r.

Dotyczy: zapytane ofertowe na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej na potrzeby fizjoterapii dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie 1 - Dot. Kabiny do ćwiczeń i powieszń UGUL - czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabiny, której średnica prętów sufitu wynosi 6 mm, wymiar oczka kratownicy wynosi 10x10 cm, waga kabiny to 130 kg, a maksymalne obciążenie 150 kg. Czy dodatkowe pole do kabiny UGUL jest wymagane i konieczne do przedstawienia oferty, czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści ofertę bez dodatkowej ściany do kabiny UGUL?

Dot. osprzętu do kabiny UGUL - czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podwieszki ud i ramion 135x540 mm oraz podwieszki pod miednicę 230x830 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2), również na dodatkowe pole do kabiny UGUL. Zamawiający wymaga kabiny UGUL o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza parametrów wskazanych w zapytaniu Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza podwieszki ud i ramion o wymiarach 135x 540 mm oraz podwieszki pod miednicę 230 x 830 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Zastępca Dyrektora
Ds. ekonomiczno – administracyjnych
Ewa Galas - Gąsior**

