



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”  
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji  
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



Września, dn.18.08.2021r.

SA-381-9/21

**Dotyczy postępowania:** „zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych”

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający w <b>Pakiecie 31 w pozycji 1e</b> (rozmiar 9,5) dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarze 9,0 mm; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.	Zamawiający dopuszcza
2	Czy Zamawiający w <b>Pakiecie 31 w pozycji 8</b> dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z jedną strzykawką luer lock 30 lub 60 ml; zestaw spełniający pozostałe zapisy SWZ.	Zamawiający dopuszcza ze strzykawką 60 ml w zestawie
3	Czy Zamawiający w <b>Pakiecie 31 w pozycji 9</b> (z racji na zmianę dokonaną przez producenta) dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z komorą na wydzielinę o pojemności 2100 ml; z samouszczelniającym się portem bezigłowym (na tylnej ścianie zestawu) do pobierania próbek drenowanej treści; z mechaniczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym (bez filtra); z bezłateksowym drenem łączącym (dren bez metalowej sprężyny, zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.	Zamawiający dopuszcza
4	Czy Zamawiający w <b>Pakiecie 66</b> dopuści zestaw do konikotomii o składzie: specjalnie zabezpieczony skalpel, który pozwala na wykonanie prawidłowego nacięcia więzadła pierścienno-tarczowego bez ryzyka uszkodzenia tylnej ściany tchawicy; <b>igłę</b> Tuohy; strzykawkę; <b>przewodnicę</b> o długości 50 cm, która ułatwia wprowadzenie kaniuli do tchawicy; <b>rozszerzadło</b> ; zaoblony przewodnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli; <b>kaniulę</b> z silikonowanego PCW o średnicy wewnętrznej 4 mm; <b>cewnik</b> do odsysania; łącznik 15 mm; tasiemka do zamocowania kaniuli do szyi pacjenta. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku.	Zamawiający dopuszcza

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140  
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł  
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30  
[www.szpitalwrzesnia.home.pl](http://www.szpitalwrzesnia.home.pl); e-mail: [sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl);

5	Pakiet 33 poz 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych wkładów jednorazowych firmy Serreso pojemności 3000 ml, 2000ml i 1000ml. Wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepelnieniowej zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady bez zawartości PCV, posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje się na pojemniku dzięki temu nie ma potrzeby dotykania drenu próżniowego ani łączenia między zabiegami)). Wkłady posiadają wygodną pętlę do demontażu. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego portu o średnicy 7/2 - 12mm, mogą być jednocześnie zastosowane do standardowych zabiegów jak i zabiegów wymagających masywnego odsysania czy zabiegów ortopedycznych. Zamawiającemu pracował już na tym systemie.	Zamawiający dopuszcza
6	Pakiet 33 pozycja 3 : Wnosimy o dopuszczenie równoważnego drenu łączącego, przezroczystego min.dł.2,1 m, średnica wewnętrzna 6 mm, z jedną rozszerzoną przezroczystą końcówką i drugą z łącznikiem do kontroli siły ssania, sterylne.	Zamawiający dopuszcza
7	Pakiet 33 pozycja 4: Wnosimy o dopuszczenie produktu równoważnego tj Drenu balonowego, średnica wewnętrzna 6mm, długość 30 m, poszerzenia przekroju w odstępach co 90cm.	Zamawiający dopuszcza
8	Pytanie dotyczy pakietu 64 poz. 1 Czy Zamawiający kleszcze endoskopowe do gastrokopii o długości 180 cm?	Zgodnie z SWZ
9	Pytanie dotyczy pakietu 64 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek gdzie szczotka do zaworów ma długość 15,5 cm a średnica szczotek to 5/10 mm?	Zgodnie z SWZ
10	Pytanie dotyczy pakietu 64 poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty gdzie w pałapce brak jest możliwości wyjęcia poszczególnych komór?	Zgodnie z SWZ
11	Pytanie dotyczy pakietu 64 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania o średnicy igły 0,6mm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SWZ

Przew. Zarządu  
„Szpitala Powiatowego we Wrześni”  
Sp z o.o w restrukturyzacji  
Zbigniew Hupalo