



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 43 /02/2021

Chrzanów, 15.02.2021 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla stacji dializ Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”- sprawa nr 3/2021.**

1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 4 w poz. 1 – linii krwi bez wiatraczka i wydzielanie linii do oddzielnego pakietu.

**Odp. Nie, zgodnie z SWZ.**

2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 dializatorów z błoną syntetyczną – polinefronową, w poz. 2 o powierzchni 1,5m<sup>2</sup>; w poz. 3 o powierzchni 1,7m<sup>2</sup>; w poz. 4 o powierzchni 1,9m<sup>2</sup> i w poz. 5 o powierzchni 2,1m<sup>2</sup>, spełniające pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Nie, zgodnie z SWZ.**

3. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek przez oferenta, którego sprzęt jest obecnie stosowany przez Zamawiającego.

**Odp. Nie, zgodnie z SWZ.**

4. Dotyczy pakietu nr 1: Czy zamawiający mógłby doprecyzować rozmiar igieł w pozycji 1 i 2? Czy chodzi o rozmiar 15 G i 16 G, co daje 1,8 mm i 1,6 mm?

**Odp. Zgodnie z SWZ zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 igieł o średnicy 1,5 mm i 1,6mm.**

5. Dotyczy pakietu nr 6 poz.1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dializatora o powierzchni 1,4m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak, dopuszczamy.**

6. Dotyczy pakietu nr 6 poz.3: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora o powierzchni 1,7m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak, dopuszczamy.**

7. Dotyczy pakietu nr 6 poz.4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dializatora o powierzchni 2,1m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak, dopuszczamy.**

8. Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający zgodzi się na składanie ofert częściowych na każdą część oddzielnie w zakresie zadania nr 6 lub dokona podziału i wydzieli pozycję nr 1 do oddzielnego pakietu?

**Odp. Nie, zgodnie z SWZ.**

**Z poważaniem**

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie


mgr Artur Baranowski

Sporządziła:

Dział Zarządzania Publicznych  
Zaopatrzeniem

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16  
tel. 32 624 70 29  
fax. 32 623 94 28



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892