



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 4824 /2022

Data: 18.11.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę opatrunków i materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. Znak Sprawy: 4624 / 2022

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie 2 z poz. 2 igły o długości 45 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 2 igłę z tnącą końcówką, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 2 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 2 i 3 igłę z okrągłą końcówką, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie 2 poz. 3 igły okrągło tnącej o długości 36 mm, nie długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie 7 poz. 1 szwu z igłami o długości 2 x 10 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 siatkę dwuwarstwową do stosowania wewnątrzotrzewnowego, miękką, niewchłaniającą, z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP); grubość 0,5 mm, gramatura średnia: 120 g/m², z oznaczeniem strony implantacji i dwukierunkowej elastyczności, z możliwością przycięcia do oczekiwanego kształtu/rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 poz. 3 siatkę w rozmiarze 30 x 30 cm i/lub 30 x 50 cm z możliwością docięcia do oczekiwanego rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na siatkę o rozmiarze 30 x 30 cm z możliwością docięcia do oczekiwanego rozmiaru.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu nr 9 poz.. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 9, poz. 1 dopuści siatkę w rozmiarze 12 x 15 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 9, poz. 2 dopuści siatkę w rozmiarze 15 x 15 cm i/lub 15 x 30 cm z możliwością docięcia, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na siatkę o rozmiarze 15 x 30 cm z możliwością docięcia do oczekiwanego rozmiaru..

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

