

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:
„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy z zaokrągleniem w górnej części i zwężeniem w nadgarstku (zdjęcie poglądowe poniżej)?



Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę nasączoną jednostronnie środkami myjącymi?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 17cm x 24,5cm?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 100g/m² (część przednia pokryta mydłem), oraz o gramaturze 70g/m² (część tylna bez mydła)?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia certyfikatów do oferty?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę z badaniami na brak zawartości TPC, Fungi, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus hemolyticus?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do zębów z odsysaniem zarejestrowaną jako wyrób medyczny klasy IIa?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 100g/m²?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia certyfikatów do oferty?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę ze specyfikacją techniczną na brak zawartości Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, aeruginosa, Candida albicans?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści bez nadrukowanego rozmiaru na opakowaniu?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści myjki o parametrach:

Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Testowane dermatologicznie. Opakowanie a'12 sztuk (z przeliczeniem ilości) z możliwością wielokrotnego zamykania. Rozmiar 20 cm x 20 cm. Chusteczki oczyszczające przeznaczone do każdej części ciała pacjenta zapewniają oczyszczenie i pielęgnację skóry. Ściereczki są delikatne i miękkie idealne dla wrażliwej skóry. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700 W. Posiada kartę kontrolną na opakowaniu oraz instrukcję użytkowania.

Skład: Dimetikon (3%), fosforan chlorku linoamidopropylu PG-dimoniowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, alantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego, polisorbát 20, tetrasodowy EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferylu diglukonian chlorheksydyny, gliceryna, nipagard, perfum, ekstrakt z rumianku. Witamina E oraz Prowitamina B5?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach:

Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia całego ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce na 20 sekund przy mocy 700W. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Testowane dermatologicznie. Przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry. Opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania. Opakowanie zawiera 10 myjek (z przeliczeniem ilości). Wykonane z włókny o gramaturze 85g. Wymiary: 17cm x 23,5 cm. Skład: Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbát 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową o długościach:

- rozmiar 1 /70mm
- rozmiar 2 /80mm
- rozmiar 3 /90mm
- rozmiar 4 /100mm
- rozmiar 5/110mm?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji o parametrach:

- Bezigłowy port wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne, wygodne i skuteczne użytkowanie
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne stosowanie portu
- Zabezpiecza przed wyciekaniem podawanych płynów poza port
- Wewnętrzna przestrzeń portu nie zawiera martwej przestrzeni, redukuje osadzanie się krwi i leków
- Doskonale szczelna konstrukcja, zapobiega dostawaniu się do łącznika powietrza, płynów i ciał stałych
- Prosty tor przepływu zmniejsza wstrząsy i komplikacje podczas iniekcji
- Mały rozmiar portu
- Przezroczysta obudowa zapewnia kontrolę wzrokową podawanych płynów
- Możliwość stosowania portu podczas badania rezonansem magnetycznym
- Duże światło toru przepływu portu umożliwia stosowanie cewników zwiększonych przepływach takich jak cewniki do hemodializy
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowany EO
- Czas użytkowania 7 dni
- Przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji
- Objętość wypełnienia 0,09 ml
- Przepływ 400-440ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3bary=44psi
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2bary=29psi

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez jonów srebra w strukturze materiału?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy ze standardowym systemem montowania?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 2m?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dołączonym osobno kapturkiem zabezpieczającym?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez kapturka zabezpieczającego?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 2 rur 2m i długością dodatkowej rury: do 1,2m?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści obwód ze standardowym systemem montowania?

Pakiet nr 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści obwód z koreczkiem na łączniku kątowym nie posiadającym linki?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści obwód z dołączonym osobno kapturkiem zabezpieczającym?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści obwód bez kapturka zabezpieczającego?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 6-14, 16-17

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych bez przewodnicy?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną kontrastującą skalą? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 poz. 3 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 0,5ml?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 poz. 4 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 1ml?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 pozycji 4, 18 dopuści wycenę opakowań x 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 pozycji 5 dopuści wycenę strzykawki z białym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą co 0,01ml?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 poz. 6 dopuści wycenę strzykawki „Janett” 100ml z końcówką o ścięciu standardowym, usytuowaną centralnie, z dwoma łącznikami luer?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki z mlecznym tłokiem oraz czarną kontrastującą skalą?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 pozycji 23 dopuści przyrząd o parametrach:

„Przyrząd jednorazowy do przetaczania płynów infuzyjnych składający się z :

- osłonki igły biorczej
- igły biorczej dwukanałowej, ścięta dwupłaszczyznowo uniemożliwiającej wypadanie przyrządów z butelek
- hydrofobowego filtra powietrza
- zatyczki filtra hydrofobowego
- komory kroplowej 20 kropli = 1 ml
- filtra płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacza rolkowego
- łącznika dodatkowej iniekcji
- korka iniekcyjnego
- drenu medycznego o długości 1500 mm
- komora kroplowa wolna od PVC, długość komory w części przezroczystej minimum 62 cm komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów
- pakowany pojedynczo, sterylny
- opakowanie jednostkowe : papier – folia”?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 pozycji 25 dopuści przyrząd o parametrach:

„Przyrząd jednorazowy do przetaczania leków światłoczułych (bursztynowy) składający się z :

- osłonki igły biorczej
- igły biorczej dwukanałowej, ścięta dwupłaszczyznowo uniemożliwiającej wypadanie przyrządów z butelek
- hydrofobowego filtra powietrza
- zatyczki filtra hydrofobowego
- komory kroplowej 20 kropli = 1 ml
- filtra płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacza rolkowego
- łącznika dodatkowej iniekcji
- korka iniekcyjnego
- drenu medycznego o długości 1500 mm
- komora kroplowa wolna od PVC, długość komory w części przezroczystej minimum 62 cm komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów
- pakowany pojedynczo ,sterylny
- opakowanie jednostkowe : papier – folia” ?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 pozycji 26 dopuści przyrząd o parametrach:

„Przyrząd jednorazowy do podawania krwi i preparatów krwi składający się z :

- osłonki igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie
- igły biorczej dwukanałowej uniemożliwiającej wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe połączenie nawet do małych pojemników miękkich
- hydrofobowego filtra powietrza
- zatyczki filtra hydrofobowego w kolorze czerwonym
- komory kroplowej 20 kropli = 1 ml wolna od PVC
- długość komory 90 mm
- pojemność komory 18 ml
- filtra krwi o wielkości oczek 200 µm
- zaciskacza rolkowego
- drenu medycznego o długości 1500 mm
- komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów
- opakowanie kolorystyczne folia-papier,, ?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 poz. 24 dopuści wycenę aparatu do szybkiego przygotowania kroplówki gwarantującego bezpieczną infuzję o następujących parametrach:

- przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się,
- elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu,
- precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu,
- filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu i zbędną utratą leku podczas jego wypełniania,
- filtr hydrofilny w komorze kropelkowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki,
- zawór zabezpieczający przed cofaniem się krwi do drenu,
- sterylne. ?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 poz. 23 dopuści wycenę aparatu do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji wyposażony w przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się, elastyczną dolną część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. Zawór BCV zapobiegający cofaniu się krwi do drenu?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego -

orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiąmane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy:

Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do

przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznaných mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 7

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie dokumentów, jakich będzie oczekiwał od Wykonawcy w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia, spowodowanego sytuacją, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 455 PzP).

M.in. faktur lub innych dokumentów potwierdzających wzrost cen za materiały, media itp. i jaki mają bezpośredni wpływ na wzrost cen.

Dotyczy pakietu 34

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pytanie 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika na próbki histopatologiczne zakręcane o całkowitej pojemności 30 ml, wypełnionego 10ml buforowanej formaliny.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pytanie 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520 ml

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pytanie 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pytanie 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału

chirurgicznego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pytanie 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 7 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 3400 ml

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

wz. Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Opolu
lek. med. Jacek Klós

