

DOZ.240.8.2024

Bydgoszcz, 21 sierpnia 2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu diagnostycznego oraz materiałów opatrunkowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”

Numer ogłoszenia: 2024/S 138-428351; data publikacji: 2024-07-17

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. 3 i 4

Bardzo proszę o dopuszczenie standardowych masek z rezerwuarem bez obrotowego łącznika. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2 poz. 28-31

Czy Zamawiający będzie wymagał 2-uch pierścieni zabezpieczających przed przypadkowym wycofaniem tłoka z cylindra.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 2 poz. 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 0,6 bez dodatkowego portu iniekcyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 2 poz. 35-41

Czy Zamawiający będzie wymagał w tych pozycjach aby zaoferowane kaniule pochodziły od jednego producent?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 2 poz. 42-44



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania zgłębników, które posiadają łącznikami z reduktorem luer i zatyczką?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Sporządziła: Anna Tomaszewska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie