

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2020 r.

nr sprawy: D10.251.24.C.2020

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa implantów kostnych, chirurgicznych, łąk naczyniowych (38 pakietów)” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 057-135287 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

WYNIKI POSTĘPOWANIA

W ZAKRESIE PAKIETU 29

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający kierował się następującymi kryteriami wyboru: **Cena-waga: 98%, Termin dostawy-waga: 2%.**

I. WYBRANE OFERTY

Najkorzystniejsze oferty, tj. oferty przedstawiające najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów wyboru, to:

Pakiet 29:

Oferta nr 15:

Stryker Polska Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa

Cena oferty brutto: 146.884,00 PLN

II. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH OFERT WRAZ Z PRYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Pakiet 29					
Nr oferty	Firma	Cena (zł)	Punktacja		
			Cena (max 98,00 pkt)	Termin dostawy (max 2 pkt)	SUMA PUNKTÓW
4	Fabre Sp. z o.o. Ul. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa	89.115,00	Oferta nie podlega ocenie.		
15	Stryker Polska Sp. z o.o. Ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	146.884,00	98,00	2,00	100,00

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Nie zostali wykluczeni wykonawcy.
2. Odrzucono następującą ofertę:

Oferta nr 4

Fabre Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 81,
02-001 Warszawa

Podstawa prawna odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Podstawa faktyczna odrzucenia:

W zakresie pakietu nr 29 Zamawiający oczekiwał zaoferowania Stabilizatora Micro, Stabilizatora na przedramię oraz Stabilizatora na kości długie, zgodnie z wymaganiami i ilościami wskazanymi w Formularzu asortymentowo cenowym.

W dniu 13 maja 2020 Zamawiający przesłał do Wykonawcy Fabre Sp. z o.o. wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, wzywając m.in. do złożenia próbek – po 1 sztuce z każdej pozycji zaoferowanego asortymentu. Do wyznaczonego terminu, czyli do dnia 26 maja 2020 r., próbki nie dotarły do Zamawiającego, natomiast Wykonawca, w dniu 26 maja 2020 r., przekazał pismo z prośbą o wydłużenie terminu na dostarczenie próbek. W dniu 27 maja 2020, Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wskazanych próbek z terminem do 02 czerwca 2020 r. W odpowiedzi na wezwanie w dniu 02 czerwca próbki dotarły do Zamawiającego.

Próbki zostały zbadane przez Komisję Przetargową i stwierdzono co następuje.

1. Przesłane próbki są niekompletne, w szczególności brak próbek dla następujących pozycji:

- dla Stabilizatora micro brak próbek dla: poz. 3 – pokrętko do zacisków (nr kat. FIS1007),
- dla Stabilizatora na przedramię brak próbek: poz. 4 Klamra pręt-pręt i pręt grot na pręt 5 mm i groty 3 i 4 mm (nr kat. FHM1002),
- dla Stabilizatora na kości długie brak próbek: poz. 2 – klamra na 10 grotów 4,5 i 6 mm (nr kat. FHL1012), - poz. 5 – Pręt stalowy do klamry równoległej (nr kat. FHL 1008C), poz. 8 – Groty do stabilizatora zewnętrznego 4mm dł. 150 mm.

2. Wykonawca oświadczył, iż zaoferowane przez niego wyroby spełniają wymogi dopuszczenia do obrotu i używania i są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.), zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ. Natomiast, na podstawie przesłanych próbek, zaoferowany asortyment nie jest zgodny z ustawą z w/w ustawą. Zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych** (zarządzenie na podstawie art. 23 ust 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyborach medycznych (Dz. Ust. Z 2015 r. poz. 876 i 1918)), na podstawie **zał. nr 1 do Rozporządzenia „Wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych”**, część II pkt 8.6 i 8.7:

8.6. Opakowanie niesterylnych wyrobów medycznych musi zapewnić utrzymanie ich w stanie niepogorszonym, na ustalonym przez wytwórcę poziomie czystości mikrobiologicznej. Jeżeli wyroby medyczne mają być sterylizowane przed użyciem, opakowanie musi minimalizować ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego i uwzględniać metodę sterylizacji wskazaną przez wytwórcę.

8.7. Opakowanie lub etykiety wyrobów medycznych muszą zapewniać rozróżnienie między identycznymi lub podobnymi wyrobami medycznymi, sprzedawanymi zarówno w stanie sterylnym, jak i niesterylnym.

Przesłane próbki, w większości przypadków, nie posiadają opakowań ani etykiet oraz nie są właściwie oznakowane, ich identyfikacja możliwa jest jedynie na podstawie numeru ref., który znajduje się bezpośrednio na danym wyrobie i jest słabo widoczny dla użytkownika wyrobu lub wręcz niewidoczny, w niektórych wypadkach wymagane jest użycie lupy lub szkła powiększającego do odczytania numeru ref lub numer ref jest w tym samym kolorze, co kolor wyrobu, różni się jedynie odcieniem (np. jest w kolorze czarnym). Takie oznakowanie zaoferowanych wyrobów medycznych jest niezgodne z przytoczonym wyżej Rozporządzeniem, gdzie wskazano wytyczne zarówno dotyczące opakowań, a także odnośnie sposobu na rozróżnienie wyrobów medycznych od siebie. Odnosi się to w szczególności do próbek następującego asortymentu:

- Stabilizator micro - poz. 4 Klucz śr. 4 mm (nr kat. FIS1004),
- Stabilizatora micro- poz. 2- grotowkręty kostne (nr ref. FSC 16xxxx, FSC20xxxx) brak możliwości identyfikacji wyrobu,
- Pręty węglowe dla stabilizatora na przedramię- poz. 3 (nr ref. FCR05xx) oraz dla stabilizatora na kości długie - poz. 6 (nr ref. FCR08xx) asortyment jest niemożliwy do identyfikacji, ze względu na brak oznaczenia.

Odnosnie asortymentu Pokrętło do zacisków- (stabilizator micro, poz. 3)- brak możliwości weryfikacji, brak numeru ref na opakowaniu.

Odnosnie asortymentu Stabilizator zewnętrzny (stabilizator micro, poz. 1)- przesłana próbka została umieszczona w opakowaniu do innego stabilizatora.

W związku z powyższym, iż zaoferowany asortyment nie spełnia wymagań wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, oferta Wykonawcy Fabre Sp. z o.o. podlega odrzuceniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zawrze umowę w czasie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt. 1) ustawy wskazanej powyżej.

Zatwierdził
Wiceprezes ds. ekonomicznych- Piotr Wróblewski

Sporządził: Magdalena Czerniawska – Sekretarz komisji przetargowej

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski