

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 1/79 /2021

Wrocław, dnia 11.02.2021r.

## INFORMACJA NR 2

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp jako kierownik Zamawiającego przekazuje zmianę treści SWZ oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **DOSTAWA TESTÓW DO DIAGNOSTYKI ZAKAŻEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO METODĄ REAL-TIME PCR**, znak postępowania Szp/FZ – 1/2021

### Zmiana treści SWZ: zapisy przyjmują brzmienie

#### **XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk\\_wroclaw](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw) do dnia **17.02.2021 r. do godz. 09:30.**

#### **XV. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2021, o godzinie 10:00.*

### Wyjaśnienia treści SWZ

#### **Pytanie nr 1.**

*W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się do Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania Wykonawcy:*

*Zwracamy się z prośbą o możliwość wyłączenia pozycji 1 do osobnego pakietu. Prośbę uzasadniamy tym, że połączenie tych dwóch pozycji w jednej części ogranicza ilość dostawców mogących zaoferować produkt z pozycji 1, wpływa limitująco na konkurencję i składaną liczbę ofert przetargowych a także przyczynić się może do uzyskania mniej korzystnych warunków dostawy produktu w postaci wyższej ceny i/lub dłuższego terminu dostawy.*

*Zaznaczamy, że test który chcemy zaoferować ma odpowiedni profil temperaturowy:*

Tabela 3. Profil RT-PCR w czasie rzeczywistym

Krok	Temperatura	Czas	Cykle
Odwrotna transkrypcja	45°C	15 min	1
Wstępna denaturacja	95°C	2 min	1
Denaturacja	95°C	10 sec.	45
Przyłączanie/Wydłużanie*	60°C	50 sec.	

625-01\_626-01 V.01-07.2020

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu pozycji nr 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

### **Pytanie nr 2.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podział zadania na dwa odrębne pakiety z możliwością składania ofert częściowych – pozwoli to Wykonawcy na złożenie w wybranej części zamówienia konkurencyjnej i atrakcyjnej cenowo oferty?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na podział zadania na dwa odrębne pakiety z możliwością składania ofert częściowych.. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie nr 3.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu 2 (Zestaw do wykrywania infekcji oddechowych (18 patogenów) w materiale genetycznym wyizolowanym z wymazów z nosogardzieli i aspiratów z dróg oddechowych) produktu równoważnego – tj. testu pozwalającego na oznaczenie 32 próbek i 21 patogenów oddechowych w tym: grypy typu A (IAV), wirusem grypy typu A podtypu H1N1 pochodzenia świńskiego (IAV [H1N1] swl), wirusem grypy typu B (IBV), ludzkim rinowirusem (HRV), ludzkimi koronawirusami (HCoV) 229E, NL63, HKU1 i OC43, ludzkimi wirusami grypy rzekomej (HPIV) typu od 1 do 4, ludzkimi metapneumowirusami (HMPV) typu A i B, bokawirusami człowieka (HBoV), Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae), ludzkimi wirusami syncytium nabłonka oddechowego (HRSV) typu A i B, ludzkimi parechowirusami (HPeV), enterowirusami (EV) i ludzkim adenowirusem (HAdV) test w formie płynnej w 5 fiolkach

### **Odpowiedź:**


Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie w zadaniu 2 oferty testu pozwalającego na oznaczenie 32 próbek i 21 patogenów oddechowych, ponieważ Zestaw do wykrywania infekcji oddechowych (18 patogenów) w materiale genetycznym wyizolowanym z wymazów z nosogardzieli i aspiratów z dróg oddechowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

  
KIEROWNIK DZIAŁU  
Zaopatrzenia i Zakupów Publicznych  
Roman Komora

  
Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansów i Administracji  
mgr Mariola Dworkowska-Dąbrowska

**REFERENT**  
ds. Zamówień Publicznych

  
mgr Anna Lis  
Opracowała:  
Anna Lis,  
Referent ds. zamówień publicznych  
tel. 71/ 73-29-621