



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 858  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 29/ZP/2023  
DZP/259/2023

Zgorzelec, dnia 17.10.2023r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

#### **Dotyczy przetargu na: Dostawy gazów medycznych: tlenu medycznego, azotu ciekłego, gazów sprężonych w butlach wraz z dzierżawą zbiorników oraz butli, dostawy mieszaniny gazów (sprężony tlen medyczny + sprężony podtlenek azotu).**

W związku z zapytaniem od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 t. j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Pytanie nr 1 do Pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający oczekuje aby długość zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów tj. 50% tlen i 50% podtlenek azotu wraz z oferowanym sprzętem jednorazowym niezbędnym do podawania mieszaniny mierzona w płaszczyźnie poziomej do podłoża była nie większa niż 12 cm?, co ma na celu możliwie jak największe zmniejszenie oporu przepływu zarówno przy wdechu jak i wydechu, co oznacza mniejszy wysiłek dla pacjenta.

**Odp. Zamawiający nie wymaga aby długość zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów tj. 50% tlen i 50% podtlenek azotu wraz z oferowanym sprzętem jednorazowym niezbędnym do podawania mieszaniny mierzona w płaszczyźnie poziomej do podłoża była nie większa niż 12 cm.**

##### **Pytanie nr 2 do Pakietu nr 4:**

Czy pracownicy wykonawcy, którzy będą odpowiedzialni za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O<sub>2</sub> i 50% N<sub>2</sub>O) mają posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie wymienionych powyżej certyfikatów?

**Odp. Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienie w zakresie pakietu nr 4 nie wymaga przeprowadzenia szkolenia w tym zakresie.**

##### **Pytanie nr 3 do Projektu umowy:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Kamila Kraft  
Specjalista ds.  
Zamówień Publicznych**

Z poważaniem

**Z upoważnienia Dyrektora  
Radosław Jabłoński  
Z-ca Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa [https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_zgorzelec](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec)
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Kamila Kraft