

Gdańsk, dnia 19 listopada 2019 r.

D10.251.55.M.2019

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**INFORMACJA  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
W ZAKRESIE PAKIETU NR 9**

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” na :*

**DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ III**

Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o., uprzejmie informuję, że w wyniku ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 nr 1843 t.j. z dnia 2019.09.27.) unieważnia postępowanie w części dotyczącej pakietu nr 9. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa bowiem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W pakiecie nr 9 wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu (oferta nr 5) Olympus Polska Sp. z o.o., Suwak 1/3, 02-676 Warszawa, za kwotę brutto: 1 964 631,92 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert – 88 pkt (cena 60 pkt, okres gwarancji - 20 pkt, ocena techniczna - 8 pkt) – przy kryterium oceny: cena 60,00%, okres gwarancji 20,00 %, ocena techniczna – 20,00%. Jednak na sfinansowanie tej części zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę brutto: 1 256 800,00 zł. W zakresie części nr 9 złożono tylko ww. ofertę, która nie podlegała odrzuceniu.

**WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA**

Oferta nr 3 firmy: Medim Sp. z o. o., Ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno za kwotę brutto: 1 165 905,93 zł (z okresem gwarancji 72 miesiące).




## UZASADNIENIE

Zamawiający w załączniku nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) –w zakresie pakietu nr 9 zad. 1 - w punkcie nr 34 wymagał spełnienia następującego parametru: „Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms”. Zaś Wykonawca zaoferował monitor, w którym czas reakcji matrycy wynosi 22 ms. Jednocześnie wskazał, że parametr ten jest zgodny z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 08.10.2019 r. Jednak w odpowiedziach z dnia 08.10.2019 r. Zamawiający nie dokonał modyfikacji tego parametru, a opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie pozostał bez zmian. Wskazać również należy, że dostępne karty katalogowe zaoferowanego urządzenia, również nie potwierdzają spełnienia tego wymogu przez zaoferowany monitor medyczny FSN FS-L3202D ( tj. czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms).

## INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. W toku postępowania nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Z poważaniem

  
WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji przetargowej  
Marta Muszyńska-Orciuch