

Gdańsk, dnia 02 sierpnia 2019 r.

D10.251.40.F.2019

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę urządzeń biurowych, produktów medycznych i niemedycznych.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
ORAZ
SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI Z DNIA 30.07.2019**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 19 poz.1

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania niszczarki o wysokich parametrach technicznych, a co za tym idzie waga oferowanych niszczarek będzie wynosiła około 12/15kg. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie zawarł wymogu, aby niszczarka była mobilna, czyli posiadała 4 kółka (na wszystkich rogach urządzenia) skrzętne dla łatwego przesuwania i przemieszczania niszczarki.

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały cztery kółka skrzętne dla łatwego przesuwania i przemieszczania niszczarki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 dot. Pakietu nr 19, poz. 2

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania mocnego, dużego urządzenia o dużej wydajności, które zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga systematycznego smarowania wałków tnących dla utrzymania nominalnej wydajności oraz obniżenia poziomu głośności, dlatego dobrym rozwiązaniem w tego typu niszczarkach jest zastosowanie systemu automatycznego smarowania wałków tnących, który sam dozjuje olej na wałki tnące przez potrzeby angażowania użytkownika/administratora.

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były wyposażone w system automatycznego smarowania wałków tnących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3 dot. Pakietu nr 19, poz. 2

Zamawiający w opisie zamieścił bardzo wysokie wymagania w zakresie parametrów urządzeń do niszczenia dokumentów, w opisie tym pomimo tego, iż są to często duże urządzenia posiadające szerokie otwory nie ma mowy o żadnym systemie zabezpieczającym operatora przed niepożądanym (identyfikatory, krawaty, chusty itd.) umieszczeniem materiału na wałkach tnących. Nowoczesne urządzenia takich marek jak Fellowes, Ideal, HSM oraz Eba posiadają rozwiązania mające na celu zabezpieczenie operatora przed dostaniem się materiału niepowołanego na noże tnące. Są to dotykowe lub manualne klapki/osłony bezpieczeństwa, które przy nacisku na osłonę/ uniesienia klapy bezpieczeństwa zatrzymają prace urządzenia. Wnosimy, zatem o zabezpieczenie operatorów niszczarek przed niepożądanym wciągnięciem materiału i wymaganie by zaoferowane urządzenia posiadały w standardzie dotykową lub manualną klapkę/osłonę bezpieczeństwa znajdującej się na

całej szerokości szczeliny podawczej.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, które będzie wyposażone w klapki/osłonę lub dotykowe szczeliny bezpieczeństwa znajdujące się na całej szerokości podawczej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4 dot. Pakietu nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o poprawę numeracji pozycji w pakiecie nr 16 i wymagań bezwzględnych, których się tyczą.

Pakiet nr 16	
Lp.	Asortyment
	x
2	Kasetki histopatologiczne standardowe z otworami 1x5 mm z wieczkiem na zawieszki do dużych biopsji
6	Gąbki do kasetek histopatologicznych
Razem	
Lp.	Wymagania bezwzględne
1	Pozycja 1 - w sześciu kolorach: żółty, pomarańczowy, jasnoróżowy, jasnoniebieski, jasnozielony, biały
2	Pozycja 1 - do automatycznego drukowania
3	Pozycja 2 - (różne kolory) produkt jednorazowego użytku

Powyższy zapis jest niejasny dla Wykonawcy, gdyż nie wiadomo, czy wymaganie bezwzględne z punktu 3 - wymóg różnych kolorów, tyczy się kasetek, czy gąbek do kasetek, ponieważ zgodnie z numeracją pozycja druga to kasetki.

Odpowiedź: W związku z pytaniem, Zamawiający dokonuje modyfikacji w pakiecie nr 16. Zamawiający poprawia numerację asortymentu oraz zmienia wymaganie bezwzględne dla gąbek do kasetek - usunięto wymaganie z punktu nr 3 - wymóg różnych kolorów.

Zamawiający dokonuje również sprostowania odpowiedzi udzielonych w dniu 30.07.2019 na poniższe pytania:

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej przeznaczonej do usuwania owłosienia ze skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi w zestawie z ładowarką indukcyjną kompatybilną ze strzygarką chirurgiczną. Strzygarka z ruchomą głowicą, bezprzewodowa, akumulatorowa z wymiennymi ostrzami, ergonomiczny kształt zapewniający bezpieczne używanie. W pełni wodoszczelna (klasa szczelności IPX7), z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie, oraz możliwością zastosowania różnych technik czyszczenia i dezynfekcji. Strzygarka zapewnia min. 60 minut pracy przy bardzo krótkim czasie ładowania do pełna wynoszącym zaledwie 60 minut. Kompatybilne ostrza uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia jednorazowe pakowane indywidualnie, umożliwiające bezdotykowe założenie ostrza - opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Konstrukcja ostrza wyklucza możliwość zacięcia skóry pacjenta- ostrze tnące jest oddalone od skóry i znajduje się na górze względem ostrza nieruchomego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Aktualna odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 dot. Pakietu nr 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej przeznaczonej do usuwania owłosienia ze skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi w zestawie z ładowarką indukcyjną kompatybilną ze strzygarką chirurgiczną. Strzygarka z nieruchomą głowicą, bezprzewodowa, akumulatorowa z wymiennymi ostrzami, ergonomiczny kształt zapewniający bezpieczne używanie. W pełni wodoszczelna (klasa szczelności IPX7), z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie, oraz możliwością zastosowania różnych technik czyszczenia i dezynfekcji. Strzygarka zapewnia do 128 minut pracy. Strzygarka kompatybilna z 4 rodzajami ostrzy. Ostrza uniwersalne ostrze do każdego

rodzaju owłosienia jednorazowe pakowane indywidualnie, umożliwiające bezdotykowe założenie ostrza - opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Konstrukcja ostrza wyklucza możliwość zacięcia skóry pacjenta- ostrze tnące jest oddalone od skóry i znajduje się na górze względem ostrza nieruchomego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Aktualna odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przesuwając termin składania i otwarcia ofert na dzień **20.08.2019 r.**, w następujący sposób:

1. § XIV SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

ust. 1 „Ofertę wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje wybierając przedmiotowe postępowanie w terminie do dnia 20.08.2019 r., do godz. 10:00”.

W związku z odpowiedzią nr 4 Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy). Aktualny załącznik zostaje dołączony do wyjaśnień.

Zatwierdzam

Prezes Zarządu - Dariusz Kostrzewa

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Sporządziła: Magdalena Czerniawska

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu:
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl
sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 271 848 000,00 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064