

23/PCM/2023/ZP/A

Wołów, 28.12.2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 5

Dotyczy: postępowania nr 23/PCM/2023/ZP/A **Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 - Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej.

Pytanie 2 - Dotyczy pkt. 21.1. 3) SWZ:

Zamawiający wskazuje w umowie §1 ust. 7 termin dostawy zamówionego towaru do 72 godzin od daty otrzymania częściowego zamówienia, natomiast w SWZ pkt 21.1.3) podaje kryterium jako termin dostawy.

Prosimy o odniesienie się do powyższego i naniesienie zmian w umowie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 3 - Dotyczy Załącznika nr 6d do SWZ_ Wykaz badań, dot. tabeli asortymentowo-cenowej:

Prosimy o zmianę tabel asortymentowo cenowych „Wykaz badań” na zaproponowaną poniżej. Jest ona przejrzysta i umożliwia odpowiednie wpisanie poszczególnych pozycji.

Wykaz badań									
ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE I EKSPLOATACYJNE.									
Lp	Parametr	Nr katalog.	Nazwa handlowa	ilość opakowań na 24 miesiące	Wielkość opak.	Cena jedn. netto	Cena jedn brutto.	Wartość netto za 24 miesiące	Wartość brutto za 24 miesiące
1.	Badania DIFF	5							
2.	Badania CBC								
3.	Materiały kontrolne i eksploatacyjne								
RAZEM (1-3)								0,00zł.	0,00 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje SWZ w ww zakresie.

Pytanie 4 - Dotyczy Załącznika nr 6d do SWZ_ Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz Asortymentowo – Cenowy, dot. tabeli Parametry graniczne oraz tabeli Parametry zalecane (Kryterium II parametry techniczne) – Pakiet nr 4 Hematologia:

Upieramy prosimy o doprecyzowanie czasu reakcji serwisu wskazanego w tabeli Parametry graniczne oraz w tabeli Parametry zalecane (Kryterium II parametry techniczne) poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 - Dotyczy SWZ, Rozdział II Wzór Umowy Pakiet nr 4 §3 ust. 1 pkt 4) lit. a), c) i d):

Upieramy prosimy o modyfikację wskazanych w §3 ust. 1 pkt 4) lit. a), c) i d) terminów przez zastąpienie wyrażenia „w czasie 12 godzin” zwrotem „w czasie 24 godzin w dni robocze”.

Wykonawca wskazuje, iż w dni wolne od pracy i święta Wykonawca zapewni telefoniczny dostęp serwisu z możliwością zdalnego serwisu analizatorów.

Upieramy prosimy o tożsamą modyfikację w SWZ Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawcy pkt 3 Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt 3.12.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 - Dotyczy SWZ, Rozdział II Wzór Umowy Pakiet nr 4 §3 ust. 1 pkt 4) lit. d):

Prosimy o usunięcie zwrotu „lub materiałów eksploatacyjnych”.

Zużycie materiałów eksploatacyjnych wynika z normalnej pracy analizatora i w toku normalnej pracy przedmiotu dzierżawy nie jest powiązane z awarią dzierżawionego urządzenia. W związku z powyższym wymiana materiałów eksploatacyjnych powinna następować w ramach dostaw asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę w granicach i cenach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowy.

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w SWZ Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawcy pkt 3 Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt 3.12.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje SWZ w ww zakresie.

Pytanie 7 - Dotyczy SWZ, Rozdział II Wzór Umowy Pakiet nr 4 §3 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 - Dotyczy SWZ, Rozdział II Wzór Umowy Pakiet nr 4 §4 ust. 1 lit. a) i b):

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach na wskazane w §4 ust. 1 lit. a) i b) adresy e-mail, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 - Dotyczy SWZ, Rozdział II Wzór Umowy Pakiet nr 4 §7 ust. 3 lit a):

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: *„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”*.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 - Dotyczy SWZ, Rozdział II Wzór Umowy Pakiet nr 4, Załącznik nr 4 do umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §2 ust. 4:

Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu „*oraz dane szczególne*”.

W rzeczywistości dzierżawiony analizator gromadzi dane zwykłe oraz dane szczególne: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, daty urodzenia, nr PESEL, wyników badań, imienia i nazwiska lekarza zlecającego badanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje SWZ w ww zakresie.



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
tel. (0-71) 380-58-01, fax. (0-71) 389-27-99
www.pcmwołow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wołow.pl
ePUAP: /PCMW/domyslna

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Agnieszka Poprawska-Cierpiat
Pełnomocnik Zarządu

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wołow.pl