

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty)**

- Urządzenie powinno wykrywać jednocześnie grupy związków od następujących wartości progowych
  - AMP 50 ng/ml
  - MET 50 ng/ml
  - BZO 15 ng/ml
  - COC 20 ng/ml
  - OPI 20 ng/ml
  - THC 15 ng/ml
- Urządzenie musi posiadać budowę jednoczęściową zintegrowaną z wbudowanym elementem umożliwiającym pobranie próbki śliny, gwarantującym test hermetycznie zamknięty.
- Urządzenie musi być przystosowane do pobrania śliny od kierującego pojazdem i wykonania badania w warunkach nielaboratoryjnych, np. w warunkach kontroli drogowej.
- Czas wykonywania wyniku badania (kontroli obecności w ślinie środka działającego podobnie do alkoholu) od momentu pobrania próbki nie może być dłuższy niż 15 minut.
- Wynik badania widoczny na urządzeniu nie może ulegać zmianie w ciągu min. 10 minut od momentu jego uzyskania.
- Wskazywany przez urządzenie wynik badania musi jednoznacznie określać grupę związków wykrytą w ślinie.
- Urządzenia muszą posiadać widoczne i czytelne oznaczenia: nazwa urządzenia, data ważności (na opakowaniu) oraz numer serii.
- Do każdego urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (lateksowych, nitylowych lub winylowych) w rozmiarze L/XL.
- Urządzenia muszą posiadać gwarancję min. 12 miesięcy, termin ważności narkotestera nie może być krótszy niż okres gwarancji.
- **Opakowanie urządzenia powinno zapewniać możliwość ponownego włożenia urządzenia już zużytego do opakowania oraz jego zabezpieczenie (zamknięcie np. taśmą klejącą lub strunową).**

INSPEKTOR  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*Daniel Bankowski*  
Daniel BANKOWSKI

KIEROWNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*Marek Lewiński*  
m. sp. Marek LEWIŃSKI