

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ZP/70/2024

Łódź, 2 sierpnia 2024 r.

Sygnatura: **ZP/70/2024**

Sprawa: **Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem mammografu śródoperacyjnego w ramach Drugiego Etapu Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym (CKD2).**

I. Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Pytanie nr 1:

„Pytanie 1 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ

W celu zachowania uczciwej konkurencji i otrzymania przez Zamawiającego najbardziej korzystnych ofert, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania systemu do śródoperacyjnej radiologii tkanek Triden HD firmy Hologic o parametrach:

- Mobilny system rentgenowski z detektorem cyfrowym dedykowany do śródoperacyjnej radiografii tkanek i biopłatów
- Rok produkcji urządzenia 2024, urządzenie nowe, nieużywane, nierokondycjonowane, kompletne, gotowe do użycia w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania oferowanej przez producenta w dniu składania oferty
- Konstrukcja urządzenia pozwalająca na bezpieczną pod względem ochrony radiologicznej pracę personelu, nie wymagająca stosowania dodatkowych osłon przed promieniowaniem
- Nominalny wymiar ogniska lampy rentgenowskiej 55 μm
- Zakres wysokiego napięcia 20 - 50 Kv
- Jednofazowe napięcie elektryczne, 230 V, AC, 50 Hz, moc maks. 1000 W
- Duża powierzchnia obrazowania detektora 16x18 cm
- Detektor selenowy (taki jak w mammografach cyfrowych) zapewniający najwyższą jakość zdjęć
- Rozmiar piksela 70 μm
- Rozdzielczość przestrzenna w trybie kontaktowym 7.1 lp/mm
- Zakres dynamiki detektora 14 bit
- Czas na uzyskanie obrazu max 30 sek.
- Auto- optymalizacja obrazu (automatyczne dostosowanie kontrastu)
- Ręczny lub automatyczny dobór parametrów ekspozycji
- dwa współczynniki powiększenia geometrycznego
- Maksymalny współczynnik powiększenia geometrycznego min. 2
- Bezpieczne otwieranie drzwi komory, wstrzymujące ekspozycję promieniowania
- Oświetlona komora wewnętrzna

- Transparentne okno komory wewnętrznej
- Wymiary komory wewnętrznej - objętość dostępna dla próbki badanej (długość x szerokość x wysokość) 27,5 cm x 30 cm x 36 cm
- Budowa powierzchni wewnętrznej komory aparatu umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję
- Waga urządzenia 132 kg
- Wymiary urządzenia (długość x szerokość x wysokość) 61 cm x 66 cm x 168 cm
- Komputer akwizycyjny z oprogramowaniem opartym na systemie WINDOWS 10 z możliwością zainstalowania oprogramowania antywirusowego oraz ilością pamięci RAM 8GB
- Pojemność dysku twardego na obrazy medyczne 512 GB
- Możliwość eksportu zdjęć w formacie DICOM, TIFF, JPEG, adnotacji i przesyłania dalej zdjęć w tym formacie
- Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:
 - Send/Receive
 - Basic Print
 - Query/ Retrieve
 - Storage Commitment
- Worklist
- Funkcjonalność pozwalająca na manualne wprowadzanie danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS
- Oprogramowanie umożliwiające co najmniej:
 - o- przeglądanie uzyskanych obrazów DICOM,
 - o- umieszczanie adnotacji na obrazie,
 - o- powiększanie wybranego fragmentu obrazu,
 - o- pomiar odległości.
- Wykonawca zintegruje się z firmą zewnętrzną obsługującą Zamawiającego w celu funkcjonalności przesyłania obrazów do PACS klienta i jednocześnie zintegruje się z Worklistą klienta
- Monitor do oceny zdjęć, spełniający wymogi monitora przeglądowego mammograficznego, skalibrowany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą DICOM, o przekątnej 21'' oraz rozdzielczości 2,0 MPix
- Dodatkowy monitor do obsługi systemu i wprowadzania danych. Monitor dotykowy i wbudowany w konstrukcję systemu.
- Wbudowany touch-pad
- Zasilanie sieciowe
- Możliwość transmisji danych zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem mammografu śródoperacyjnego zgodnego z wymaganiami wskazanymi w Przedmiocie zamówienia – zał. nr 2 do SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza zmian do SWZ.

II. Działając w oparciu o art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:

- 1) zmianę w SWZ w rozdz. 11 ust. 11.1., terminu związania ofertą z 03.11.2024 r. na 11.11.2024 r.
- 2) zmianę w SWZ w rozdz. 13 ust. 13.1., ostatecznego terminu składania ofert z 06.08.2024 r. godz. 10:00 na 14.08.2024 r. godz. 10:00.
- 3) zmianę w SWZ w rozdz. 13 ust. 13.7., terminu otwarcia ofert z 06.08.2024 r. godz. 10:10 na 14.08.2024 r. godz. 10:10.

Wszelkie zmiany wprowadzone do SWZ – jako obligatoryjne muszą być podstawą do przygotowania oferty przez Wykonawców.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

Składanie ofert: 14.08.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 14.08.2024 r. godz. 10:10.

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dr n. med. ~~Janek~~ Grabowski