

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2									Sprawa nr OCZ-PP-9/2021		
3											
4											
5									OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET nr 1,2,3		
6											
7											
8			Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni oraz materiałów opakowaniowych i testów do								
9			Centralnej Sterylizatorni OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy-nr sprawy OCZ-PP-9/2021								
10											
11											
12											
13											
14			PAKIET NR 2								
15			I Testy biologiczne, chemiczne i wskaźnikowe do sterylizacji parą wodną w autoklawach próżniowych. II Testy do kontroli mycia								
16			mechanicznego.								
17											
18											
19						<b>Cena netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>		
20		<b>Lp</b>	<b>Nazwa artykułu</b>	<b>J.m.</b>	<b>ilość</b>	<b>(j. m)</b>	<b>Kolumna 4x 5</b>	<b>8%</b>	<b>Kolumna</b>	<b>Uwagi</b>	
21								<b>kwota</b>	<b>8 = 6 + 7</b>		
22		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
23		<b>I</b>									
24		1	Etykieta podwójnie klejona ze wskaźnikiem na parę wodną – 3 rzędy druku	1 rolka = 750 etykiet	20 rolek x 750 etyk.	27,94	558,80	23% 128,52	687,32	–	
25		2	Ampułkowy test biologiczny – odczyt 24 h	op. a 100szt	3op. x 100szt.	346,23	1038,69	23% 238,90	1277,59	–	
26											
27											
28		3	EMULATOR – paski chem. Kl. VI - 7`/20` - samoprzylepne	op. a 250szt.	15op. x 250szt.	57,81	867,15	23% 199,44	1066,59	–	
29		4	Taśma wskaźnikowa 19 mm	1 rolka	60 rolek	10,07	604,20	23% 138,97	743,17	–	
30			na parę wodną								
31		5	Taśma bez wskaźnika 19 mm	1 rolka	30 rolek	6,16	184,80	23% 42,50	227,30	–	
32											
33		6	Testy BOWI-DICKA arkusz A4	1 op. a 50szt.	10 op. x 50szt.	109,82	1098,20	23% 252,59	1350,79	–	
34		<b>II</b>									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
35		1	Test do kontroli mycia w myjniach automatycznych	op. a <del>100</del> 200* szt	5 2,5 op. a <del>100</del> 200* szt	153,15	382,88	23% 88,06	470,94	-		
36		2	Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach automatycznych 90 stopni/5minut	1 op. a 200szt.	4op. a 200szt.	119,70	478,80	23% 80,12	558,92	-		
37				RAZEM:			5213,52	1199,10	6412,62			
38												
39	*Zamawiający w odpowiedziach z dnia 03.11.2021 r. dopuścił zaoferowanie testów w opakowaniu po 200 szt.											
40												
41			Zamawiający zastrzega sobie, aby:									
42			• Testy spełniały wymagania wg ISO 11140									
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51			Data 04.11.2021.Podpis osoby upoważnionej									