



**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę cyfrowego tomografu stożkowego

Na podstawie **art. 284 ust 2 oraz art. 286 ust 1 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, którym jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Lublinie, **odpowiednio wyjaśnia i zmienia** treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

Pytanie 1

AD.1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 7 calowy dotykowy monitor do łatwej obsługi parametrów badania ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające 7 calowy dotykowy monitor.

Pytanie 2

AD.9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające wykonywanie obrazowania w minimalnym zakresie do endo \emptyset 50x50 (+/- 25%) z najwyższą rozdzielczością ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie umożliwiające wykonywanie obrazowania w minimalnym zakresie do endo \emptyset 50x50 z najwyższą rozdzielczością.

Pytanie 3

AD.16

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany aparat posiadał program3D posiadający możliwość manualnego łączenia obrazów w celu uzyskania wysokości większej niż 10 cm minimum 2 licencjach (użytkownika).

Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie potrzebuje żadnego manualnego łączenia obrazów, gdyż w standardzie posiada objętość o wysokości wyższej od 10cm (bez zbędnego, obciążonego błędami łączenia manualnego).

Ponadto według nas powinien być punktowany aparat NIE POSIADAJĄCY manualnego łączenia, gdyż przy wykonaniu badania bez łączenia - pacjent otrzymuje mniejszą dawkę promieniowania, a samo a badanie jest lepszej jakości i szybciej się je wykonuje.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aparat opisany w pytaniu. Zamawiający **nie wymaga** aby zaoferowany aparat posiadał program3D posiadający możliwość manualnego łączenia obrazów w celu uzyskania wysokości większej niż 10 cm minimum 2 licencjach (użytkownika).

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu na dostawę cyfrowego tomografu stożkowego UCS/ZP/05/22. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie odpowiedzi i zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz asortymentowo – cenowy – po zmianach 2.

Z poważaniem