

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Limanowskiego 20/22  
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski, dnia 04.10.2023 r.

**Otrzymują:**

- strona prowadzonego postępowania  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/813936>

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup 3 ambulansów z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.**

**Oznaczenie sprawy: FDZP.226.34.2023**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2023 poz. 1605 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

### **ZESTAW PYTAŃ NR 1**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw transportowy którego waga wynosi max 51 kg, z czego waga noszy to 18,3kg , waga transportera 32 kg a rozmiar kół transportera wynosi 200 mm? Pragniemy zaznaczyć iż proponowane rozwiązanie spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1A do SWZ**

### **ZESTAW PYTAŃ NR 2**

1. Dotyczy załącznik nr 1A – pkt. I.2 – prosimy o dopuszczenie ambulansu przystosowanego do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach, ale przeznaczonego do transportu maksymalnie czterech osób.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

2. Dotyczy załącznik nr 1A – pkt. X.1 oraz X.4 – prosimy o potwierdzenie, iż radiotelefon nie jest przedmiotem oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XII.8 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga uchwytu do podgrzewacza płynów infuzyjnych, a jedynie panel do jego instalacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

4. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XII.9 – prosimy o dopuszczenie montażu uchwytu na rękawiczki na ścianie lewej z uwagi, iż na ścianie działowej są wyloty klimatyzacji oraz miejsce na drukarkę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

5. Dotyczy załącznik nr 1A – pkt.XII.12 oraz XIII.3 – prosimy o potwierdzenie iż w punkcie XII.12 chodzi o te same reduktory co w pkt. XIII.3 i doszło do ich zdublowania lub że chodzi w punkcie XII.12 o reduktory do małych butli, a w pkt. XIII.3 o reduktory do dużych butli.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ambulans ma być wyposażony w 2 reduktory typu AGA do butli 10 l tlenowych oraz 2 reduktory typu AGA do małych butli tlenowych**

6. Dotyczy załącznik nr 1A – pkt.XIII.14 – prosimy o dopuszczenie dostawy ambulansu wyposażonego w zestaw naprawczy – koło zapasowe zostanie dostarczone luzem.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

7. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XIII.21 – prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w ambulansie, aby przygotować odpowiedni uchwyt.

**Odpowiedź: HP OFFICE JET 100 MOBILE PRINTER**

8. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XIII.21 – prosimy o potwierdzenie, iż tablet, drukarka, moduł są po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

9. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XIII.25 – prosimy o potwierdzenie, iż nawigacja satelitarna, może być dodatkowym urządzeniem np. naklejanym na szybę, z dedykowanym dodatkowym gniazdem na podszybiu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań**

10. Dotyczy załącznik nr 1A – pkt. XV.10 – prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

11. Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu, jaki będzie Wykonywał ambulans.

**Odpowiedź: 30000 km**

12. Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe samochodu bazowego (np. wymiana oleju), nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie za nie płacił z własnych środków każdorazowo po Wykonaniu usługi.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

13. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą certyfikatu potwierdzającego posiadanie badań dynamicznych na uchwyt drukarki.

**Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1A do SWZ**

14. Czy Zamawiający zrezygnuje z przeglądów zabudowy medycznej, aby obniżyć cenę oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z przeglądów zabudowy medycznej**

15. Czy Zamawiający zrezygnuje z przeglądów sprzętu medycznego, aby obniżyć cenę oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeglądów sprzętu medycznego**

### **ZESTAW PYTAŃ NR 3**

Dotyczy Nosze główne:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w aktualnym Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych tj. PN-EN 1789:2021-02 i PN-EN 1865-1+A1:2015?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

Dotyczy Krzeselko kardiologiczne transportowe składane:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Mediol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:
  - Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
  - Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach zamontowany na stałe
  - Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego siedzisko i oparcie szybko demontowane
  - Nośność krzeselka 180 kg
  - Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
  - Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
  - Przednie koła skrętne
  - Hamulec na kołach przednich,
  - Tylony uchwyt regulowany na 3 poziomach
  - Kąt pochylenia płóz 26°
  - Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzeselka
  - Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie
  - 3 pasy bezpieczeństwa
  - Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
  - Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
  - Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzeselka
  - Bez instalacji dodatkowych akcesoriów
  - Waga bez akcesoriów ok 13.5 kg

**Odpowiedź: zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1A do SWZ.**