

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych (znak sprawy: Z/44/PN/19).

W związku z wpływaniem zapytań od Wykonawców
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 9

Ze względu na fakt, iż pułapki pakowane są w niepodzielnych opakowaniach po 25 sztuk proszę o informację, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 50 sztuk (2 opakowania), czy 75 sztuk (3 opakowania)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 2 w poz. 9 wymaga zaoferowania 60 sztuk pułapek tj. opakowanie 12 sztuk – 5 op. Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniach wówczas należy przeliczyć odpowiednio ilość zaoferowanych opakowań. Jeżeli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się liczby całkowitej wówczas dla celów obliczeniowych należy podać ilość opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, np. Zamawiający wymaga zaoferowania 60 sztuk pułapek – 60 sztuk : 25 sztuk = 2,4 opakowania.

2. Dotyczy Zadania 2 poz. 13

Ze względu na fakt, iż cewniki pakowane są w niepodzielnych opakowaniach po 6 sztuk proszę o informację, czy Zamawiający oczekuje 6 sztuk cewników (1 opakowanie), czy 30 sztuk (5 opakowań)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający informuje, że w formularzu cenowym zadania 2 w pozycji 13 w kolumnie: „j.m.” omyłkowo wpisał: „szt.” winno być: „op.”. Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji 13 oczekuje zaoferowania łącznie 30 sztuk cewników. **W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 2.**

3. Dotyczy Zadania 1 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §6 Umowy zapisu dla zadania 1:

„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w § 4 Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta.”?

Odp. Zamawiający w pkt. XVI. SIWZ w §6 dodaje ust. 3 o treści:

„3. Dotyczy zadania 1 - W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w § 4 Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta.”

4. Dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust.1, odnośnik pierwszy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 4 ust.1 odnośnik pierwszy na następujący:

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości netto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% wartości netto umowy,

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 27 – pismo z dnia 19.11.2019 r. znak pisma: ZP-2479/19.

5. Dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust.1, odnośnik drugi

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 4 ust.1 odnośnik drugi na następujący:

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:

- w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości netto umowy określonej w formularzu cenowym, będącym załącznikiem do niniejszej umowy

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 27 – pismo z dnia 19.11.2019 r. znak pisma: ZP-2479/19.

6. Dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 4 ust.2 na następujący:

2. Wykonawca w wypadku dostawy towaru z wadami ilościowymi i jakościowymi umowy zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 % wartości netto dostawy, w której znajdowały się wadliwe towary, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, począwszy od dnia następnego po planowanym, pierwotnym terminie dostawy, lecz nie więcej niż 20% wartości netto umowy.

Odp. Zamawiający zmienia w pkt. XVI. SIWZ w § 4 zapis ustępu 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca w wypadku dostawy towaru z wadami ilościowymi i jakościowymi umowy zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 % wartości netto dostawy, w której znajdowały się wadliwe towary, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, począwszy od dnia następnego po planowanym, pierwotnym terminie dostawy, lecz nie więcej niż 20% wartości netto umowy.”

7. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję nr 10 i dopuści Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; długość narzędzia 2000mm; długość noska 5mm; długość cięciwy 25; średnica końcówki narzędzia 5Fr; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność;

Odp. Nie.

8. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję nr 2.

Odp. Nie.

9. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 5, 6, 16, 17.

Odp. Nie.

Zamawiający przesuwając termin składania ofert przetargowych do dnia **02.12.2019 r. do godziny 12:30.**

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień **02.12.2019 r. na godzinę 13:00.**

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. XI, który otrzymuje brzmienie:

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć **drogą elektroniczną**, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na **platformazakupowa.pl** lub profilu nabywcy *Nazwa Zamawiającego* - **<https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>** **nie później niż do 02.12.2019 r. godz. 12.30.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu **02.12.2019 r. o godz. 13.00.** Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) cen, terminu dostawy, okresu gwarancji zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej postępowania w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

SPECJALISTA
Alina Pieniak
mgr Alina Pieniak
12.11

P.O. Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych
Piotr Jaskulski