



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T: 75 738 00 00
E: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 21 grudnia 2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 dla zadania „Dostawa aparaty do dializ i aparat do drenażu limfatycznego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” znak sprawy 65/PN/2023

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 1:

Wnosimy o dopuszczenie aparatów do hemodializy o parametrach jak niżej (dot. zał. 2.1 do SWZ) :

Ad. 16 Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie od 50 - 600 ml/min.,

Ad. 22 Temperatura poboru wody 10 - 30°C,

Ad. 44 odstępianie od wymogu aby zaoferowany sprzęt był kompatybilny ze sprzętem będącym na stanie Zamawiającego tj. ze sprzętem firmy Fresenius oraz materiałami jednorazowymi do aparatów firmy Fresenius.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.16 Dla Zamawiającego szerszy zakres przepływu krwi jest korzystniejszy, ma większe możliwości terapeutyczne związku z tym Zamawiający dopuści płynną regulacją przepływu pompy krwi w pełnym zakresie min 15-600ml/min.

Ad 22 Zamawiający dopuści temperaturę poboru wody min 5-30 °C, zamawiający wymaga aparatu , który będzie pobierała wodę również poniżej 10 °C.

Ad 44 Zamawiający wymaga sprzętu kompatybilnego z zainstalowaną infrastrukturą w zakresie stacji uzdatniania wody tj. podłączenia sprzętu do stacji uzdatniania wody oraz wykonania prac w celu dostosowania sprzętu do ciągłości dializ. Zamawiający wymaga po dostarczeniu sprzętu, instalacji urządzeń oraz szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nieodpłatnie „pakietu startowego” koniecznego do uruchomienia aparatów oraz ich

pracy w okresie jednego miesiąca, w trybie 24 godzinnym. Dostawa, uruchomienie i szkolenie personelu będzie podstawą do sporządzenia protokołu odbioru sprzętu.

Pytanie 2 :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
 - a) zwłokę w dostarczeniu sprzętu medycznego w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do maksymalnej wysokości 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający będzie uprawniony również do nałożenia kary wynikającej z zapisu § 7 pkt 1 lit. b).
 - c) przypadku zwłoki z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 6 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 5 ust. 5 umowy do maksymalnej kwoty 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy. Zamawiający będzie uprawniony również do nałożenia kary wynikającej z zapisu § 7 pkt. 1 ppkt. b).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.

Pytanie 3 :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ: Prosimy o opublikowanie formularza ofertowego (załącznik nr 1) zgodnego ze zmianą SWZ w zakresie poz 2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 1 do SWZ został zmieniony i opublikowany dnia 07.12.2023 razem ze zmianą SWZ..

DYREKTOR
ZOZ w Bolesławcu
Kamil Barczyk