

Toruń, dnia 09-04-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-26/24

dotyczy: postępowania na **dostawę odczynników, pojemników do transportu materiału tkankowego, materiałów zużywalnych oraz barwników – 12 zadań.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy załącznika nr 2/2 do SWZ - Zadanie Nr 2.

Poz.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o wymiarach: śred. 37-31 X 44mm wys?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2:

Dotyczy załącznika nr 2/2 do SWZ – Zadanie Nr 2.

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o wymiarach: śred. 37-31 X 44mm wys?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy załącznika nr 2/2 do SWZ - Zadanie Nr 2.

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o wymiarach: śred. 37-31 X 44mm wys?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4:

Dotyczy załącznika nr 2/3 do SWZ – Zadanie Nr 3.

Poz. 1 czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szybki odwapniacz do kości składający się z mieszaniny kwasu chlorowodorowego 23-25%, formaldehydu 10-13% oraz metanolu 2-3%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 5:

Dotyczy załącznika nr 2/3 do SWZ – Zadanie Nr 3.

Poz. 2. czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wolny odwapniacz do kości składający się z mieszaniny kwasu mrówkowego w stężeniu 9-12% ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 6:

Dotyczy załącznika nr 2/4 do SWZ – Zadanie Nr 4.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania opakowanie 10kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 7:

Dotyczy załącznika nr 2/6 do SWZ – Zadanie Nr 6.

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści opakowanie 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 8:

Dotyczy załącznika nr 2/6 do SWZ – Zadanie Nr 6.

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9:

Dotyczy załącznika nr 2/6 do SWZ - Zadanie Nr 6.

Poz. 3. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania areozol do utrwalania materiałów cytologicznych o pojemności 150ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 10:

Dotyczy załącznika nr 2/6 do SWZ – Zadanie Nr 6.

Poz. 3. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania atomizer do utrwalania materiałów cytologicznych o pojemności 200ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 11:

Dotyczy załącznika nr 2/3 do SWZ – Zadanie Nr 3.

Poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie odwapniacza na bazie formaldehydu i kwasu solnego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 12:

Dotyczy załącznika nr 2/4 do SWZ – Zadanie Nr 4.

Poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie parafiny konfekcjonowanej w opakowaniach 10 kg, ze stosownym przeliczeniem ilościowym (150 opak. x 10 kg)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 13:

Dotyczy załącznika nr 2/5 do SWZ – Zadanie Nr 5.

Poz. 2. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek o wymiarach 26x75x1 mm, jest to niewielka różnica względem oczekiwań Zamawiającego, nie wpływająca na komfort i jakość pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający dysponuje drukarkami do szkiełek, bardzo czułą nakrywką i skanerem, który warunkuje odpowiednie wymiary szkiełek.

Pytanie Nr 14:

Dotyczy załącznika nr 2/5 do SWZ – Zadanie Nr 5.

Poz. 3. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie gąbek biopsyjnych w kolorze białym. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – gąbki muszą mieć odpowiedni kolor – np. niebieski – na białej powierzchni trudno zidentyfikować materiał.

Pytanie Nr 15:

Dotyczy załącznika nr 2/5 do SWZ – Zadanie Nr 5.

Poz. 4. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego pozwalającego na przygotowanie 20 cytobloków ze stosownym przeliczeniem ilościowym (3 opak. x 20 zestawów),

o parametrach jak poniżej:

- probówka do zagęszczania oraz żelowania materiału tkankowego wyposażona w dwie nakrętki (górną i dolną)
- możliwość wirowania probówek w wirówkach z zastosowaniem wirnika na probówce typu Falcon o pojemności 50 ml
- na dnie probówki 6 zagłębień do sedimentacji materiału tkankowego podczas wirowania z żelem zagęszczającym.
- „punk ślepy” – dla łatwej wizualnej oceny rozpoczęcia skrawania materiału tkankowego podczas obróbki cytobloku na mikrotomie.
- podłoże transportowe w probówce.
- w zestawie: pipeta Pasteura, kasetka histopatologiczna, papierek stabilizujący materiał tkankowy podczas przeprowadzania w procesorze tkankowym, gąbka do kasetek
- wymiary: średnica górna 28mm, średnica dolna: 22 mm, wysokość 51 mm



zdjęcie poglądowe

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 16:

Dotyczy załącznika nr 2/7 do SWZ – Zadanie Nr 7.

Poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek mikrotomowych do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego o parametrach jak poniżej:

- wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm
- kąt natarcia ostrza – 35o
- 2 otwory mocujące wewnątrz żyłki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów)
- odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów)
- wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45o minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu
- opakowanie handlowe – 50 sztuk
- grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej
- noże wykonane ze stali nierdzewnej, w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 17:

Dotyczy załącznika nr 2/9 do SWZ – Zadanie Nr 9.

Poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwnika Mucykarmin w opakowaniach 100 ml, ze stosownym przeliczeniem ilościowym (53 opak x 100 ml)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – jednorazowo wykorzystywana jest podana w SWZ objętość odczynnika.

Pytanie Nr 18:

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”

W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 19:

Czy Zamawiający wymaga aby sprzęt pochodził z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie mógł być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 21:

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 ust. 1-4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 4 ust. 1-4 wzoru umowy.

Pytanie Nr 22:

Dotyczy Zadania Nr 2, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści niewielkie różnice w podanych wymiarach pojemników rzędu 0,5mm, które to różnice mogą wynikać z wymiarów podanych przez producentów, a które gołym okiem są niezauważalne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23:

Dotyczy Zadania Nr 2, pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników bez uchwytu. Przy takiej pojemności pojemnika (500-520 ml) uchwyt nie jest konieczny, aby zapewnić stabilność pojemnika w dłoni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24:

Dotyczy Zadania Nr 5, pozycja 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o podanie preferowanych kolorów kasetek i szkiełek spośród wymienionych (zamawianych najczęściej).

Odpowiedź:

Preferowane przez Zamawiającego kolory kasetek i szkiełek to biały, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, turkusowy, jasnoniebieski i różowy.

Pytanie Nr 25:

Dotyczy Zadania Nr 5, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek z wieczkiem wciskany, bez zawiasów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kasetki z wieczkiem wciskany, bez zawiasów jeśli są one na taśmie i są kompatybilne z drukarką VEGA.

Pytanie Nr 26:

Dotyczy Zadania Nr 5, pozycja 4

W związku z niewielką zmianą składu odczynników u producenta, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wykonywania cellbloków o składzie odczynników: odczynnik#1: woda 96-98% (zamiast 97-98%); odczynnik#2: woda 70-75% (zamiast 70%), chlorek wapnia dwuwodny 25-30%.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 27:

Dotyczy Zadania Nr 7, pozycja 1

Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy uwagę na fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80 x 8 mm) oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe są wystandaryzowane względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy producenta. Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku bloczków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczękę uchwytu mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji tj. jak w specyfikacji Zamawiającego, nie ma uzasadnienia technologicznego podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż producenci noży mikrotomowych opisanych w specyfikacji nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obarczone ryzykiem błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.

Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą służyć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej jednak zwyczajowo dostawcy noży wraz z nożami dostarczają uchwyciki, kompatybilne z oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego utylizacją.

Przykład takiego uchwytu przedstawiamy poniżej.



Tym samym wnosimy o odstąpienie od wymogu: „kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach: 8 mm x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu)”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 28:

Dotyczy Zadania Nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści noże o kącie 34 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 29:

Dotyczy Zadania Nr 7, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego od wymogu oznaczenia każdej żyletki logiem bądź nazwą producenta. Parametr ten nie wpływa w żadnym stopniu na funkcjonalność produktu, a jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu oznaczenia każdej żyletki logiem bądź nazwą producenta.

Pytanie Nr 30:

Dotyczy Zadania Nr 7

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pkt. 2-6 z dodatkowych wymogów zawartych pod formularzem cenowym dla pakietu. Ich treść wskazuje na to, iż są pozostałością po innym postępowaniu i zostały umieszczone przez pomyłkę (m.in. pkt. 2 dotyczy poz.1 i 2, podczas gdy w pakiecie jest tylko jedna pozycja; pkt. 3 dotyczy m.in. mikrotomu, który nie jest przedmiotem zamówienia; pkt. 5 i 6 dotyczy badania próbek, których Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga).

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt. 2 z dodatkowych wymogów zawartych pod formularzem cenowym dla Zadania Nr 7. Aktualny **Załącznik Nr 2/7 do SWZ** zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun

Pytanie Nr 31:

Dotyczy Zadania Nr 9, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu w opakowaniu 100 ml ze stosownym przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Objętość 150 ml jest jednorazowo niezbędna w aparacie do przeprowadzenia barwień.

Pytanie Nr 32:

Dotyczy Zadania Nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt nie będący wyrobem medycznym przeznaczonym do diagnostyki in vitro?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wszystkie odczynniki do badań patomorfologicznych muszą być zgodnie ze standardami akredytacyjnymi wyrobami medycznymi.

Pytanie Nr 33:

Dotyczy Zadania Nr 10, pozycja 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu mlecznym zabezpieczającym przed działaniem promieniowania słonecznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 34:

Dotyczy Zadania Nr 10, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje Hematoksyliny zakwaszonej czy niezakwaszonej?

Odpowiedź:

Zamawiający w Zadaniu Nr 10 poz. 3 oczekuje Hematoksyliny zakwaszonej.

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem