

Bielsko-Biała dn. 03.06.2020r.

DZP.271.17.2020 - 6

dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę linii radioterapeutycznej w Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej w ramach projektu „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed” prowadzonego w w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: ZDT-ZP.271.17.2020)

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ o treści :

ZAPYTANIE NR 1

Pytanie nr 1

Czy na spełnienie warunku dysponowania na czas realizacji zamówienia 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne typu E do 1 kV (eksploatacja, wykonawstwo) Zamawiający dopuści dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne typu E do 1 kV w zakresie obsługa, konserwacja, montaż?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zapewnia, że w istniejącej rozdzielni zasilająco-sterującej jest zapas mocy 120 kW pozwalający na podłączenie oferowanego symulatora TK z urządzeniami towarzyszącymi?

Odpowiedź:

Tak.

ZAPYTANIE NR 2

1. SIWZ, rozdz. III pkt. 7

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że akceptuje typowe uciążliwości związane z pracami (w tym robotami budowlanymi), które to uciążliwości nie uniemożliwią wykonywania przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem zapisów w punkcie 11.4.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający ma świadomość pewnych ograniczeń związanych z realizacją zadania.

2. SIWZ, rozdz. III pkt. 7

Czy Zamawiający przewiduje ograniczenia w dniach oraz godzinach, w których mają być wykonywane prace? Jeśli tak, Zamawiający proszony jest o podanie dni i godzin, w których prace nie mogą być wykonywane.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien w ramach prowadzonych prac uwzględnić wygrodzenie (zabezpieczenie) terenu przed wejściem do pracowni symulatora, tak aby do minimum ograniczyć hałas i oraz możliwość zapylenia poczekalni. W przypadku właściwego zabezpieczenia placu budowy Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w prowadzeniu prac adaptacyjnych w pomieszczeniu symulatora. Zamawiający sugeruje dokonanie wizji lokalnej w celu określenia sposobu zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac budowlanych.

3. SIWZ, rozdz. III pkt. 11.1; załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 4.8; Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §2 ust. 1

Biorąc pod uwagę praktykę, czas oczekiwania na wydanie zezwolenia przez Państwową Agencję Atomistyki na użytkowanie symulatora TK może wynieść 4 miesiące. W związku z powyższym, Zamawiający proszony jest o wyrażenie zgody na zmianę terminu ze 150 dni na 210 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający chcąc zachować właściwy rytm pracy i harmonogram wdrożenia wszystkich elementów zadania pozostawia termin bez zmian, przy czym wyraża zgodę na to, że czas oczekiwania na pozwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na dopuszczenie pracowni i symulatora do pracy nie będzie wliczany do czasu realizacji zadania. W przypadku wniesienia uwag lub zastrzeżeń przez Państwową Agencję Atomistyki Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad i usterek w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem zapłaty kar umownych zgodnie z § 10 ustęp 2 litera b umowy.

Zamawiający dokonał stosownego uzupełnienia we wskazanych w pytaniu zapisach SIWZ, w związku z powyższym rozdział III pkt 11.1 siwz otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 150 dni od daty podpisania umowy. Czas oczekiwania na pozwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na dopuszczenie pracowni i symulatora do pracy nie będzie wliczany do czasu realizacji zamówienia publicznego.” Poprawiony projekt umowy oraz formularz ofertowy w załączeniu.

4. SIWZ, rozdz. III pkt. 11.2

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że gwarantuje złożenie prawidłowego wniosku o wydanie zezwolenia na użytkowanie symulatora TK do Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 5 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający gwarantuje złożenie prawidłowego wniosku o wydanie zezwolenia na użytkowanie symulatora TK do Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 5 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i projektowej.

5. SIWZ, rozdz. III pkt. 11.3; Załącznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 3

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, czy szczegółowy harmonogram prac, o którym mowa w rozdz. III pkt. 11.3 SIWZ jest dokumentem tożsamym z planem wdrożenia, o którym mowa w Załączniku nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 3.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu rzeczowo - finansowego, który powinien uwzględniać rodzajowy i wartościowy podział przedmiotu zdania wraz z terminami oraz czasem ich realizacji, co będzie później podstawą do rozliczenia i sporządzenia protokołów i faktur częściowych. Drugim dokumentem wymaganym jest harmonogram prac (inaczej plan wdrożenia), który powinien prezentować terminy oraz czas realizacji poszczególnych etapów (elementów) przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat uwarunkowań realizacji prac, czasu wyłączeń systemów, ewentualnych koniecznych przerw w realizacji procedur leczniczych czy też innych uwag dotyczących procesu wdrożenia które mogą mieć wpływ na prace Zakładu Radioterapii czy też samego Szpitala.

Zamawiający dokonał stosownego uzupełnienia w zapisach SIWZ, w związku z powyższym rozdział III pkt 11.3 siwz otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy harmonogram prac (tożsamy z Planem Wdrożenia, o którym mowa w Załączniku nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 3) zostanie ustalony z Wykonawcą do 14 dni od zawarcia umowy, zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym.”. Poprawione załączniki w tym zakresie w załączeniu.

6. SIWZ, rozdz. III pkt. 11.3; Załącznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 3

Jeśli szczegółowy harmonogram prac, o którym mowa w rozdz. III pkt. 11.3 SIWZ nie jest dokumentem tożsamym z planem wdrożenia, o którym mowa w Załączniku nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 3, Zamawiający proszony jest o zmianę zapisu w rozdz. III pkt. 11.3, SIWZ w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

Szczegółowy harmonogram prac zostanie opracowany przez Wykonawcę do 10 dni od zawarcia umowy, zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym i zaakceptowany w przez Zamawiającego w terminie 7 dni.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na zapytanie nr 2 do pytania nr 5.

7. SIWZ, rozdz. III pkt. 17

Zamawiający proszony jest o wyłączenie z obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie: montażu, konfiguracji oraz pełnej integracji dostarczonego oprogramowania i wyposażenia, prac w zakresie wykonania pełnych testów kontrolnych i akceptacyjnych urządzeń, pomiarów wentylacyjnych i elektrycznych, przeprowadzenia szkoleń personelu z zakresu eksploatacji i wykorzystania oferowanego systemu. Przedmiotem zamówienia jest m.in. wykonanie specjalistycznych dostaw oraz usług w tym dotyczących instalacji oprogramowania oraz wyrobów medycznych. Czynności wskazane powyżej, a obejmujące wykonanie przedmiotu zamówienia w części montażu, konfiguracji oraz pełnej integracji dostarczonego oprogramowania i wyposażenia, prac w zakresie wykonania pełnych testów kontrolnych i akceptacyjnych urządzeń, pomiarów wentylacyjnych i elektrycznych, przeprowadzenia szkoleń personelu nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22§1 kp. Czynności te wykonywane są przez osoby o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji popartych certyfikatami (lub świadectwami kwalifikacji), rzadkich na rynku specjalnościach oraz dyspozycyjnością. Charakter pracy tych osób cechuje się znacznym stopniem samodzielności. Wykonanie wskazanych powyżej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie ma cech stosunku pracy i nie wiąże się z zastosowaniem art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych;

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na takie wyłączenie pod warunkiem, że wykonanie wskazanych powyżej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie ma cech stosunku pracy i nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kp.

Zamawiający dokonał stosownego uzupełnienia w zapisach SIWZ.

W związku z powyższym pkt 17 rozdziału III siwz otrzymuje brzmienie: „Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności z zakresu realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy tj.:, prac związanych z wymianą centrali wentylacji i systemu klimatyzacji, robót ogólnobudowlanych w zakresie prac: demontażowych, montażowych oraz malarskich, wykonania wylewek, położenie wykładzin podłogowych oraz instalacji elektrycznych.

8. SIWZ, rozdz. III pkt. 12

W związku z §6 ust. 14 Projektu umowy – czy Zamawiający potwierdza, że płatności z tytułu robót budowlanych uiszczone będą w terminie 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że termin zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz wykonawcy zgodnie z działem III pkt 12 SIWZ oraz § 6 ust. 4 projektu umowy wynosi 60 dni liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Jednocześnie projekt umowy w § 6 ust. 14 (prawidłowo: ust. 15) przewiduje konieczność określenia maksymalnie 30-dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co wynika z art. 143b ust. 2 pzp. Postanowienie § 6 ust. 14 (prawidłowo: ust. 15) umowy zostało zamieszczone w podrozdziale „Wynagrodzenie Podwykonawców i dalszych podwykonawców – dotyczy części zamówienia na roboty budowlane”, a zatem termin 30-dniowy nie odnosi się do zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. Zamawiający jednocześnie dokonał doprecyzowania i sprostowania postanowienia § 6 ust. 14 (prawidłowo: ust. 15) projektu umowy poprzez zastąpienie go zapisem w brzmieniu następującym: „Zapłata wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie faktur nastąpi przelewem w ciągu 30 dni licząc od dnia przedłożenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej właściwej faktury wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem ust. 16, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku odpowiednio wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.”

Zamawiający doprecyzowuje zapisy rozdziału III pkt 12 zdania pierwszego siwz odnośnie liczenia terminu płatności. W rozdziale III pkt 12 zdanie 1 jest: „Termin płatności za wykonane zamówienie nie krótszy niż 60 dni licząc od daty prawidłowego **wystawienia** Zamawiającemu właściwej faktury VAT.”

a winno być: „Termin płatności za wykonane zamówienie nie krótszy niż 60 dni licząc od daty **doreczenia** Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.”

9. SIWZ, rozdz. V pkt.1.3 lit. b), tiret ostatnie; SIWZ, rozdz. VI pkt. 3.4, tiret ostatnie

Czy - wobec braku w obowiązujących przepisach wymogu wskazanego w SIWZ, rozdz. V pkt.1.3 lit. b), tiret ostatnie - Zamawiający zaakceptuje spełnienie warunku, jeśli osoba instalująca i uruchamiająca symulator TK będzie posiadała certyfikat Producenta dostarczanego symulatora TK o treści jak w załączniku nr 1?

Odpowiedź:

Zamawiający określił precyzyjnie w SIWZ, jakie uprawnienia muszą posiadać osoby, które wykonawca oddeleguje do realizacji zamówienia, natomiast do wykonawcy należy przedstawienie stosownych informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeśli w jego ocenie spełnia te warunki.

W ocenie Zamawiającego pytanie sprowadza się do spowodowania dokonania przez Zamawiającego oceny dokumentów, które miałyby zostać przedstawione w ofercie, jeszcze przed złożeniem oferty, co jest postępowaniem nieprawidłowym i niedopuszczalnym.

Jednocześnie wskazujemy, że w razie wątpliwości co do brzmienia samego zapisu Rozdziału V pkt. 1.3 lit. b) tiret ostatnie SIWZ, Zamawiający udzieli stosownych wyjaśnień, po sformułowaniu wątpliwości przez pytającego.

W tym miejscu wskazujemy, że zamiarem Zamawiającego jest, aby dokumentacja powykonawcza do wniosku do PAA spełniała wymogi formalne montażu symulatora TK .

10. Załącznik nr 1a do SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ, Tabela 4. Infrastruktura systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę swojej sieci komputerowej, w tym za bieżącą ochronę przed wirusami, zapory ogniowe (firewall), aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft (Microsoft Security Updates) i strategię tworzenia kopii zapasowych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę swojej sieci komputerowej, w tym za bieżącą ochronę przed wirusami, zapory ogniowe (firewall), aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft (Microsoft Security Updates) i strategię tworzenia kopii zapasowych.

11. Załącznik nr 1a do SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ, Tabela 4. Infrastruktura systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla bezpieczeństwa infrastruktury systemu zdalnego dostępu zapewni połączenie VPN (Virtual Private Network).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dla bezpieczeństwa infrastruktury systemu zdalnego dostępu zapewni połączenie VPN (Virtual Private Network).

12. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, § 2 ust. 6

Mając na względzie, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w czasie rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (dalej: „COVID-19”) co ma wpływ na możliwość realizacji zamówienia w pierwotnym terminie m. in. z uwagi na występujące trudności w transporcie międzynarodowym, mogącą wystąpić nieobecnością pracowników wykonawcy lub podwykonawcy, ograniczeniami w produkcji lub ograniczenia w dostępie do miejsca wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że pierwotny termin realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie przesunięciu w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 i dodanie w ust. 6 zdania drugiego w brzmieniu: „*W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający potwierdza, że termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 mających wpływ na wykonanie umowy.*”;

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na dodanie w § 2 ust. 6 zdania drugiego o proponowanej treści.

13. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §4 ust. 3

Określenie w ust. 3 zakresu przedmiotu zamówienia w części obejmującej dostarczenie oprogramowania jako

„zainstalowanie, konfigurację, w tym integrację z systemami posiadanymi przez Zamawiającego oraz wdrożenie” jest nieprecyzyjne i jako takie nie pozwala wykonawcy na prawidłowe sporządzenie oferty. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający proszony jest o wskazanie posiadanych przez Zamawiającego systemów, z którymi wymagana jest integracja w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że systemem, z którymi wymagana jest integracja w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, jest System PACS.

14. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §4 ust. 4

Mając na względzie, że przedmiotem umowy jest oprogramowanie tzw. „gotowe”, występujące w obrocie, Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 4 w taki sposób, aby otrzymała ona brzmienie:

„4. Wykonawca oświadcza, że według jego wiedzy dostarczone przez niego i wdrożone w ramach realizacji przedmiotu umowy oprogramowanie wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ nie posiada żadnych ukrytych/nieudokumentowanych mechanizmów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych oraz infrastruktury Zamawiającego.”,

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zmianę treści § 4 ust. 4 umowy na zapis w proponowanej formie.

15. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §4 ust. 5

Mając na względzie przedmiot zamówienia tj. rozbudowę i unowocześnienie linii radioterapeutycznej w skład, której wchodzi urządzenia i oprogramowanie Varian Medical Systems, Inc - wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności umownej za bliżej nie zdefiniowane „prawidłowe działanie systemu informatycznego”.

Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za działanie zintegrowanych systemów weryfikacji i zarządzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse w zakresie i na warunkach określonych w instrukcji obsługi oraz innej dokumentacji producenta tj. Varian Medical Systems, Inc (w tym licencji) udostępnionej Zamawiającemu; Zamawiający proszony jest więc o zmianę treści ust. 5 w ten sposób, że otrzyma ona brzmienie:

„5. Wykonawca odpowiada za wykonanie - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ - aktualizacji posiadanych przez Zamawiającego zintegrowanych systemów weryfikacji i zarządzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse wraz z rozbudową systemu zdalnego dostępu o platformę Citrix w zakresie określonym w instrukcji obsługi tych systemów i innej dokumentacji producenta tj. Varian Medical Systems, Inc.”;

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zmianę treści §4 ust. 5 umowy na zapis w proponowanej formie.

16. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §4 ust. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie takiej zmiany w treści przywołanego postanowienia, która będzie gwarantować, że Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie naruszenia praw osób trzecich, które wystąpią z jego winy w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy:

„13. Wykonawca odpowie za wszelkie **zawinione przez niego** naruszenia praw osób trzecich, które mogą wystąpić w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.”;

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany w projekcie umowy.

17. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §4 ust. 14

Podobnie jak w uwadze powyżej także i w odniesieniu do tego postanowienia wnosimy o doprecyzowanie ust. 14 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„ Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z **zawinionym** naruszeniem przez Wykonawcę, w trakcie wykonywania Umowy, jakichkolwiek praw osób trzecich i zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w opisanej sytuacji”;

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany w projekcie umowy.

18. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §5 ust. 4; Załącznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że testy kontrolne i akceptacyjne, o których mowa w §5 ust. 4. Projektu Umowy oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5, to testy akceptacyjne określone przez Producenta danego elementu przedmiotu zamówienia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej Zamawiający proszony jest o zdefiniowanie testów akceptacyjnych.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający potwierdza, że chodzi o testy akceptacyjne określone przez Producenta danego elementu przedmiotu zamówienia oraz te, które są wymagane prawem do wniosku na pozwolenie na uruchomienie symulatora TK.

19. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §5 w zw. z §6 ust. 2 oraz ust. 3

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że dopuszcza odbiory części przedmiotu zamówienia w miarę ich ukończenia za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia, a części zamówienia wraz z przypisaną im wysokością wynagrodzenia określać będzie harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w §7 ust. 13 Umowy. Mając powyższe na uwadze Zamawiający proszony jest o zmianę treści §5 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

- „1. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokołem końcowym (dalej odbiór końcowy). Odbiór końcowy potwierdzony będzie podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego.
2. Strony dokonywać będą odbiorów częściowych części składowych przedmiotu umowy w miarę ich ukończenia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §7 ust. 13 umowy (dalej: odbiór częściowy lub odbiory częściowe). Każdy odbiór częściowy potwierdzony będzie podpisanym przez Strony protokołem odbioru częściowego.
3. W protokole odbioru częściowego Strony wskażą część przedmiotu zamówienia, która stanowi przedmiot odbioru.
4. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do każdego z odbiorów w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru przez wykonawcę. Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonywane będą pocztą elektroniczną przesłaną na adres Zamawiającego wskazany w §3 ust. 1 pkt. 1 umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed zgłoszeniem odbioru częściowego do przeprowadzenia testów akceptacyjnych, jeżeli ich przeprowadzenie wymagane jest przez producenta systemu albo urządzenia stanowiącego przedmiot odbioru częściowego. Wyniki testów akceptacyjnych stanowić będą załącznik do protokołu odbioru częściowego.
6. Do protokołu odbioru częściowego sprzętu lub systemu Wykonawca dołącza:
 - a) instrukcję obsługi sprzętu/systemu,
 - b) podręcznik użytkownika,
 - c) listę autoryzowanych punktów serwisowych,
 - d) inne dokumenty wymagane przez prawo.
7. Do protokołu odbioru częściowego robót adaptacyjnych pracowni symulatora związanych z montażem nowego symulatora Wykonawca dołącza:
 - a) pełno branżowy projekt adaptacji pracowni i sterowni wraz z projektem osłon stałych,
 - b) techniczną dokumentację powykonawczą pracowni sterowni, o której mowa w pkt LX ppkt 7 (pkt. 5 ostatniego wiersza tabeli) załącznika nr 4 do SIWZ
 - c) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w §6 ust. 11 Umowy.
8. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego, że urządzenie lub system nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym przez Strony nie dłuższym jednak niż 14 dni. Usunięcie usterek potwierdzone będzie podpisanym przez Strony protokołem usunięcia usterek.
9. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego prac adaptacyjnych wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym przez Strony nie dłuższym niż 14 dni. Usunięcie wad lub usterek potwierdzone będzie podpisanym przez Strony protokołem usunięcia usterek.
10. Dokumenty wskazane w ust. 6 lub ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca może załączyć w formie papierowej lub elektronicznej na nośniku danych lub przekazać Zamawiającemu za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
11. W ramach procedury odbioru Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku potwierdzenia przez producenta oprogramowania dostarczenia przez Wykonawcę nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od Umowy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. Jeżeli w trybie niniejszego ustępu nie zostanie potwierdzona nielegalność oprogramowania Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odsetek za opóźnienie od wstrzymanej części wynagrodzenia za okres od dnia wstrzymania

płatności do dnia jego zapłaty, nie jest też uprawniony do naliczenia kar umownych, o których mowa w §10 ust. 2 Umowy za czas oczekiwania na weryfikację. Weryfikacja legalności oprogramowania odbywa się na koszt zamawiającego.

12. Do popisania protokołów, o których mowa w niniejszym ustępie upoważnione są osoby wskazane §3 ust. 1 umowy.

Postanowienie §3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści paragrafu 5 umowy na zapis w następującym brzmieniu:

„1. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokołem końcowym (dalej odbiór końcowy). Odbiór końcowy potwierdzony będzie podpisany przez Strony protokołem odbioru końcowego.

2. Strony dokonywać będą odbiorów częściowych części składowych przedmiotu umowy w miarę ich ukończenia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §7 ust. 13 umowy (dalej: odbiór częściowy lub odbiory częściowe). Każdy odbiór częściowy potwierdzony będzie podpisany przez Strony protokołem odbioru częściowego.

3. W protokole odbioru częściowego Strony wskażą część przedmiotu zamówienia, która stanowi przedmiot odbioru.

4. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do każdego z odbiorów w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru przez wykonawcę. Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonywane będą pocztą elektroniczną przesłaną na adres Zamawiającego wskazany w §3 ust. 1 pkt. 1 umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest przed zgłoszeniem odbioru częściowego do przeprowadzenia testów akceptacyjnych, jeżeli ich przeprowadzenie wymagane jest przez producenta systemu albo urządzenia stanowiącego przedmiot odbioru częściowego. Wyniki testów akceptacyjnych stanowiąc będą załącznik do protokołu odbioru częściowego.

6. Do protokołu odbioru częściowego sprzętu lub systemu Wykonawca dołącza:

- a) instrukcję obsługi sprzętu/systemu,
- b) podręcznik użytkownika,
- c) listę autoryzowanych punktów serwisowych,
- d) inne dokumenty wymagane przez prawo.

7. Do protokołu odbioru częściowego robót adaptacyjnych pracowni symulatora związanych z montażem nowego symulatora Wykonawca dołącza:

- a) pełno branżowy projekt adaptacji pracowni i sterowni wraz z projektem osłon stałych,
- b) techniczną dokumentację powykonawczą pracowni sterowni, o której mowa w pkt IX ppkt 7 (pkt. 5 ostatniego wiersza tabeli) załącznika nr 4 do SIWZ
- c) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w §6 ust. 11 Umowy.

8. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego, że urządzenie lub system nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym przez Strony nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych. Usunięcie usterek potwierdzone będzie podpisany przez Strony protokołem usunięcia usterek.

9. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego prac adaptacyjnych wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym przez Strony nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Usunięcie wad lub usterek potwierdzone będzie podpisany przez Strony protokołem usunięcia usterek.

10. Dokumenty wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca może załączyć w formie papierowej lub elektronicznej na nośniku danych lub przekazać Zamawiającemu za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Dokumenty wymienione w ust. 7 Wykonawca przekazuje w formie papierowej oraz elektronicznej.

11. W ramach procedury odbioru Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku potwierdzenia przez producenta oprogramowania dostarczenia przez Wykonawcę nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym

podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od Umowy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. Jeżeli w trybie niniejszego ustępu nie zostanie potwierdzona nielegalność oprogramowania Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odsetek za opóźnienie od wstrzymanej części wynagrodzenia za okres od dnia wstrzymania płatności do dnia jego zapłaty, nie jest też uprawniony do naliczenia kar umownych, o których mowa w §10 ust. 2 Umowy za czas oczekiwania na weryfikację. Weryfikacja legalności oprogramowania odbywa się na koszt Zamawiającego, chyba, że w czasie weryfikacji zostanie potwierdzona nielegalność zainstalowanego oprogramowania lub jego elementu, w tym przypadku koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.

12. Do popisania protokołów, o których mowa w niniejszym ustępie upoważnione są osoby wskazane §3 ust. 1 umowy. Postanowienie §3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

13. W przypadku wniesienia uwag lub zastrzeżeń przez Państwową Agencję Atomistyki w toku postępowania w zakresie uzyskania pozwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na dopuszczenie pracowni i symulatora do pracy Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad i usterek uwag w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem zapłaty kar umownych zgodnie z § 10 ust. 2 lit b Umowy.”

20. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §5 w zw. z §6 ust. 2 oraz ust. 3

Jeżeli Zamawiający nie przyjmuje zmiany zawartej w poprzednim pytaniu, to proszony jest o jednoznaczne wskazanie spójnej procedury odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego;

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 19.

21. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §6 ust. 3

Mając na uwadze treść §6 ust. 2 (tj. płatności częściowe) oraz zmiany zaproponowane powyżej do treści §5 umowy, Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 3 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez Strony protokół odbioru częściowego, o którym mowa w §5 ust. 2 Umowy wraz z załącznikami, o których mowa w §5 ust. 6 Umowy - dla odbiorów częściowych dotyczących oprogramowania lub sprzętu lub §5 ust.7 Umowy - dla odbioru robót adaptacyjnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na proponowane zmiany.

22. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §6 ust. 3

Jeżeli Zamawiający nie przyjmuje zmiany zawartej w poprzednim pytaniu, to proszony jest o jednoznaczne wskazanie podstawy do wystawienia przez wykonawcę faktur częściowych;

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 21.

23. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §6 ust. 11-21

Zamawiający proszony jest o zweryfikowanie odesłań, w tym odesłań do ust. 12 oraz ust. 16;

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownych zmian w numeracji ustępów § 6 umowy, co uwidocznione jest w jednolitej treści projektu umowy. Po dokonaniu zmian w numeracji odniesienia są prawidłowe.

24. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §6 ust. 11-21

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że zasady przyjęte w §6 ust. 11-21 odnoszą się wyłącznie do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, którzy zawarli umowę o roboty budowlane obejmującą swoim zakresem część przedmiotu niniejszej umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zasady przyjęte w § 6 ust. 12 i następne odnoszą się wyłącznie do wykonawców oraz dalszych podwykonawców, którzy zawarli umowę o roboty budowlane obejmującą swoim zakresem część przedmiotu umowy.

25. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §6 ust. 12

Zamawiający mając na uwadze płatności częściowe proszony jest o zmianę treści ust. 12 w ten sposób, że

otrzyma on brzmienie:

„12. Zapłata wynagrodzenia za roboty adaptacyjne w wysokości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §7 ust. 13 umowy, nastąpi na podstawie faktury częściowej.”

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane brzmienie ust. 12 .

26. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §6 ust. 13

Zamawiający mając na uwadze płatności częściowe oraz zmiany zaproponowane do §5 proszony jest o zmianę treści ust. 13 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„13. Podstawą do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu będzie podpisany przez Strony protokołu odbioru częściowego robót adaptacyjnych, o którym mowa w §5 ust. 2 Umowy wraz z załącznikami, o których mowa w §5 ust. 7 Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na modyfikacje ust. 13 w proponowanej wersji.

27. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §6 ust. 13

Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmiany zawartej w poprzednim pytaniu, to proszony jest o potwierdzenie, że w trybie art. 654 kc zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy przyjmować wykonane roboty adaptacyjne częściowo za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia, zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o którym mowa w §7 ust. 13 umowy;

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 26.

28. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §6 ust. 15

Zamawiający proszony jest o wprowadzenie do treści umowy procedury wyjaśniającej, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy co do przyczyny braku zapłaty i zasadności jej płatności bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiający proszony jest o dodanie po ust. 15 ust. 15a w brzmieniu:

„15a. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiający informuje wykonawcę o terminie złożenia pisemnych wyjaśnień, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy tej informacji. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, Zamawiający może:

- 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo*
- 2) dokonać bezpośredniej zapłaty w sytuacji, gdy zasadność takiej zapłaty nie będzie budziła żadnych wątpliwości.”;*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w proponowanym brzmieniu.

29. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §6 ust. 17

W obecnej treści projektu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy odpowiedniej kwoty również w przypadku, gdy oświadczenia podwykonawców, o których mowa w ust. 11 (błędnie określonym jako ust. 12) nie zostały złożone lub z których będzie wynikało, że należne wynagrodzenie nie zostało zapłacone. W ocenie wykonawcy jest to sankcja zbyt daleko idąca. Zgodnie z art. 647(1) §1 kc inwestor (w tym przypadku zamawiający) odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych. Sama więc okoliczność niezłożenia oświadczenia lub wątpliwości co do jego treści nie może stanowić podstawy do potrącenia wykonawcy odpowiedniej kwoty. Istotne pozostaje również, że w przypadku, o którym mowa w ust. 17 Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dokonania potrącenia, lecz nie zawarł obowiązku zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty potrąconej podwykonawcą. Mając powyższe na uwadze oraz uwagi zgłoszone powyżej od ust. 15 niniejszego paragrafu zamawiający proszony jest o wykreślenie treści ust. 17.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia zmiany w umowie. Zarazem Zamawiający wskazuje, że zapis umowny o potrąceniu należy rozumieć w ten sposób, że dla skutecznego potrącenia spełnione muszą zostać przesłanki prawne z art. 498 i nast. Kodeksu cywilnego, to jest po stronie Zamawiającego musi istnieć rzeczywista wierzytelność zdatna do potrącenia.

30. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §6 ust.19

Co do zasady konsekwencją bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) nie jest utrata przez wykonawcę prawa do wynagrodzenia lecz zgodnie z art. 367§1 kodeksu cywilnego roszczenie regresowe zamawiającego w stosunku do wykonawcy o zwrot kwoty wypłaconej podwykonawcy; mając na uwadze zasadę przyjętą w §6 ust. 11 umowy (zapłata wynagrodzenia przez zamawiającego wykonawcy po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom), zamawiający proszony jest o zmianę treść ust. 19 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11 wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.”;

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

31. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §7 ust. 13

Zamawiający proszony jest o zmianę zapisu §7 ust. 13 Projektu Umowy w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

W terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, zwany dalej Harmonogramem. Zamawiający dokona jego zatwierdzenia bez wprowadzenia zmian albo zaproponuje do niego zmiany, które wymagają uzgodnienia z Wykonawcą w terminie 7 dni. Harmonogram stanowił będzie integralną część Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu .

32. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §7 ust. 13

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wszelkie zmiany (łącznie z pierwszą akceptacją przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego) będą uzgadnianiane z Wykonawcą. W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o zmianę treści zdania drugiego w ust. 13 w ten sposób, że otrzyma ono brzmienie:

Zamawiający dokona jego zatwierdzenia bez wprowadzenia zmian albo zaproponuje do niego zmiany, które wymagają uzgodnienia z Wykonawcą w terminie 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

33. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §7 ust. 15

Zamawiający proszony jest, aby obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 15 dotyczył wyłącznie uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wskazanych w liście, o której mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, tym samym zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 15 w ten sposób, że jego początkowo treść otrzyma on brzmienie:

„15. Wykonawca na pisemne żądane Zamawiającego winien przedłożyć w terminie 7 dni od dnia tego doręczenia żądania (...);”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

34. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §8 ust. 2

Mając na uwadze, że przedmiot zamówienia obejmuje części, które możliwe są do wykonania odrębnie i niezależnie od siebie oraz treść §5 oraz §6 ust. 2 Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 2 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„2. Termin gwarancji:

- a) dla przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 1 pkt 1-6 Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru częściowego obejmującego wykonanie tego zakresu umowy,*
- b) dla przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 2 pkt 7 (symulatora TK) rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego potwierdzającego dostawę oraz montaż tego urządzenia,*
- c) dla przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 2 pkt 8 umowy z momentem podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego potwierdzającego wykonania umowy w części dotyczącej wykonania prac adaptacyjnych pracowni symulatora TK.”*

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

35. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §8 ust. 4

Mając na względzie, że przedmiot zamówienia składa się z niezależnych części zwracamy się o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przypadku w przepisie tym wskazanym przedłużeniu ulegnie okres gwarancji tego elementu przedmiotu umowy, którego Zamawiający nie mógł używać zgodnie z przeznaczeniem;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedłużenie okresu gwarancji dotyczy tego elementu umowy, którego Zamawiający nie mógł używać zgodnie z przeznaczeniem.

36. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §9

Mając na uwadze, że przedmiotem umowy jest oprogramowanie „gotowe” występujące w obrocie tj. dostępne na rynku na warunkach określonych w licencji przez jego producenta, które są tożsame dla wszystkich nabywców tego oprogramowania, Zamawiający proszony jest o zmianę treści §9 umowy w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„1. W ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 Umowy Wykonawca gwarantuje, że Zamawiającemu udzielona zostanie niewyłączna, bezterminowa licencja na korzystanie z oprogramowania wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ na warunkach i zasadach jak określone w treści każdej z licencji.

2. Wykonawca oświadcza, że zawarcie Umowy przez Wykonawcę, jej wykonanie oraz korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania objętego przedmiotem umowy, nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, pod warunkiem, że Zamawiający będzie korzystał z oprogramowań dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy zgodnie z warunkami każdej z udzielonych Zamawiającemu licencji.

3. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego, zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej do licencji udzielonych w ramach Umowy Zamawiającemu przez producentów dostarczonego oprogramowania, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie celowe koszty od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o takim roszczeniu, w terminie umożliwiającym Wykonawcy podjęcie działań obronnych. W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

4. Zamawiający jest zobowiązany do ochrony dostarczonego w ramach Umowy oprogramowania przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem lub nielegalnym używaniem lub nieuprawnioną ingerencją w kod źródłowy lub wynikowy oprogramowania.”;

Odpowiedź:

Zamawiający biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie zgadza się na zmianę treści paragrafu 9 na zapis w proponowanej wersji z pewnymi modyfikacjami w zakresie zgodnym z tekstem jednolitym umowy.

37. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §9 ust. 1

Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmiany zawartej w pytaniu nr 36 to, mając na uwadze, że przedmiotem umowy jest oprogramowanie „gotowe” występujące w obrocie, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż zaakceptuje, że licencje na oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji niniejszej umowy udzielone zostaną Zamawiającemu przez producentów dostarczonego oprogramowania.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2 pytanie nr 36.

38. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §9 ust. 2

Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmiany zawartej w pytaniu nr 36 to, mając na uwadze, że przedmiotem umowy jest oprogramowanie „gotowe” występujące w obrocie, tj. dostępne na rynku na warunkach określonych w licencji przez jego producenta, które są tożsame dla wszystkich nabywców tego oprogramowania, Zamawiający proszony jest o zmianę treści §9 ust. 2 w sposób następujący: *licencje, o których mowa w ust. 1 są licencjami udzielonymi na czas nieoznaczony a warunki ich wypowiedzenia określone są w ich treści.*

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2 pytanie nr 36.

39. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §9 ust. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje, że oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows dla stacji roboczych systemów ARIA, Eclipse oraz wirtualnej symulacji zostaną dostarczone w wersji OEM (związanej z konkretnym komputerem)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje, że oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows dla stacji roboczych systemów ARIA, Eclipse oraz wirtualnej symulacji zostaną dostarczone w wersji OEM (związanej z konkretnym komputerem).

40. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §9 ust. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje, że oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows dla serwerów ARIA/Eclipse zostaną dostarczone w wersji OEM (związanej z konkretnym serwerem)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje, że oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows dla serwerów ARIA/Eclipse zostaną dostarczone w wersji OEM (związanej z konkretnym serwerem).

41. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §9 ust. 4, lit. c)

W celu umożliwienia złożenia oferty Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści zawartej w §9 ust. 4, lit. c) projektu Umowy.

Informujemy, że objęte przedmiotem zamówienia oprogramowanie systemów ARIA, Eclipse, stacji wirtualnej symulacji, symulatora TK są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i nie ma możliwości wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian. Informujemy także, że zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych odpowiedzialność za wyrób medyczny spoczywa zawsze na jego wytwórcy niezależnie od postanowień umownych.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 36.

42. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. a)

Mając na uwadze wartość przedmiotu zamówienia, wysokości kar umownych (w tych górny ich limit) są znacząco wygórowane, Zamawiający proszony jest o zmianę wysokości kar umownych w ten sposób, że §10 ust. 2, lit. a) otrzyma brzmienie:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy - w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki do maksymalnej kwoty 250.000,00 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

43. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. b)

Mając na uwadze wartość przedmiotu zamówienia, wysokości kar umownych (w tych górny ich limit) są znacząco wygórowane, Zamawiający proszony jest o zmianę wysokości kar umownych w ten sposób, że §10 ust. 2, lit. b) otrzyma brzmienie:

b) za nieterminowe usunięcie wad/błędów/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania gwarancji/rękojmi - w wysokości 10.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, za każdy przypadek z osobna, do maksymalnej kwoty 250.000,00 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

44. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. c)

Mając na uwadze wartość przedmiotu zamówienia, wysokości kar umownych (w tych górny ich limit) są znacząco wygórowane, Zamawiający proszony jest o zmianę wysokości kar umownych w ten sposób, że §10 ust. 2, lit. c) otrzyma brzmienie:

c) za niezgodne z umową świadczenie usługi serwisowej świadczonej w okresie gwarancji - w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdą nieprawidłową reakcję liczoną od momentu zgłoszenia, w szczególności za niepodjęcie reakcji serwisu na usterkę lub awarię w czasie, o którym mowa w § 8 ust. 3 Umowy, za każdy przypadek z osobna, do maksymalnej kwoty 250.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

45. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. d)

Mając na uwadze wartość przedmiotu zamówienia, wysokości kar umownych (w tych górny ich limit) są znacząco wygórowane, Zamawiający proszony jest o zmianę wysokości kar umownych w ten sposób, że §10 ust. 2, lit. d) otrzyma brzmienie:

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z powodu nieusunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

46. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. e)

Mając na uwadze wartość przedmiotu zamówienia, wysokości kar umownych (w tych górny ich limit) są znacząco wygórowane, Zamawiający proszony jest o zmianę wysokości kar umownych w ten sposób, że §10 ust. 2, lit. e) otrzyma brzmienie:

e) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

47. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. f)

Mając na uwadze wartość przedmiotu zamówienia, wysokości kar umownych (w tych górny ich limit) są znacząco wygórowane, Zamawiający proszony jest o zmianę wysokości kar umownych w ten sposób, że §10 ust. 2, lit. f) otrzyma brzmienie:

f) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy przypadek z osobna, do maksymalnej kwoty 2500 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

48. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. g)

Mając na uwadze wartość przedmiotu zamówienia, wysokości kar umownych (w tych górny ich limit) są znacząco wygórowane, Zamawiający proszony jest o zmianę wysokości kar umownych w ten sposób, że §10 ust. 2, lit. g) otrzyma brzmienie:

g) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy przypadek z osobna, do maksymalnej kwoty 2000 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

49. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. h)

Mając na uwadze wartość przedmiotu zamówienia, wysokości kar umownych (w tych górny ich limit) są znacząco wygórowane, Zamawiający proszony jest o zmianę wysokości kar umownych w ten sposób, że §10 ust. 2, lit. h) otrzyma brzmienie:

h) niewprowadzenie zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 13 ust. 7 lit. b) – w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy przypadek z osobna, do maksymalnej kwoty 2000 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

50. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. i)

Mając na uwadze wartość przedmiotu zamówienia, wysokości kar umownych (w tych górny ich limit) są znacząco wygórowane, Zamawiający proszony jest o zmianę wysokości kar umownych w ten sposób, że §10 ust. 2, lit. i) otrzyma brzmienie:

i) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogów określonych w § 7 ust.

14 – w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki , za każdy przypadek z osobna do maksymalnej kwoty 2000 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

51. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2 lit. a) -c)

Kary umowne, jako nie wymienione w katalogu czynności wskazanych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.), nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ich wysokość nie może być więc określana jako kwota „brutto”, mając powyższe na uwadze Zamawiający proszony jest o odpowiednią modyfikację treści umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownych zmian w § 10 ust. 2 lit a-c umowy”.

52. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2 lit. a)

W zw. z §1 ust. 2 oraz §2 ust. 1 – Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści w brzmieniu: „za każdy przypadek z osobna” mając na uwadze fakt, że zgodnie z treścią Umowy wykonawca w terminie określonym w §2 ust. 1 Umowy zobowiązany jest do wykonania całego przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 2 Umowy; mając więc na uwadze treść §1 ust. 2 oraz §2 ust. 1 kara umowa powinna więc zostać zastrzeżona na okoliczność nie wykonania przedmiotu umowy w terminie;

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmian. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z harmonogramem, dopuszczone zostały odbiory częściowe, a na sam przedmiot zamówienia składa się kilka elementów, stąd możliwa jest sytuacja, gdy dojdzie do kilku naruszeń.

53. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 2 lit. c)

W zw. lit. b) niniejszego ustępu – Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści lit. c) z uwagi na zastrzeżenie kar umownych z tożsamej przyczyny w treści lit. b) niniejszego ustępu;

Odpowiedź:

Zamawiający postanowił dokonać następującej zmiany § 10 ust. 2 lit. c umowy: za niezgodne z umową świadczenie usługi serwisowej świadczonej w okresie gwarancji inne, niż opisane w § 10 ust. 2 lit. b powyżej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą nieprawidłową reakcję liczoną od momentu zgłoszenia, w szczególności za niepodjęcie reakcji serwisu na usterkę lub awarię w czasie, o którym mowa w § 8 ust. 3 Umowy, za każdy przypadek z osobna, do maksymalnej kwoty 500.000,00 zł.

54. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 6

Mając na względzie, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w czasie rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej COVID-19 co ma wpływ na możliwość realizacji zamówienia w terminie (w tym wykonywanie obowiązków, o których mowa w §8 umowy) z uwagi m. in. na występujące trudności w transporcie międzynarodowym, mogącą wystąpić nieobecnością pracowników wykonawcy lub podwykonawcy, ograniczenia w produkcji lub ograniczenia w dostępie do miejsce wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że nie będzie występował w stosunku do Wykonawcy z roszczeniami z tytułu niewykonania lub opóźnienia wykonania Umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 i dodanie w ust. 6 zdania drugiego w brzmieniu: „*W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający oświadcza, że nie będzie występował w stosunku do Wykonawcy z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z niewykonaniem lub opóźnieniem wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie Umowy lub opóźnienie wykonania Umowy będzie miało związek z COVID-19.*”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie żądanej zmiany z góry, bez weryfikacji konkretnych okoliczności. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w sytuacjach spowodowanych skutkami epidemii gotów jest na negocjacje w przedmiocie zawarcia stosownego aneksu, a przypadki, w których wykonawca wykaże, że opóźnienie spowodowane jest sytuacją epidemiczną i powstało nie z jego winy, traktować będzie jak okoliczności niezawinione przez wykonawcę, które uzasadniają odstąpienie od naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu zamówienia.

55. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10 ust. 9

W celu uniknięcia kumulacji kar umownych za to samo naruszenie na tle zwłoki w wykonaniu umowy oraz odstąpienia od umowy z uwagi na zwłokę w wykonaniu umowy, Zamawiający proszony jest o dodanie w ust. 9 zdania drugiego w brzmieniu: „*W przypadku naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiający zaliczy te kary na poczet kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli przyczyną odstąpienia będzie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy.*”;

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

56. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §10

Zamawiający proszony jest o dodanie po ustępie 9 ustępu 10 w brzmieniu:

10. Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

57. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §11 ust. 10

W zw. z ust. 9 – Zamawiający, mając na uwadze podzielny przedmiot umowy (przedmiot umowy składa się z niezależnych od siebie części) oraz charakter przedmiotu umowy uniemożliwiający zwrot w świadczeń w naturze, zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutek ex nunc;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutek ex nunc

58. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §11 ust. 11

W celu uniknięcia kumulacji kar umownych za to samo naruszenie na tle zwłoki w wykonaniu umowy oraz odstąpienia od umowy z uwagi na zwłokę w wykonaniu umowy, Zamawiający proszony jest o dodanie w ust. 11 zdania drugiego w brzmieniu: „*W przypadku naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią §10 ust. 2 Umowy, zamawiający zaliczy te kary na poczet kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli przyczyną odstąpienia będzie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy.*”;

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

59. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §13 ust. 7 lit. a), c), f)

Mając na względzie art. 5c ustawy Pzp oraz nie zakwalifikowanie przez Zamawiającego robót budowlanych jako głównego przedmiotu umowy, Zamawiający proszony jest o odstąpienie od umownego obowiązku przedkładania przez Wykonawcę projektów umów o roboty budowlane, z pozostawieniem obowiązku przedkładania Zamawiającemu zawartych umów o podwykonawstwo z prawem do zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, jeżeli umowy te nie spełniają będąc wymogów określonych w ust. 17 oraz 30-dniowego terminu płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Obecny obowiązek przedkładania Zamawiającemu zarówno projektów umów oraz zawartych umów jest zbyt rygorystyczny, w sposób znaczący wpływa na terminowość wykonania umowy, a z uwagi na okoliczność, że do niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 5c ustawy Pzp nie stosuje się przepisów art. 143b, 143c, 143d Pzp nie jest obligatoryjny. Mając powyższe na uwadze Zamawiający proszony jest o odpowiednią zmianę treści umowy poprzez wykreślenie z jej treści przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek przedkładania projektu umowy o podwykonawstwo (w tym §13 ust. 7 lit. a), lit. c), lit. f) w części dot. projektu umowy, ust. 17 w ten sposób aby jego treść odnosiła się do treści umowy o roboty budowlane zawieranej z podwykonawcą, §10 ust. 2 lit. g) w części dot. projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych);

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

60. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §13 ust. 11

Mając na uwadze, że do niniejszej umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 143b, 143c, 143d Pzp z uwagi na niezakwalifikowanie robót budowlanych jako głównego przedmiotu zamówienia oraz nieponoszenia na gruncie przepisów kc przez Zamawiającego odpowiedzialności solidarnej za wynagrodzenie podwykonawców świadczących usługi lub dostawy, Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 11 w całości;

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

61. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §15

Mając na względzie, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w czasie rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (dalej: „COVID-19”) co ma wpływ na możliwość realizacji zamówienia w terminie z uwagi na występujące trudności w transporcie międzynarodowym, mogącą wystąpić nieobecnością pracowników wykonawcy lub podwykonawcy, ograniczeniami w produkcji lub ograniczenia w dostępie do miejsca wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający proszony jest dodanie po ust. 5 ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Strony zobowiązują się do dokonania zmian Umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 mających wpływ na wykonanie umowy.”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie żądanej zmiany z góry, bez weryfikacji konkretnych okoliczności. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w sytuacjach spowodowanych skutkami epidemii gotów jest na negocjacje w przedmiocie zawarcia stosownego aneksu, a przypadki, w których wykonawca wykaże, że opóźnienie spowodowane jest sytuacją epidemiczną i powstało nie z jego winy, traktować będzie jak okoliczności niezawinione przez wykonawcę, które uzasadniają odstąpienie od naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu zamówienia.

62. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §15 ust. 7

Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 7 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„7. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem niniejszej umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych obowiązujących przepisów prawa są nieważne.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

63. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, §18

Zamawiający proszony jest, zgodnie z treścią art. 28 ust. 3 RODO, o wskazanie rodzaju i kategorii danych, które stanowić będą przedmiot powierzenia;

Odpowiedź:

“Zamawiający wskazuje, że powierzenie obejmuje przetwarzanie danych następującego rodzaju i kategorii:

1. imię i nazwisko;
2. PESEL;
3. data Urodzenia;
4. numer telefonu;
5. adres;
6. płeć;
7. czasem – fotografia;
8. imię i nazwisko lekarza prowadzącego;
9. dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta;”

64. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt Umowy, § 18 ust. 11

Wnosimy o potwierdzenie, że postanowienie to dotyczy wyłącznie powierzonych danych osobowych na tle niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że postanowienie § 18 ust. 11 umowy dotyczy powierzonych Wykonawcy danych osobowych na gruncie umowy, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

65. Załącznik nr 4 do SIWZ, IV. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Z uwagi na fakt, iż przytoczony akt prawny – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, został uchylony w dniu 06.02.2019, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że uznaje za spełnienie wymagań bezpieczeństwa przetwarzania danych w dostarczanych systemach ARIA i Eclipse, na podstawie posiadania następujących certyfikatów:

- **CE** - produkty firmy Varian Medical Systems, Oncology Systems spełniają wymagania Dyrektywy Rady MDD 93/42/EWG.
- **HIPAA** - produkty i usługi firmy Varian zostały wyposażone w funkcje, które pomagają naszym klientom spełniać wymogi amerykańskiej ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA). Oprogramowanie korzysta z bezpiecznego procesu logowania z uwzględnieniem dostępu z podziałem na role, wymagając nazwy użytkownika i hasła. Użytkownicy przydzielani są do grup z określonymi prawami dostępu, które mogą obejmować możliwość edycji i dodawania danych lub ograniczać dostęp do danych. Kiedy użytkownik dodaje dane do bazy danych lub modyfikuje takie dane, tworzony jest rekord z informacjami o tym, które dane zostały zmienione, identyfikatorem użytkownika oraz datą i godziną wprowadzenia zmian. W ten sposób powstaje zapis kontrolny, który może zostać przeanalizowany przez uprawnionych administratorów systemu.
- **ISO 13485** - produkty firmy Varian Medical Systems, Oncology Systems zostały zaprojektowane i są produkowane zgodnie z wymogami określonymi przez normę jakości ISO 13485.
- **Przepisy systemu jakości FDA 21 CFR 820 (cGMPs)** - produkty firmy Varian Medical Systems, Oncology Systems zostały zaprojektowane i są wytwarzane zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach federalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że dokonał zmiany w załączniku numer 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w części IV. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH.

66. Załącznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 3

Prosimy o zmianę zapisu w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania zgodnie z opracowanym w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni planem wdrożenia wraz z procedurami bezpieczeństwa;

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu pkt. 3 na zapis w zaproponowanym brzmieniu.

67. Załącznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 3

Zamawiający proszony jest o określenie, co powinien zawierać plan wdrożenia i do jakiej części realizacji zamówienia ma się odnosić.

Odpowiedź:

Wymagania w tym zakresie zostały zawarte w odpowiedzi do zapytania nr 2 pytania nr 5.

68. Załącznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 3

Zamawiający proszony jest o określenie, co powinny zawierać procedury bezpieczeństwa i do jakiej części realizacji zamówienia mają się odnosić.

Odpowiedź:

Dotyczy prowadzenia prac budowlanych na terenie Zakładu Radioterapii, Zamawiający wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w zakresie prowadzenia prac budowlanych na czynnym obiekcie służby zdrowia.

69. Załącznik nr 4 do SIWZ, VII. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Zamawiający proszony jest o wykreślenie pkt VII w całości, ponieważ ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz inne akty prawne wskazane w treści tego punktu nie obejmują swoim zakresem przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

System planowania leczenia Eclipse oraz system informacji onkologicznej Aria, są wyrobami medycznymi przeznaczonymi do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych (klinicznych).

System planowania leczenia Eclipse oraz system informacji onkologicznej Aria nie są elementem systemu informacji w ochronie zdrowia wymienionym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (dalej: Ustawa).

Przedmiot zamówienia nie służy realizacji celów określonych w Ustawie.

System planowania leczenia Eclipse oraz system informacji onkologicznej Aria jako wyroby medyczne używane w celach klinicznych nie podlegają regulacjom Ustawy.

Dodatkowo wskazać należy, że część przepisów wskazanych w pkt VII została uchylona, a część zmieniona.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 4 do SIWZ, VII. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE.

70. Załącznik nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 4. Infrastruktura systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse, Nazwa komponentu: BEZPIECZEŃSTWO ZDALNEGO DOSTĘPU, tiret pierwsze

Zamawiający proszony jest o zmianę zapisu w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

- *system Citrix lub oprogramowanie równoważne zabezpieczające dostęp do systemu spoza sieci komputerowej systemu Aria i Eclipse, w tym z sieci lokalnej (wewnątrz szpitala) i dostępu zdalnego (spoza szpitala, poprzez łącze internetowe, po uprzednim nawiązaniu połączenia poprzez VPN Zamawiającego),*

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu w proponowanym brzmieniu.

71. Załącznik nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 4. Infrastruktura systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse, Nazwa komponentu: BEZPIECZEŃSTWO ZDALNEGO DOSTĘPU, tiret drugie

Zamawiający proszony jest o wykreślenie zapisu:

- *szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy oferowanym systemem wirtualizacji a stacją użytkownika za pomocą protokołu SSL lub równoważnego*

Odpowiedź:

W związku z odpowiedzią na zapytanie nr 2 pytanie nr 11 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu.

72. Załącznik nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 4. Infrastruktura systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse, Nazwa komponentu: ZARZĄDZANIE AKTYWNYMI POŁĄCZENIAMI, tiret pierwsze

Zamawiający proszony jest o wykreślenie zapisu:

- *balansowanie obciążenia systemu i ruchu pomiędzy serwerami poprzez dedykowane oprogramowanie Citrix lub równoważne,*

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje zapis ilości serwerów zdalnego dostępu z 3 do 2 szt. w Załączniku nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 4. Infrastruktura systemu zdalnego dostępu do unowocześnionego systemu zarządzania Aria oraz unowocześnionego systemu planowania leczenia Eclipse Nazwa komponentu :Serwer zdalnego Dostępu tiret pierwszy i równocześnie wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego balansowania obciążenia systemu i ruchu pomiędzy serwerami.

73. Załącznik nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 7. Symulator TK dedykowany do radioterapii, Nazwa komponentu: ADAPTACJA POMIESZCZENIA PRACOWNI POD MONTAŻ NOWEGO SYMULATORA, pkt. 4

Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia pracowni i sterowni dostarczanego symulatora TK po wykonaniu adaptacji mają spełniać wymogi instalacyjne producenta symulatora TK.

Odpowiedź:

Tak, ponadto pomieszczenia muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Sanitarnymi oraz ustawą z dnia 29.11.2001 Prawo Atomowe wraz późniejszymi zmianami oraz właściwymi rozporządzeniami do tej ustawy oraz innymi aktualnymi przepisami dotyczącymi pomieszczeń służby zdrowia, w tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 z w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

74. Załącznik nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 7. Symulator TK dedykowany do radioterapii, Nazwa komponentu: ADAPTACJA POMIESZCZENIA PRACOWNI POD MONTAŻ NOWEGO SYMULATORA, pkt. 4

Z uwagi na nieprecyzyjność zapisów dotyczących wykonania koniecznych prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni i sterowni, prosimy o potwierdzenie, czy jeśli pomieszczenia pracowni i sterowni po wykonaniu adaptacji będą spełniały wymogi instalacyjne producenta symulatora TK, Zamawiający uzna je za prawidłowo wykonane.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 73.

ZAPYTANIE NR 3

1. Dotyczy zał. nr 4 – pkt 7 Symulator TK dedykowany do radioterapii - Centratory Laserowe do Wirtualnej Symulacji

CENTRATORY LASEROWE DO WIRTUALNEJ SYMULACJI	<ol style="list-style-type: none"> 1. System zmotoryzowanych centratorów laserowych (3D) z własną komputerową stacją umożliwiającą ustawianie pozycji trzech centratorów pozwalających na określanie punktów referencyjnych. Monitor dotykowy do sterowania systemem laserów zainstalowany w pomieszczeniu aparatu tomograficznego i laserów 2. Funkcjonalność centratorów: <ul style="list-style-type: none"> – lasery boczne: ruch pionowy – laser sufitowy: ruch poprzeczny – kolor wiązki – zielony
--	---

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania zapewniającego wymaganą funkcjonalność za pomocą laserów w pełni zintegrowanych z zaoferowanym tomografem gdzie stacja/tablet sterowania tomografem komputerowym obsługuje również lasery.

„System zmotoryzowanych centratorów laserowych (3D) zintegrowanych z gantry tomografu – sterowanie ze stacji/tabletu tomografu, umożliwiające ustawianie pozycji trzech centratorów pozwalających na określanie punktów referencyjnych w pomieszczeniu aparatu tomograficznego i laserów.

Funkcjonalność centratorów:

- lasery boczne: ruch pionowy
- laser sufitowy: ruch poprzeczny
- kolor wiązki –zielony”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, §8 ust. 6

Czy Wykonawca wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów na: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego, bieżącego serwisu gwarancyjnego i wykonanie obowiązkowych przeglądów w okresie roku zgodnie z wymaganiami i ilościami zalecanymi przez producenta sprzętu, ~~ale nie rzadziej niż 2 razy w roku~~, potwierdzonymi wpisem do paszportu technicznego sprzętu” Poprośmy o zmianę i usunięcie fragmentu „ale nie rzadziej niż...”, gdyż zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta ilość przeglądów może być mniejsza (1xrok).

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zgadza się na korektę zapisu ustępu 6 w paragrafie 8, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego, bieżącego serwisu gwarancyjnego i wykonanie obowiązkowych przeglądów w okresie roku zgodnie z wymaganiami i ilościami zalecanymi przez producenta sprzętu, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, potwierdzonymi wpisem do paszportu technicznego sprzętu”.

3. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, §15 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do punktu 2 litery f) w brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”

Uzasadnienie

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie żądanej zmiany z góry, bez weryfikacji konkretnych okoliczności. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w sytuacjach spowodowanych skutkami epidemii gotów jest na negocjacje w przedmiocie zawarcia stosownego aneksu, a przypadki, w których wykonawca wykaże, że opóźnienie spowodowane jest sytuacją epidemiczną i powstało nie z jego winy, traktować będzie jak okoliczności niezawinione przez wykonawcę, które uzasadniają odstąpienie od naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu zamówienia.

4. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, §18 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu i nadanie mu brzmienia:

Wykonawca może zlecać zleca podprzetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania:

- a) zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
- b) podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający udziela Wykonawcy wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego. Wykonawca jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego.

Uzasadnienie

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z

poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy zmianę zapisów na zapisy, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany. Postanowienie § 18 ust. 3 projektu umowy uwzględnia argumentację oferenta, bowiem nie wyklucza podpowierzenia przetwarzania danych osobowych ani ich przekazania do państwa trzeciego, ponadto stanowi, że obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie, aby podmiot, któremu udzielone zostanie podpowierzenie, wiązały takie same obowiązki ochrony danych, jak określone w umowie.

5. Dotyczy zapisów SIWZ

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału V pkt 4 tiret 5 oraz zapisy rozdziału VI pkt 5 ppkt 5.1. siwz, które otrzymują brzmienie:

Rozdział V pkt 4 tiret 5:

- „przedstawią opisy techniczne w postaci kart katalogowych z parametrami technicznymi określonymi w Załączniku nr 4 do siwz - tylko w odniesieniu do oferowanego symulatora komputerowego. Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia.”

rozdział VI pkt 5 ppkt 5.1.;

„Opisów technicznych w postaci kart katalogowych z parametrami technicznymi określonymi w Załączniku nr 4 do siwz - tylko w odniesieniu do oferowanego symulatora komputerowego. Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia.”

6. Dotyczy zapisów SIWZ – zdolności techniczne i zawodowe

Czy Zamawiający na potwierdzenie wymogu „*1 osoba z uprawnieniami do instalacji i uruchomienia urządzeń radiologicznych obejmujących swym zakresem dostarczony symulator TK*” zaakceptuje załączony certyfikat? W razie braku zgody prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający określił precyzyjnie w SIWZ, jakie uprawnienia muszą posiadać osoby, które wykonawca oddeleguje do realizacji zamówienia, natomiast do wykonawcy należy przedstawienie stosownych informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeśli w jego ocenie spełnia te warunki.

W ocenie Zamawiającego pytanie sprowadza się do spowodowania dokonania przez Zamawiającego oceny dokumentów, które miałyby zostać przedstawione w ofercie, jeszcze przed złożeniem oferty, co jest postępowaniem nieprawidłowym i niedopuszczalnym.

Jednocześnie wskazujemy, że w razie wątpliwości co do brzmienia samego zapisu SIWZ, Zamawiający udzieli stosownych wyjaśnień, po sformułowaniu wątpliwości przez pytającego.

W tym miejscu wskazujemy, że zamiarem Zamawiającego jest, aby dokumentacja powykonawcza związana z montażem i uruchomieniem symulatora spełniała wymagania Państwowej Agencji Atomistyki przy składaniu wniosku o pozwolenie na uruchomienie symulatora i pracowni.

7. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, §10 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych, które w rażący sposób odbiegają od standardów rynkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

ZAPYTANIE NR 4

1. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, § 9 ust. 3 -6

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższe zapisy nie dotyczą tomografu komputerowego – Producent nie przewiduje takiej formy licencjonowania.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający potwierdza, że zapisy te nie dotyczą symulatora TK.

2. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, § 10 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,2% wartości aparatu dla przekroczenia czasu reakcji i naprawy?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wygórowane.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy siwz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, wyznaczając nowe terminy:

- termin składania ofert na dzień 19.06.2020r. godz. 10:00
- termin otwarcia ofert na dzień 19.06.2020r. godz. 10:30

Z poważaniem

DYREKTOR
Beskidzkiego Centrum Onkologii
- Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
lek. med. Lech Wędrychowicz