

Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego	Nazwa, model, typ oferowanej wytrząsarki i proponowana cena jedn. brutto
1	2	3	4
Wytrząsarka laboratoryjna	Typ ruchu: obrotowy		
	Regulowana ilość obrotów		
	Częstotliwość: co najmniej w zakresie od 6 do 60 obr./min.		
	Obciążenie: co najmniej 24 probówki o średnicy co najmniej od 12 mm do co najmniej 17 mm i długości co najmniej od 75 co najmniej 180 mm		
	Zasilanie: 230 V		
	Możliwość wytrząsania zarówno cieczy jak i substancji stałych		
	Przejrzysty panel sterowania		
	Silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.		

\*\*\*Okres udzielanej gwarancji: .....

Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 3 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego

\*\*Należy wpisać w kolumnie 4 nazwa, model, typ oferowanej wytrząsarki i proponowaną cenę jedn. brutto

\*\*\*Należy wpisać okres udzielanej gwarancji

.....  
( pieczętka i podpis Dostawcy)