

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „**WÓZEK TRANSPORTOWY ORAZ WÓZEK INWALIDZKI NA POTRZEBY DOPOSAŻENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ**” wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

#### ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

##### PYTANIE 1

Czy zamawiający dopuści, wózki znanego światowego producenta, których barierki boczne składają się wzdłuż i poniżej poziomu materaca? Jest to wartość dodana ponieważ nie występują przerwy transferowe przy zestawieniu dwóch wózków.

Zamawiający dopuszcza wózki, których barierki boczne składają się wzdłuż i poniżej poziomu materaca.

STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Marika Neimann