



Szpital Kliniczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie



ZPZ-2353-123/24

Olsztyn, 09.01.2024 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Dot.: Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa uniwersalnego czytnika mikro płytkowego do metody Elisa”,
ZPZ-01/Reg/01/24

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i wyjaśnienia treści dokumentów zamówienia

W związku z zapytaniami uczestników postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania i wyjaśnia dokumenty zamówienia.

Pytanie nr 1

Formularz wymaganych parametrów technicznych – Czytnik Mikro płytkowy do metody Elisa – Załącznik nr 2 – poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dokładności odczytu 1,5% przy 2 OD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o proponowanej dokładności odczytu

Pytanie nr 2

Formularz wymaganych parametrów technicznych – Czytnik Mikro płytkowy do metody Elisa – Załącznik nr 2 – poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o liniowości odczytu 1,5% przy 2 OD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o proponowanej dokładności odczytu

Pytanie nr 3

Formularz wymaganych parametrów technicznych – Czytnik Mikro płytkowy do metody Elisa – Załącznik nr 2 – poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści czytnik z zaciskiem na płytkę 96-dołkową, który umożliwi odczyt pasków, płytek 96 - dołkowych oraz pojedynczych dołków w dowolnej, wybranej przez użytkownika konfiguracji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 4

Formularz wymaganych parametrów technicznych – Czytnik Mikro płytkowy do metody Elisa – Załącznik nr 2 – poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z filtrami 405 nm, 450 nm, 492 nm i 630 nm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w filtry 405 nm, 450 nm, 492 nm i 630 nm.

Krystyna Futyma

Dyrektor SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie