

Postępowanie nr ZP/13/20

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cz. 2

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Sukcesywna dostawa rękawic medycznych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o. o.**

I

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843ze zmianami) w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podaje się treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

1. Pakiet 2 Poz. 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Rękawic nitrylowych jednorazowych diagnostycznych, bezpydrowe, niesterylne. teksturowane na końcówkach palców, oburęczne, z wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i bakteriobójczych, AQL 1,0. Grubość min. 0,08 mm. Do procedur medycznych i niemedycznych kat. III. Rozmiary od S do XL. Opakowanie 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podejmuje decyzję o usunięciu asortymentu opisanego w pozycji nr 2 (część 2) z wykazu oczekiwanego asortymentu. Zamawiający dokona modyfikacji dokumentów przetargowych.

2. Pakiet 2 poz.1 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby otwór dozujący ograniczony był folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

3. Pakiet 2 poz.1 Prosimy o wyjaśnienie czy wymaga rękawic zgodnych z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

4. Pakiet 3. Poz. 3 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Rękawic nitrylowych jednorazowych diagnostycznych, bezpydrowe, niesterylne. teksturowane na końcówkach palców, oburęczne, z wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i bakteriobójczych, AQL 1,0.

Grubość min. 0,08 mm. Do procedur medycznych i niemedycznych kat. III. Rozmiary od S do XL.
Opakowanie 100 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający podejmuje decyzję o usunięciu asortymentu opisanego w pozycji nr 3 (część 3) z wykazu oczekiwanego asortymentu. Zamawiający dokona modyfikacji dokumentów przetargowych.

5. Pakiet 3 poz. 3 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby otwór dozujący ograniczony był folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic w opakowaniu.

Odpowiedź: W związku z dokonaną modyfikacją pytanie jest bezprzedmiotowe.

6. Pakiet 3 poz. 3. Prosimy o wyjaśnienie czy wymaga rękawic zgodnych z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną.

Odpowiedź: W związku z dokonaną modyfikacją pytanie jest bezprzedmiotowe.

II

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje zmian w zakresie rodzaju i ilości pozycji asortymentowych w częściach nr 2 i 3. Załącznik do niniejszej modyfikacji stanowi zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. W dziale III pkt 6 SIWZ wykreśla się zapisy dotyczące części 3 poz. 3:

„- dokumenty jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność z normami: EN 455; EN 374-3 lub EN 16523-1 : min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań); EN 374-1; ASTM D6978, ASTM F1671

- certyfikaty norm ISO 13485; ISO 14001; OHSAS 18001.”

3. Zmienia się termin składania ofert na dzień 17 lipca 2020 roku godzina 11:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 17 lipca 2020 roku godzina 11:15.

Modyfikacje są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu