



SZPITAL PUCKI SP. Z O.O.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A

SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
Tel. 58 690-43-00, faks 58 333-40-91
mail: sekretariat@szpitalpucki.pl



Puck, dn. 21.06.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych, znak ZP/05/2022


Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Zakres 1, pozycja 6, 7 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2.	Zakres 4, pozycja 2,3 Czy Zamawiający dopuści tupfer w kształcie kuli?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tupferów w kształcie kuli.
3.	Zakres 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
4.	Zakres 5, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 6x75mm?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastrów w rozmiarze wskazanym w pytaniu.
5.	Zakres 5, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 13x100mm?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania plastrów w rozmiarze 13x100mm. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
6.	Zakres 5, pozycja 9, 10 Czy Zamawiający dopuści przylepce na rolce?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepca na rolce.
7.	Zakres 5, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną w rozmiarze 6cmx4m?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opaski elastycznej w rozmiarze 6cmx4m. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
8.	Zakres 5, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 1,5-3,5cm w stanie nierozciągniętym?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
9.	Zakres 5, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 2,5-4,5cm w stanie nierozciągniętym?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
10.	Zakres 5, pozycja 23	Zamawiający nie dopuszcza

	Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 4,0-6,5cm w stanie nierozciągniętym?	zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
11.	Zakres 5, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 5,0-9,5cm w stanie nierozciągniętym?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ..
12.	Zakres 5, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 6,5-13,5cm w stanie nierozciągniętym?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ..
13.	Zakres 17, pozycja 3, 4, 5, 6, 8 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny PP laminowanej folią PE o gramaturze 40g/m ² ?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
14.	Zakres 17, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwetę w rozmiarze 100x150cm.
15.	Zakres 17, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6x8cm.
16.	Zakres 18, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny PP laminowanej folią PE o gramaturze 40g/m ² ?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
17.	Zakres 18, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2x22cm?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
18.	Zakres 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkład 2-warstwowy o gramaturze 36g/m ² ?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu 2-warstwowy o gramaturze 36g/m ² .
19.	Zakres 19, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38cm?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu z perforacją co 38cm.
20.	Zakres 21, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości ok 130cm?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
21.	Zakres 21, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości ok 140cm?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
22.	Zakres 23, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L umieszczony jako pierwsza warstwa po rozwinięciu owinięcia zestawu?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
23.	Zakres 23, pozycja 2	Zamawiający nie dopuszcza

	Czy zamawiający dopuści rzep 22 x 2 cm?	zaoferowania parametrach w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ	asortymentu o wskazanych w pytaniu. Zamawiający
24.	Zakres 23, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści łąty chłonne 25 x 60 cm, gramatura 80g/m2?	Zamawiający zaoferowania parametrach w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ	nie dopuszcza asortymentu o wskazanych w pytaniu. Zamawiający
25.	Zakres 23, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ? 	Zamawiający zaoferowania parametrach w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.	nie dopuszcza asortymentu o wskazanych w pytaniu. Zamawiający
26.	Zakres 23, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym • 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm • 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ? 	Zamawiający zaoferowania parametrach w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ	nie dopuszcza asortymentu o wskazanych w pytaniu. Zamawiający
27.	Zakres 23, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu 	Zamawiający zaoferowania parametrach w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ	nie dopuszcza asortymentu o wskazanych w pytaniu. Zamawiający

	<p>rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ? 	
28.	<p>Zakres 25, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu 50 x 75 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm, gramatura 60g/m2?</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ</p>
29.	<p>Zakres 25, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu 50 x 75 cm z otworem samoprzylepnym 6 x 8 cm, gramatura 60g/m2?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o parametrach wskazanych w pytaniu .</p>
30.	<p>Zakres 25, pozycja 3 Czy zamawiający dopuści strzykawkę 2 ml?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki 2 ml.</p>
31.	<p>Zakres 25, pozycja 3 Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ</p>
32.	<p>Zakres 25, pozycja 3 Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy, z dodatkowo dołączonym do zestawu 3-komorowym pojemnikiem plastikowym?</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ</p>
33.	<p>Zakres 25, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 45x75cm +/- 5cm?</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.</p>
34.	<p>Zakres 23, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbek niesterylnych w wymienionym zakresie..</p>
35.	<p>Zakres 25, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbek niesterylnych w wymienionym zakresie.</p>
36.	<p>ZAKRES 2 1. Poz. 1-7 - Czy Zamawiający oczekuje opatrunków z przecięciem papieru zabezpieczającego wzdłuż krótszego boku, co ułatwia aplikację opatrunku?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu.</p>
37.	<p>ZAKRES 4 1. Poz. 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze</p>	<p>Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w</p>

	<p>12cm x 12cm? Pozostałe parametry tupferów bez zmian.</p> <p>2. Poz. 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 34cm x 34cm? Pozostałe parametry tupferów bez zmian.</p> <p>3. Poz. 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 24cm x 24cm, pakowanych a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry tupferów bez zmian.</p>	<p>pytaniu.</p> <p>Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu</p> <p>Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu</p>
38.	<p>ZAKRES 8</p> <p>7. Poz. 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku z wycięciem na port wy-konanego z folii PE, bez ramki i metki do oznaczania, wzmocnionego po brzegach włókniną, w rozmiarze 9 cm x 7cm, z dołączonymi paskami mocującymi zapewniającymi niezawodne mocowanie opatrunku w trakcie jego noszenia?</p> 	<p>Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu</p>
39.	<p>ZAKRES 16</p> <p>Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego w rozmiarze 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.</p> <p>Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego w rozmiarze 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian</p> <p>Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian</p> <p>Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiornika o pojemności 800 ml, kompatybilnego z użyczonym urządzeniem.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu, w zakresie poz. 1, 2, 3 i 5</p>
40.	<p>ZAKRES 18</p> <p>Poz. 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 200 cm x 175 cm, z taśmą przylepną na długości ok. 2/3 dłuższego boku? Pozostałe parametry serwety bez zmian.</p> <p>Poz. 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość</p>	<p>Poz. 1 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu .</p> <p>Poz. 2 - Zamawiający nie</p>

	<p>zaoferowania taśmy typu rzep w rozmiarze 23 cm x 2 cm? Pozostałe parametry taśmy bez zmian.</p> <p>Poz. 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni w rozmiarze 43 cm x 38 cm? Pozostałe parametry kieszeni bez zmian.</p>	<p>dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu</p> <p>Poz. 3 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu.</p>
41.	<p>ZAKRES 12</p> <p>Poz. 1, 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych spełniających wymagania SWZ, jednakże pakowanych z dwoma ręcznikami i dodatkowo owiniętych w serwetę włókninową?</p>	<p>W zakresie 12 nie ma fartuchów. Jeśli pytanie dotyczy zakresu 22 – zamawiający dopuszcza.</p>
42.	<p>Pakiet 20 poz. 1</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze max. 12 g/m².</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu .</p>
43.	<p>Pakiet 20 poz. 2</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskożę.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu .</p>
44.	<p>Pakiet 20 poz. 2</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków wykonanych z włókien naturalnych o strukturze Cluster-Keybak: 71% jedwab wiskozowy + 29% polimerowej mieszaniny wiążącej.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu .</p>
45.	<p>Pakiet 20 poz. 2</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny SMS.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu .</p>
46.	<p>Pakiet 20 poz. 6</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na kończynę w rozmiarze 36,5x72 cm z taśmą przylepną.</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu.</p>
47.	<p>Pakiet 20 poz. 6</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na kończynę w rozmiarze 36x122 cm.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu .</p>
48.	<p>Pakiet 21 poz. 1</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszul o gramaturze 35 g/m², szerokość w zależności od rozmiaru: 139/152 cm.</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu.</p>
49.	<p>Pakiet 21 poz. 3</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odzieży o nieznacznie mniejszej od oczekiwanej gramaturze 42 g/m², pozostałe parametry zgodnie z SWZ.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach wskazanych w pytaniu ..</p>

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Oksana Rabij-Zabłotna

Wyk. K.T.

Data wyk.: 21.06.2022 r.