



PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

88-400 Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 52 3031341, fax 52 3031344, www.szpitalznin.pl, e-mail: szpitalznin@szpitalznin.pl
NIP: 562-16-88-969 REGON 093213309 BDO: 000059768

PCZ/II-ZP/11/2020

Żnin, dn. 23.10.2020r.

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
PCZ/II-ZP/11/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę respiratora stacjonarnego 1 sztuki oraz respiratorów transportowych 2 sztuki dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żniniu, realizowaną w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, objętego wnioskiem o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie 3 z dnia 21.10.2020r.

Pytanie dotyczy respiratorów transportowych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego Czy oczekuje aby respirator dostarczony był jako zestaw w ochronnej metalowej obudowie składającej się z respiratora transportowego, butli tlenowej min 2l, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta z zaworem pacjenta, płuca testowego, dodatkowym modulem inhalacji o przepływie min 0-15 l/min realizowana przy zasilaniu tlenem z butli jak i z gniazda zewnętrznego, połączonym z respiratorem, dzięki czemu łatwiejsze będzie transport z pacjentem i użytkowanie urządzenia, dodatkowe funkcje podniosą bezpieczeństwo pacjenta i zwiększą możliwości prowadzenia terapii tlenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ochronną obudowę z zastrzeżeniem, iż oferowane respiratory spełniają parametry techniczne zawarte w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu wyznaczonego na składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2020 r. do godz. 9.30

Otwarcie ofert: 28.10.2020 r., godz. 09.45

Sposób składania ofert oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Ewa Gajas-Gąsior

Zamawiający, żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszej informacji, na adres e-mail zamowienia@szpitalznin.pl

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

