

# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



Sekretariat (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: [wszpila@pi.onet.pl](mailto:wszpila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 12.01.2024 roku

FZP.IV-241/02/24

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod hasłem: : „Laryngologiczny mikroskop operacyjny-1 sztuka”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego postępowania wpłynęły następujące pytania:

### **Pytanie 1**

**(Załącznik nr 2 do SWZ, Tabela I, pkt.41):**

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop wyposażony w funkcję ustawienia prędkości zmotoryzowanego precyzyjnego ustawienia ostrości?

Funkcja umożliwi wybranie szybkości z jaką zmienia się ostrość mikroskopu w celu uzyskania odpowiedniej dla użytkownika precyzji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie .**

### **Pytanie 2**

**(Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa-Projekt, § 2):**

Czy Zamawiający zgodzi się dodać zapis do § 2 umowy:

" 3. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, ten ma prawo dostarczyć urządzenie zastępcze o równych lub lepszych parametrach na okres do 25 dni od ustalonego terminu dostawy, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego nie później niż 5 dni przed przewidywanym terminem dostawy urządzenia zastępczego. Zastosowanie kar umownych zapisanych w niniejszej umowie nie będzie miało miejsca w przypadku zastosowania urządzenia zastępczego. Wykonawca pokrywa koszty dostarczenia, instalacji oraz demontażu urządzenia zastępczego, a także zapewnia niezbędną obsługę techniczną tego urządzenia oraz ponosi dodatkowe koszty jego użytkowania." ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 3**

**(Załącznik nr 2 do SWZ, Tabela I, pkt.44):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w 44. pkt tabeli Załącznika nr 2 do SWZ:

„Dokumentacja techniczna aparatu wraz z kodami błędów w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim” na

„Instrukcja użytkownika obejmująca najczęstsze błędy i sposób ich rozwiązania w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim” ?

Proponowany sprzęt to wysokospecjalistyczne urządzenie medyczne, a obsługa techniczna

i serwisowa może być realizowana wyłącznie przez autoryzowany serwis posiadający specyficzną dla produktu wiedzę i umiejętności. Wszelkie ingerencje w obrębie proponowanego mikroskopu (poza rozwiązaniem najczęstszych błędów opisanych w instrukcji użytkownika) przez osoby bez specjalistycznej znajomości produktu mogą prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania i mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy z użyciem urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

### **Pytanie 4**

**(Załącznik nr 2 do SWZ, Tabela I, pkt.13):**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w źródło światła typu ksenon?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## Pytanie 5

### (Załącznik nr 2 do SWZ, Tabela I, pkt.47):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w 47. pkt tabeli Załącznika nr 2 do SWZ z:

„Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebyłym szkoleniu dla jednej osoby wskazanej przez zamawiającego”  
na

„Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz obsługi urządzenia” ?

Wykonywanie podstawowych napraw wiąże się z zaopatrzeniem w urządzenia regulacyjno-kalibracyjne producenta aparatu bez których przeprowadzenie tego typu napraw nie jest możliwe. Szkolenia odbywają się w certyfikowanym ośrodku za granicą. Tylko taki ośrodek wydaje certyfikaty o przebyłym szkoleniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## Pytanie 6

### (Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa-Projekt, § 6):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 umowy z:

„Strony zgodnie ustalają, że w ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia personelu medycznego w ramach warsztatów(min. 16 godz. dla każdego z uczestników) i technicznego Zamawiającego w ramach zakupu urządzenia w siedzibie Zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebyłym szkoleniu. Szkolenie personelu technicznego powinno obejmować bieżącą konserwację oraz podstawowe naprawy wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebyłym szkoleniu dla dwóch osób.”

na

„Strony zgodnie ustalają, że w ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia personelu medycznego w ramach warsztatów(min. 16 godz. dla każdego z uczestników) i technicznego Zamawiającego w ramach zakupu urządzenia w siedzibie Zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z wydaniem protokołu uczestnictwa o przebyłym szkoleniu. Szkolenie personelu technicznego powinno obejmować podstawowe czynności serwisowo-eksploatacyjne, najczęstsze błędy i sposób ich rozwiązania.” ?

W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych niezbędna jest odpowiednia wiedza specjalistyczna na temat tego urządzenia. Często w celu przeprowadzenia tych prac urządzenie musi zostać otwarte. Techniczne kontrole bezpieczeństwa mogą być przeprowadzane tylko przez producenta lub osoby wykwalifikowane. Wszelkie ingerencje w obrębie proponowanego mikroskopu (poza rozwiązaniem najczęstszych błędów opisanych w instrukcji użytkownika) przez osoby bez specjalistycznej znajomości produktu mogą prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania i mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy z użyciem urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapis z umowy pkt § 6: na szkolenie personelu medycznego w dwóch terminach uzgodnionych w siedzibie Zamawiającego wraz z uzyskaniem zaświadczenia .**

## Pytanie 7

### (Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa-Projekt, § 3, pkt. 13):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy § 3, pkt. 13 z:

„13. Gwarancją nie są objęte:

1) Uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe:

a) na skutek eksploatacji niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowaniem się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) na skutek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby,”

na

„13. Gwarancją nie są objęte:

1) Żarówki i części eksploatacyjne oraz uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe:

a) na skutek eksploatacji niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowaniem się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) na skutek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby,”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .**

#### **Pytanie 8**

**(Załącznik nr 2 do SWZ, Tabela I, pkt 51 oraz Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa-Projekt, § 3, pkt. 6):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w 51. pkt tabeli Załącznika nr 2 do SWZ oraz umowy § 3, pkt. 6 z: „Wykonawca winien dokonać naprawy w terminie do 5 dni roboczych. Przy naprawie powyżej 5 dni Wykonawca zapewni równoważny sprzęt zastępczy.”

na

„Wykonawca winien dokonać naprawy w terminie do 5 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku naprawy bez konieczności użycia części, do 10 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku naprawy bez konieczności sprowadzenia części z zagranicy oraz do 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku naprawy z koniecznością sprowadzenia części z zagranic.”

**Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas do 10 dni.**

#### **Pytanie 9**

**(Załącznik nr 2 do SWZ, Tabela I, pkt 54 oraz Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa-Projekt, § 3, pkt. 8):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w 54 pkt tabeli Załącznika nr 2 do SWZ oraz umowy § 3, pkt. 8 z:

„Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnego przez okres minimum 10 lat.”

na

„Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnego przez okres minimum 10 lat z zastrzeżeniem dostępności części zamiennych przez 8 lat.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 10**

**(Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa-Projekt, § 3, pkt. 10):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy § 3, pkt 10 z:

„Czas reakcji serwisu technicznego max. 24 godziny (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) od momentu otrzymania zgłoszenia.”

na

„Czas reakcji serwisu technicznego max. 72 godziny (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) od momentu otrzymania zgłoszenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia na 48 godzin .**

#### **Pytanie 11**

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Pytanie nr 1 – do pkt. 13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikroskopu z oświetleniem ksenonowym 300W oraz LED 75W jednocześnie – do wyboru podczas użytkowania mikroskopu przez chirurga.

Oświetlenia LED są zazwyczaj słabsze od światła ksenonowego i proponowane rozwiązanie daje możliwość doświetlenia silniejszym światłem ksenonowym pola operacyjnego w każdym momencie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**