



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 410 / 740 /23

Data: 22.02.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 277 / 2023

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 3 poz. 1-4 i Pakiet 8 poz. 1-2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby napis oznaczający rozmiar rękawicy miał postać tłoczenia na mankiecie rękawicy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 3 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min. 282 mm, grubości na palcu min. 0,19 mm, oraz poziomie protein <100 µg/g

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 3 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości(min. 282 mm, grubości na palcu min. 0,19 mm, oraz poziomie protein ≤35,09 µg/g

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 3 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej i wewnętrznej powierzchni chlorowanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Niemniej jednak Zamawiający dopuszcza rękawice o powierzchni zewnętrznej polimeryzowanej i o wewnętrznej powierzchni chlorowanej.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 3 poz. 3 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o zaoferowanie zgody na zaoferowanie rękawic dostępnych w rozmiarach : S-6.5, M-7.5, L-8.5

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 3 poz. 4 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,18 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 5 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min. 282 mm dla obu par.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ale nie wymaga.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 6 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w opakowaniach a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 8 poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,19 mm oraz poziomie protein > 100 µg/g
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ale nie wymaga.

PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 8 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o poziomie protein poziom protein: ≤35,09
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

