



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 19.06-2018 r.

W.Sz.Z: TZ-280-68/18

W/g listy adresowej

dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu i płynów do ciągłej hemodializy i ciągłej hemodiafiltracji.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

1. Dotyczy Zadania 3 - pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR oraz 14Fr o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane?

Odpowiedź: Dopuszczamy cewniki dializacyjne o podanych parametrach i rozmiarach 12 F przy długościach 15 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14F przy długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm, pod warunkiem, że są to cewniki z zainstalowanym fabrycznie przelotowym mandrynem w kanale żylnym (co wynika z opisu w treści Zał. nr 2/3 do SIWZ) lub są to cewniki ze wsuniętymi mandrynami (co wynika z wcześniejszej odpowiedzi na zapytania z dnia 13.06.2018r. zamieszczonej na naszej stronie internetowej).

Jednocześnie przypominamy, że składając ofertę w kolumnie nr 5 Zał. Nr 2/3 należy określić „nazwę handlową, producenta, nr katalogowy oraz opis oferowanego wyrobu tj. parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2 lub dopuszczonych w toku niniejszego postępowania”.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
W TORUNIU

mgr Marcin Robaczewski

KOORDYNATOR
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Robert Mięśnik
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2778734