



Dyrektor  
dr n. med.  
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT  
fax: (32) 370 45 22  
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA  
tel.: (32) 370 45 31  
tel.: (32) 370 45 07

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)

**Znak sprawy: ZP/72/ZSO/2023**

Zabrze, 19.12.2023 r.

**O D P W I E D Ź nr 1  
na zapytania w sprawie zaproszenia do składania ofert**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu regulaminowym pn.:

**„Dostawa Defibrylatorów”**

Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Pytanie nr 1 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 2 szt.” pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z energią wyładowania o 150J do 360J w trybie półautomatycznym (AED)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 2 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 2 szt.” pkt 3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z energią wyładowania od 1 J do 360J w trybie ręcznym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 3 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 2 szt.” pkt 6**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator ze wskaźnikiem przylegania tyłek do ciała pacjenta na ekranie głównym, a nie na tyłkach, w które wyposażone jest urządzenie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 4 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 2 szt.” pkt 13**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez automatycznej kompensacji parametrów wyładowania z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 5 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 2 szt.” pkt 20**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z prezentacją sygnału EKG - 2 krzywe na ekranie, prezentacja krzywych w kaskadzie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 6 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 1 szt.” pkt 24**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez przetęczenia trybu pracy dorosły/dziecko?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 7 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 1 szt.” pkt 25**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z ekranem o rozdzielczości 800x600 dpi?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**



**Pytanie nr 8 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 1 szt.” pkt 28**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z poziomami energii: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/120/150/170/200/220/250/270/300/360J ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 9 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 1 szt.” pkt 33**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 20-250 Ohmów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 10 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 1 szt.” pkt 42**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez systemu dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 11 dot. Formularza parametrów wymaganych „Defibrylator 1 szt.” pkt 44**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator ze wskaźnikiem sprawności defibrylatora w formie diody led na przedniej ścianie urządzenia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Zamawiający  
z upoważnienia DYREKTORA  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Adam Strzyżewski**