

Znak sprawy: ZP/14/2020

Słupsk, dnia 08.09.2020 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu laboratoryjnego w 9 pakietach**

Akademia Pomorska w Słupsku zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Dotyczy pakietu nr 6- Aparat rt-PCR

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie termocyklera bez stacji sterującej ?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2**

Dotyczy pakietu nr 6- Aparat rt-PCR

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie systemu wizualizacji komórek i licznika komórek z roczną gwarancją ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 3**

Dotyczy wzoru umowy - serwis

Czy Zamawiający zgodzi się na zniesienie konieczności wykonywania przeglądów technicznych? Producent sprzętu, który Wykonawca zamierza zaproponować nie wymaga przeglądów technicznych a także regulacji, kalibracji oraz wzorcowania w okresie gwarancji, co nie wpływa na przebieg i utrzymanie pełnej gwarancji.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4**

Dotyczy pakietu I – I. Wirówka – 1szt. pkt 7

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o maksymalnej pojemności 4 probówki po 100 ml lub 20 probówek po 15ml?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 5**

Dotyczy pakietu I – I. Wirówka – 1szt. pkt 21



Czy Zamawiający dopuści wirówkę o poziomie hałasu 52dB(A)?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 6**

Dotyczy pakietu II:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wytrząsarkę o wadze 9 kg z zasilaczem wewnętrznym i maksymalnej wysokości płytek do 20 mm, co daje szerszą możliwość w zakresie stosowanych płytek i spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7**

Dotyczy pakietu nr 6:

Czy zamawiający wrazi zgodę na zaproponowanie termocyklera bez płytek niskoprofilowych ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**KIEROWNIK**  
**Biura ds. Funduszy Zewnętrznych**

**mgr Emilia Simonowicz**