

Pakiet Nr 8

CEWNIKI BALONOWE DO PROSTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe do prostych zmian	300 szt.	129,00	38700,00	8%	41796,00	BrosMed,	Polux 818-XXXXXX-150, Artimes/801-XXXX,

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- RBP co najmniej 14 ATM dla balonów o śr. 2,5mm - 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Długość balonów : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm - wymagane
- Niski profil zewnętrzny balonu – max. 0,026” dla balonów o śr. 3,0mm - 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Łatwo wprowadzalne w zmiany – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Dobrze widoczne znaczniki w skopi – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Średnice: 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 ;3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5 – wymagane

11.01.2021

.....
data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 10

CEWNIKI BALONOWE DO KRĘTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe do krętych zmian	300 szt.	129,00	38700,00	8%	41796,00	BrosMed,	Polux/ 818-XXXXXX-150, Artimes/801-XXXX,

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długości balonów w zakresie od 10 mm do 30mm – wymagalne, gdy mniejsze – 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- niski profil zewnętrzny balonu – max. 0,026” dla balonów o śr 3,0mm -5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- średnice balonów od 1,2 mm do 5,0 mm- wymagalne
- powłoka hydrofilna odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- RBP co najmniej 14 ATM dla balonów o śr 2,5mm – 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o min. 6% - 10 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- dostępne w ramach pakietu 20% ilości cewniki balonowe w systemie OTW i typu NC – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)

11.01.2021

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 11

CEWNIKI BALONOWE NIEPODATNE (NC) DO DOPRĘŻEŃ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe niepodatne do doprężeń (do koronaroplastyki)	150 szt.	129,00	19350,00	8%	20898,00	BrosMed	Apollo/802-XXXX

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długość od 6 – 30 mm dla średnic 2,0-4,0 mm – 1% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- średnice 2,0-5,0 mm – wymagalne
- ciśnienie nominalne 12 atm bądź mniejsze -wymagalne
- RBP 22 ATM lub większe dla 2,0-4,0 mm – 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- profil końcówki natarcia 0,016” – 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- duża niepodatność (precyzja doprężenia), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów– 1% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- Łatwo wprowadzalny w implantowany wcześniej stent (niski entry profile <= 0,45 mm)– 13% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- ABP 30 Atm - 15% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)

11.01.2021

.....
data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 15

**CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO-CHROMOWYM POWLEKANE LEKIEM
(Sirolimusem lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM**

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem (do koronaroplastyki)	150 szt.	569,00	85350,00	8%	92178,00	LVD Biotech	Angiolite/ SCC DSR14 150 XXX XXX

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- maksymalne ciśnienie nominalne 8 Atm – wymagalne
- średnice wymagane 2,5-4,0 mm – wymagalne, gdy większe – 5%, (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !),
- długości min. 9 -35 mm – wymagalne, - gdy dłuższe 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic – 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- profil końcówki natarcia 0,016 "- 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- profil stentu 0,042" lub mniejszy dla średnicy 3,0 mm – 5 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- stent uwalnia sirolimus (lub pochodną) z biodegradowalnego polimeru – wymagalny
- możliwość przepiężania stentów średnice 2,25-3,0 mm do 4,1 mm i średnice 3,5-4,0 mm do 5,9 mm -15 %, (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !),

11.01.2021

.....
data, podpis, pieczęć ** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 19

URZĄDZENIE DO ODSYSANIA SKRZEPLIN Z NACZYŃ WIĘNCOWYCH

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Urządzenie do odsysania skrzeplin z naczyń wieńcowych w systemie Rx	100 sztuk	390,00	39000,00	8%	42120,00	LVD Biotech	Capturer/ DET R14 145 601, DET R14 145 701

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F i 7 F – wymagane
- kompatybilne z przewodnikiem 0,014” – wymagane
- dwa znaczniki cieniujące (na końcówce cewnika i oddalony 15 mm od końcówki) - 15% (TAK/NIE)* **(należy wykreślić !)**
- powierzchnia ekstrakcji 0,99 mm² dla 6F i 1,39 mm² dla 7 F - 15% (TAK/NIE)* **(należy wykreślić !)**
- długość cewnika > lub = 140 cm - 10% (TAK/NIE)* **(należy wykreślić !)**
- w zestawie dwie strzykawki 30 cc z blokadą , mandryl usztywniający, kranik jednokierunkowy oraz przedłużacz - wymagane

11.01.2021

.....
data, podpis, pieczęć **** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet Nr 26

BALONY POKRYTE LEKIEM ANTIMITOTYCZNYM W MIESZANCE ZE ŚRODKIEM SYNTETYCZNYM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Balony pokryte lekiem antymitotycznym w mieszance ze środkiem syntetycznym	100 szt.	1335,00	133500,00	8%	144189,00	LVD Biotech	Essential pro/ BCDPR14N150 XXX XXX

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- paklitaksel w postaci mikrokryształicznej w dawce 3 ug/mm2 - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonów w przedziale 2 – 4,0 mm – wymagane, gdy większy zakres 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości balonów w przedziale 10-30 mm – wymagane, gdy większy zakres 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- ciśnienie nominalne 7 atm lub mniejsze – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

11.01.2021

.....
data, podpis, pieczęć ** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 39

**CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO DO PCI
TĘTNIC WIEŃCOWYCH I POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH**

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego do PCI tętnic wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych</i>	5 sztuk	1229,00	6145,00	8%	6636,60	QX Medical, IMDS	Guidion,/ G50F25150 Boosting Catheter/BC571- 50,BC63- 1509,BC72-150

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- zwiększający zasięg cewnika prowadzącego w systemie Rx– wymagane
- cewniki dedykowane do techniki teleskopowej o średnicach 5,6,7,8 F (typu child & mother) - 10 % (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- długość użytkowa 150 cm lub więcej - 10 % (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- kompatybilny ze standardowymi cewnikami prowadzącymi niezależnie od kształtu końcówki – wymagane
- przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych i/lub przewodników oraz podawania środków kontrastowych do naczyń wieńcowych lub obwodowych – wymagane
- końcówka atramiatyczna bez metalowych znaczników, dobrze widoczna w skopii - 20 % (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)

11.01.2021

.....

data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**