



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 22 marca 2023 r.

007Z/2023

Dotyczy: postępowania na „Zakup i dostawę odczynników do posiadanego, zamkniętego systemu mikrokolumnowego firmy Diahem i sprzętu do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o potwierdzenie, że wymóg opisany w pkt. 3 parametrów jakościowo-technicznych bezwzględnie wymaganych, tj. „Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty, krwinki i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta – tego samego co posiadany sprzęt, celem walidacji metody” nie dotyczy międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem (pozycja nr 9 opisu przedmiotu zamówienia)?	Zamawiający potwierdza.
2	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga deklaracji zgodności z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej dla wyrobów medycznych dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami udział jednostek notyfikowanych przy procesie oceny zgodności nie jest wymagany?	Zamawiający potwierdza.
3	Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 10 parametrów jakościowo-technicznych bezwzględnie wymaganych „Zamawiający wymaga wykonanie przeglądów technicznych oraz walidacji posiadanego sprzętu w ramach umowy” tj. wirówki ID-Centrifuge 6 S (n/s: 1001365) oraz pipetora ID-Pipetor FP-6 (n/s: E19202991)?	Zamawiający potwierdza.
4	Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w opisie przedmiotu zamówienia wielkość zestawu międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem 2x2x5ml stanowi przykładową wielkość opakowania i Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kontroli zewnętrznej konfekcjonowanej w inny sposób?	Zamawiający potwierdza.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Stefania Przybylska
Stefania Przybylska

