



WSzSL.FZ.381./52A/547/2024

Legnica 10-09-2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA BIAŁEK SPECYFICZNYCH METODĄ TURBIDYMETRYCZNĄ WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA

znak sprawy WSzSL/FZ-52A/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik 2A; Tabela E pkt. 9 Tabela B pkt.1

Czy Zamawiający dopuści, chowanie odczynnika rozpuszczalnego receptora transferyny po pracy do lodówki ze względu na bardzo niską liczbę badań 120 testów na 3 lata i liczenie opakowań bez trwałości odczynnika po otwarciu. Kalkulacja liczby opakowań tego odczynnika z trwałością po otwarciu wymagałaby uwzględnienia bardzo wysokiej liczby opakowań, które nie byłyby zużyte, a jednocześnie tak duża liczba opakowań tego testu podnosiłoby znacząco wartość oferty.

Jednocześnie Wykonawca informuje, że jeśli będzie konieczność przechowywania odczynnika na pokładzie ze względu na większą liczbę oznaczeń w określonym czasie odczynnik tak jak i pozostałe testy może być przechowywany na pokładzie.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Z poważaniem,

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Legnicy
Jolita
lek. med. Tomasz Uher