

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski, dnia 11.04.2023 r.

Otrzymują:

- strona prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/901570>

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim - Oznaczenie sprawy: FDZP.226.08.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3)

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW NR 1

Zwracamy się z prośbą o załączenie na stronie zmodyfikowanego załącznika nr 1A.

Pakiet 4, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**

Pakiet 4, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw przeznaczony do 14-dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych w systemie zamkniętym, nadający się dla pacjentów pediatrycznych?

ODPOWIEDŹ: wykreślono – zmodyfikowany załącznik 1 A w zakresie pakietu nr 4 - w załączeniu

Pakiet 4, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający wyłącznie 1) -

WŁAŚCIWOŚCI:

- worek o pojemności 2000ml wykonany z medycznego PVC
- biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezwrotna)
- szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką z możliwością podwieszenia w twardej pochewce
- komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca „suchą” barierę powietrzną
- dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnątrz systemu
- dren długości 120 cm o dużej średnicy, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym
- samouszczelniający się, bezglowy port do pobierania próbek na zakończeniu drenu
- dren wyposażony w przesuwny zacisk oraz zapinkę do stabilizacji drenu
- w miejscu połączenia drenu z komorą dodatkowy element wzmacniający zapobiegający zagłębieniu i skręcaniu drenu
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml
- na worku nazwa producenta, miejsce do opisu danych pacjenta oraz daty
- zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- dodatkowe mocowanie za pomocą sznurka
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

ODPOWIEDŹ: wykreślono

Pakiet 5, Pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 3-5ml, spełniające pozostałe wymagania swz?

ODPOWIEDŹ: TAK – dopuszcza się.

Pakiet 5, Pozycja 4-10

Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane podwójnie; wew. folia, zew. folia-papier?

ODPOWIEDŹ:TAK

Pakiet 5, Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH 6?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, Pozycja 19-22 - Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 500mm?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

Pakiet 5, Pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH8? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet 5, Pozycja 42-50 - Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 1050mm?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, Pozycja 63 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką Yankauer CH 21?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, Pozycja 64-66 - Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy o długości 50cm z sześcioma otworami bocznymi? **ODPOWIEDŹ: TAK – dopuszcza się – przy zachowaniu rozmiaru jak w SWZ.**

Pakiet 5, Pozycja 66 - Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze F33 ? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet 5, Pozycja 67-69 - Czy Zamawiający dopuści dren lekko zwijany? **ODPOWIEDŹ:zgodnie z SWZ.**

Pakiet 5, Pozycja 67-69 - Czy Zamawiający dopuści dren o długości 800mm?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, Pozycja 79 - Czy Zamawiający dopuści dreny lateksowe pokryte silikonem?

ODPOWIEDŹ: TAK – dopuszcza się

Pakiet 5, Pozycja 81 - Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy o długości 50cm z sześcioma otworami bocznymi? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się**

Pakiet 5, Pozycja 86 - Czy Zamawiający dopuści dren łączący zakończony lejkiem-kapkon?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pakiet 7, Pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści igłę 16G 55-95mm? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

- Pakiet 7, Pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści igłę 16G 55-95mm? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**
- Pakiet 7, Pozycja 12** - Czy Zamawiający dopuści igłę 18G 55-95mm? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**
- Pakiet 7, Pozycja 16,40** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? **ODPOWIEDŹ: TAK – dopuszcza się**
- Pakiet 7, Pozycja 17,18, 32,41** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? **ODPOWIEDŹ: TAK – dopuszcza się**
- Pakiet 7, Pozycja 20-21** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? **ODPOWIEDŹ: TAK – dopuszcza się**
- Pakiet 7, Pozycja 33** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? **ODPOWIEDŹ: TAK – dopuszcza się**
- Pakiet 7, Pozycja 33** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. **ODPOWIEDŹ: TAK – dopuszcza się**
- Pakiet 7, Pozycja 37-40** - Czy Zamawiający oczekuje strzykawek o zakończeniu luer? **ODPOWIEDŹ: Luer Lock.**
- Pakiet 9, Pozycja 1-6** - Czy Zamawiający odstąpi od badań klinicznych? **ODPOWIEDŹ: TAK**
- Pakiet 9, Pozycja 1-4** - Czy Zamawiający dopuści kaniule zabezpieczające wyłącznie przed zachłapaniem? **ODPOWIEDŹ: NIE – zamawiający wymaga kaniuli zabezpieczającym przed zakłuciem i zachłapaniem.**
- Pakiet 9, Pozycja 1-4** - Czy Zamawiający dopuści kaniule z koreczkiem posiadającym trzpień powyżej własnej krawędzi? **ODPOWIEDŹ: Tak – dopuszcza się.**
- Pakiet 9, Pozycja 3**
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 20Gx32mm? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**
- Pakiet 9, Pozycja 5-6** - Czy Zamawiający dopuści kaniule z 6 paskami rtg? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**
- Pakiet 9, Pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 11x32mm?
ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.
- Pakiet 9, Pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,9x25mm?
ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.
- Pakiet 9, Pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 23ml/min?
ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.
- Pakiet 9, Pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 17ml/min?
ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.
- Pakiet 10, Pozycja 1-5** - Czy Zamawiający dopuści igły z prowadnicą o długości 34mm?
ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.
- Pakiet 10, Pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści igły o długości 103mm? **ODPOWIEDŹ: TAK**
- Pakiet 10, Pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści igły o długości 120mm? **ODPOWIEDŹ: TAK**
- Pakiet 10, Pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści igły o długości 120mm? **ODPOWIEDŹ: TAK**
- Pakiet 10, Pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści igły o długości 75mm? **ODPOWIEDŹ: TAK**

ZESTAW NR 2

Pakiet nr 10. Igły do splotów i znieczuleń podpajęczynówkowych

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, o roboczej długości igły wynoszącej 120mm - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ - renomowanego i uznanego także przez Państwa, polskiego producenta firmę Balton - z powodzeniem i od wielu lat użytkowane w Państwa szpitalu, także u pacjentów o większej masie własnej.

ODPOWIEDŹ: TAK

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, o roboczej długości igły wynoszącej 120mm - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ -

renomowanego i uznanego także przez Państwa, polskiego producenta firmę Balton - z powodzeniem i od wielu lat użytkowane w Państwa szpitalu, także u pacjentów o większej masie własnej.

ODPOWIEDŹ: TAK

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, o roboczej długości igły wynoszącej 120mm - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - renomowanego i uznanego także przez Państwa, polskiego producenta firmę Balton - z powodzeniem i od wielu lat użytkowane w Państwa szpitalu, także u pacjentów o większej masie własnej.

ODPOWIEDŹ: TAK

ZESTAW NR 3

Pakiet 4:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 sterylnego zestawu do pomiaru diurezy godzinowej. Dren dwuświatłowy długości 150 cm, łącznik do cewnika Foley z bezigłowym portem dostępu do pobierania próbek strzykawkami typu Luer i zastawką jednokierunkową chroniącą przed cofaniem się moczu do cewnika Foleya. Dren na wejściu do komory pomiarowej zabezpieczony spiralą antyzakałamiową. Komora pomiarowa wyposażona w hydrofobowy filtr powietrza o minimalnej powierzchni 300 mm² oraz zawór umożliwiający spuszczenie moczu z komory do worka, z workiem zbiorczym na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkową zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do komory pomiarowej oraz zawór spustowy do opróżniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml. Zestaw wyposażony w elastyczne paski do zawieszenia systemu przy łóżku pacjenta. Bez lateksu i DEHP. **ODPOWIEDŹ: pozycja usunięta.**
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 uniwersalnego zestawu do pomiaru diurezy. **ODPOWIEDŹ: pozycja usunięta.**

Pakiet 9:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 kaniulę dożylną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wyływowi krwi podczas kaniulacji (18G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 18G- 1,3mm z 31 mm. - przepływ 100ml/min.; 18G- 1,3mm x 50 mm. - przepływ 90ml/min.; 16G x 1,7 mm x 31 mm – przepływ 183 ml/min do wyboru przez Zamawiającego. **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 kaniulę dożylną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wyływowi krwi podczas kaniulacji (18G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: .; 18G- 1,3mm z 31 mm. - przepływ 100ml/min.; 18G- 1,3mm x 50 mm. - przepływ 90ml/min.; do wyboru przez Zamawiającego. **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 kaniulę dożylną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wyływowi krwi podczas kaniulacji (20G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (20G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach 20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.; 20G- 1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min do wyboru przez Zamawiającego. **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 kaniulę dożylną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wyływowi krwi podczas kaniulacji (22G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (22G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach 22G- 0,9mm x 25 mm . - przepływ 31ml/min.; 22G x 0,9 mm x 31 mm – przepływ 28 m/min.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 kaniulę dożylną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wyływowi krwi podczas kaniulacji (20G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (20G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach 20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.; 20G- 1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min do wyboru przez Zamawiającego . **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 kaniulę dożylną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wyływowi krwi podczas kaniulacji (22G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (22G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach 22G- 0,9mm x 25 mm . - przepływ 31ml/min.; 22G x 0,9 mm x 31 mm – przepływ 28 m/min.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.

7. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w pozycjach 9-11 zaofiarowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym . **ODPOWIEDŹ: dopuszcza – nie wymaga.**
8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycjach 9-11 przyrząd do przetaczania krwi ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu . **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet 9

Poz. 1-5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, który wskazuje kierunek nakładania i umożliwia aseptyczną aplikację .

ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.

Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 20 G x 32 mm. **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylny kolor żółty bez portu bocznego wykonana z PUR z mechanizmem zabezpieczającym 24G 0,7x19 mm, przepływ 16ml/min, paski widoczne w RTG, sterylna. **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylny (kolor filetowy) bez portu bocznego wykonana z PUR z mechanizmem zabezpieczającym 26G 0,6x19 mm, przepływ 12ml/min, paski widoczne w RTG, sterylna. **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

ZESTAW NR 4

Pakiet 4, poz. 4,6

Czy zamawiający wydzieli poz.4,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDŹ: nie wydziela się.

Pakiet 7, poz. 16-18,32,33,41,

Czy zamawiający wydzieli poz. 16-18,32,33,41 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na

złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDŹ: nie wydziela się.

Pakiet 7, poz. 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. **ODPOWIEDŹ: nie wydziela się.**

Pakiet 9, poz. 9-11

Czy zamawiający wydzieli poz. 9-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDŹ: nie wydziela się.

Pakiet 9, poz. 9-10

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

ODPOWIEDŹ: dopuszcza się

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

ODPOWIEDŹ: dopuszcza – nie wymaga.

Pakiet 9, poz. 11

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznowo ściętą, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO? **ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 8,5 cm ?

ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

ODPOWIEDŹ: dopuszcza – nie wymaga

ZESTAW NR 5

Pakiet nr 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet nr 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 88cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 10, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? **ODPOWIEDŹ:TAK**

Pakiet nr 10, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 88cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 10, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pakiet nr 10, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 88cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? **ODPOWIEDŹ: zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 10, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły w rozmiarze 22G o długości 40mm? **ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**